

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	卢东生	联系电话	13910581556
身份证号码	110103197001071233	职称	高级工程师
工作单位	北京友谊医院	职称所属行业领域	医学工程
二、项目情况			
采购单位名称		联系人（电话）	
主管单位名称			
项目名称		预算金额（万元）	
项目预算年度			
唯一供应商名称	烟台启远氧业股份有限公司		
三、论证意见：			
用户原有高压氧舱于2006年安装，已使用18年，按10年一大修的规定，该设备需要大修。此采购项目服务内容为重点更换液氧罐，以及高压氧舱的控制系统和更换附属设备，由于氧舱控制系统有专利的控制软件和硬件，氧舱只能配合原厂的控制系統，故只能从唯一服务商烟台启远氧业股份有限公司采购。 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”本人签名： 的规定，建议采用单一来源方式采购。 2024年12月11日			
备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含糊不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			



专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	牟文斌	联系电话	13716027595
身份证号码	1101021970 11242335	职称	高级工程师
工作单位	北京协和医院	职称所属行业领域	医疗
二、项目情况			
采购单位名称		联系人(电话)	
主管单位名称			
项目名称		预算金额(万元)	
项目预算年度			
唯一供应商名称	烟台宏远氧业股份有限公司		
三、论证意见:			
用户原有高压氧舱于2006年安装,按相关规定每10年需进行一次大修。本次大修内容包括更换液氧罐,高压氧舱的控制系统和管路等附属设备。 由于控制系统有专利的控制软件和专用硬件,为保证设备使用安全,只能从唯一原设备供应商“烟台宏远氧业股份有限公司”采购。 本项目符合采购法第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定,建议采用单一来源方式采购。 本人签名: 牟文斌 2024年12月11日			
备注: 1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含糊不清与实际不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。			

