



专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	赵九洲	联系电话	13811753168
身份证号码	132430196103016119	职称	副主任医师
工作单位	中煤集团	职称所属行业领域	医药行业
二、项目情况			
采购单位名称	北京市普仁医院	联系人（电话）	13466606884
主管单位名称	北京市东城区卫生健康委员会		
项目名称	普仁医院CT等设备维保服务采购项目	预算金额（万元）	390
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
三、论证意见：			
医院于2012年购置的西门子Definition AS 64排CT已经使用13年、2014年购置的西门子YISO 数字化摄影系统（DR）、西门子Luminos Fusion智敏数字化多功能（平板胃肠）X线机已使用12年，三台设备均用于全院患者检查使用，年限较长、老化严重、故障频发，为保障设备的良好运行，该维保服务只能由原厂或其指定的唯一授权商提供，具体原因如下： 1、设备厂家不定期发布设备安全保障服务，提高设备安全性及稳定性，除厂家及其唯一授权商外，其他公司均不具备相关技术及相关服务信息获取途径。 2、上述设备涉及的零配件及球管未对第三方公司开放，除厂家及其指定的唯一授权商外其他公司不具备备件储备及供货途径。 3、工程师对设备进行维修及校准时须使用原厂指定的唯一秘钥才能进入系统，不具备原厂秘钥无法完成故障处理及校准调试。 综上所述，为降低维修成本，提高设备使用效率，更好的为患者提供诊疗服务，建议本项目采用单一来源方式进行采购。 本人签名：  年 月 日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	张新京	联系电话	15611066011
身份证号码	110108195905294758	职称	主任医师
工作单位	海军机关门诊部	职称所属行业领域	医药行业
二、项目情况			
采购单位名称	北京市普仁医院	联系人（电话）	13466606884
主管单位名称	北京市东城区卫生健康委员会		
项目名称	普仁医院CT等设备维保服务采购项目	预算金额（万元）	390
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
三、论证意见：			
医院于2012年购置的西门子Definition AS 64排CT已经使用13年、2014年购置的西门子YISO 数字化摄影系统（DR）、西门子Luminos Fusion智敏数字化多功能（平板胃肠）X线机已使用12年，三台设备均用于全院患者检查使用，年限较长、老化严重、故障频发，为保障设备的良好运行，该维保服务只能由原厂或其指定的唯一授权商提供，具体原因如下： 1、设备厂家不定期发布设备安全保障服务，提高设备安全性及稳定性，除厂家及其唯一授权商外，其他公司均不具备相关技术及相关服务信息获取途径。 2、上述设备涉及的零配件及球管未对第三方公司开放，除厂家及其指定的唯一授权商外其他公司不具备备件储备及供货途径。 3、工程师对设备进行维修及校准时须使用原厂指定的唯一秘钥才能进入系统，不具备原厂秘钥无法完成故障处理及校准调试。 综上所述，为降低维修成本，提高设备使用效率，更好的为患者提供诊疗服务，建议本项目采用单一来源方式进行采购。 本人签名： 年 月 日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系, 不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	袁正泉	联系电话	13910277280
身份证号码	11010619660510095X	职称	研究员
工作单位	解放军疾控中心	职称所属行业领域	医药行业
二、项目情况			
采购单位名称	北京市普仁医院	联系人（电话）	13466606884
主管单位名称	北京市东城区卫生健康委员会		
项目名称	普仁医院CT等设备维保服务采购项目	预算金额（万元）	390
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	西门子医疗系统有限公司		
三、论证意见：			
医院于2012年购置的西门子Definition AS 64排CT已经使用13年、2014年购置的西门子YISO 数字化摄影系统（DR）、西门子Luminos Fusion智敏数字化多功能（平板胃肠）X线机已使用12年，三台设备均用于全院患者检查使用，年限较长、老化严重、故障频发，为保障设备的良好运行，该维保服务只能由原厂或其指定的唯一授权商提供，具体原因如下： 1、设备厂家不定期发布设备安全保障服务，提高设备安全性及稳定性，除厂家及其唯一授权商外，其他公司均不具备相关技术及相关服务信息获取途径。 2、上述设备涉及的零配件及球管未对第三方公司开放，除厂家及其指定的唯一授权商外其他公司不具备备件储备及供货途径。 3、工程师对设备进行维修及校准时须使用原厂指定的唯一秘钥才能进入系统，不具备原厂秘钥无法完成故障处理及校准调试。 综上所述，为降低维修成本，提高设备使用效率，更好的为患者提供诊疗服务，建议本项目采用单一来源方式进行采购。 本人签名：袁正泉 年 月 日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			