单一来源论证专家签到表

项目名称：事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院放射科 GE64 排 CT2026-2029 年保修服务

论证时间：2026 年 7 月 22 日

序号	姓名	职称	工作单位	电话号码	备注
1	贾志凌	副主任医师	解放军总医院	13801284007	
2	张永祖	高工	北京中医药大学	13901282164	
3	沈漫	高工	国材贸易工程设计研究院有限公司	13651256715	

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	沈浚	联系电话	13651256715
身份证号码	110108196111075427	职称	高工
工作单位	国内贸易工程设计研究院有限公司	职称所属行业领域	
二、项目情况			
采购单位名称	北京市昌平区医院	联系人（电话）	张红红 010-69742328-50103
主管单位名称	北京市昌平区卫生健康委员会		
项目名称	事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院放射科GE64排CT2026-2029年保修服务	预算金额（万元）	315
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	北京中新汇海国际贸易有限公司		

三、论证意见：

北京市昌平区医院GE VCT64排CT设备是目前唯一一款VCT 64排CT整机，为医疗器械注册证规定的球管型号。

第三方球管和备件不能提供与GE整机匹配性测试报告。球管是CT整机的重要组成部分，它与其它重要电子元器件相互配合进行工作，其它球管电子参数与之有很多不同，将导致重要电子部件无法正常工作或寿命缩短，增大维护成本。

该设备具有原厂设备维修授权唯一性。

综述，建议采用单一来源方式进行采购原厂CT设备维保服务。

本人签名：沈浚

2026年1月22日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	贾志凌	联系电话	13801284007
身份证号码	110101196010270587	职称	副主任技师
工作单位	原昌平区医院	职称所属行业领域	
二、项目情况			
采购单位名称	北京市昌平区医院	联系人（电话）	张红红 010-69742328-50103
主管单位名称	北京市昌平区卫生健康委员会		
项目名称	事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院放射科GE64排CT2026-2029年保修服务	预算金额（万元）	315
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	北京中新汇海国际贸易有限公司		
三、论证意见：			

该设备属于高端X线计算机断层摄影设备，全国范围内唯一一款VCT 64排CT的整机中华人民共和国医疗器械注册证和球管型号、技术参数、维修资质及设备具有原厂设备维修授权唯一性。

建议：采用"单一来源采购"方式购买由原厂提供的设备维修服务。

本人签名：贾志凌

2026 年 7月 22日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	赵庆旭	联系电话	13901282164
身份证号码	110101196201282107	职称	高工
工作单位	北京中医药大学	职称所属行业领域	
二、项目情况			
采购单位名称	北京市昌平区医院	联系人（电话）	张红红 010-69742328-50103
主管单位名称	北京市昌平区卫生健康委员会		
项目名称	事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院放射科 GE64 排 CT2026-2029 年保修服务	预算金额（万元）	315
项目预算年度	2026 年		
唯一供应商名称	北京中新汇海国际贸易有限公司		
三、论证意见：			

该设备属于高端X线断层扫描设备，设备维修保养，技术含量高，维修复杂；此设备需保养服务，建议采购单一来源或协议由GE原厂提供CT维保（球管保固）服务，符合法律法规要求。

本人签名：赵庆旭

2026 年 7月 22日

备注:1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。