

单一来源专家论证签到表

项目名称：事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院2026-2029年度肿瘤科 论证时间：2026年 7月31日
直线加速器保修服务

序号	姓名	职称	工作单位	专家证号	联系电话	备注
1	王继升	高工	联想集团工控总站	Bp21000965	18600771268	
2	潘明	主任医师	北京协和医学院	Bp20000404	13811685256	
3	苏金荣	主任医师	北京医院	Bp15000388	13691578968	



经北京市人力资源和社会保障局审核，**潘世芬** 符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

姓 名 **潘世芬**
性 别 **女**
身份证号 **132801195711014622**
证书编号 **BP20000404**

聘 期	起始日期	截止日期
	2021-01-01	2023-12-31
	2024 /01/ 01	2026 /12/ 31

编号：0015217



经北京市人力资源和社会保障局审核，王继升 符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

姓名 王继升
性别 男
身份证号 110106196311010078
证书编号 BP21000965

聘期	起始日期	截止日期
	2022年01月01日	2024年12月31日
期	2025年 01月 01日	2027年 12月 31日

编号: 0016527



经北京市人力资源和社会保障局审核，董仓荣 符合北京市评标专家资格，特聘为北京市评标专家。

姓名 董仓荣
性别 女
身份证号 13010219660308152X
证书编号 BP15000388

聘期	起始日期	截止日期
	2025-01-01	2027-12-31
期	仅限2026年7月使用	

编号: 0019444

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 董仓策	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 气象医院	
项目信息	项目名称: 事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院2026-2029年度肿瘤科直线加速器保修服务	
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	直线加速器用于肿瘤精准放疗, 却是肿瘤直接离子患者安全。 本次采购要求中要求投标人具有专业的加速器维修团队, 所提供所有零配件均为原厂制造商全新零配件, 且有可追溯100%序列代码; 对于原机头-加速器接口上零配件, 更换的全都是配件第5次招标维修论证, 与原有零配件型号完全一致, 并提供设备出厂合格证证明。符合《政府采购法》第三十一条中唯一性和与原设备配套使用条款, 可以采用单一来源方式进行招标采购。	
专业人员签字	董仓策	日期: 2026年 7 月 31 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王健升
	职称: 高级工程师
	工作单位: 联勤保障部队药品仪器监督检验站
项目信息	项目名称: 事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院2026-2029年度肿瘤科直线加速器保修服务
	供应商名称: 医科达(上海)医疗器械有限公司
专业人员论证意见	一、直线加速器是目前国内医院机构治疗癌症治疗的主要大型医疗设备。其主要的子系统控制系统、MC多叶光栅治疗头、XVI影像控制系统、球管、水冷机、治疗灯、电控、加速管等重要组成部件是决定治疗效果的重要因素。 二、加速管的重要维修组件具有唯一的、不可替代性,一般要求均为原制造商原装配件,且必须具有唯一的可追溯序列代码。 三、根据国家政府采购法第二十条规定,本次维修招标文件具有实际的唯一性和配套属性,也符合实际工作要求。 四、建议采用单一来源采购方式进行。
专业人员签字	王健升 日期: 2026年 7月 31日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 沈世英	
	职称： 主任医师	
	工作单位： 北京协和医院	
项目信息	项目名称： 事业支出医疗设备维修和保养服务采购项目-北京市昌平区医院2026-2029年度肿瘤科直线加速器保修服务	
	供应商名称： 医科达（上海）医疗器械有限公司	
专业人员论证意见	本项目为肿瘤科直线加速器保修服务采购项目。要求所有零配件均有原厂制造商。经查询原厂配件，发现部分配件与本次招标清单中的配件型号不一致。经与原厂沟通，原厂表示部分配件已停产，无法提供。因此，建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	沈世英	日期： 2026年 7 月 31 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写