

第二包，技术参数要求更正如下：

(6) 诊室电子血压计（4台）

1.测量方法：示波法。

2.测量范围：0mmHg ~300mmHg (0 kPa~40.0 kPa)脉搏数 40 次/分~200 次/分；压力显示精度：±3mmHg(0.4 kPa)，测定精度：平均差+5mmHg，标准偏差8mmHg，脉搏精度：读取数值的±5%。