

彩色超声诊断系统 EPIQ5 Plus 配置单

系统选项	QTY
EPIQ5 Plus 划时代旗舰超声系统主机	
1	
创新的设计	
EPIQ5 Plus 2D 标配 是针对日益复杂的临床需求设计的拥有毫不妥协图像品质的全新旗舰机型，其拥有强大的工程设计以提供出色的超声图像，满足了各方面的声学需求，让您对超声革命拥有全新的体验。	
带来全新客户体验的旗舰超声	
全新功能分区控制面板，令使用者在操作时，大幅减少按键的次数及移动距离。 (减少 15%的操作步骤，减少 40%到 80%的按键移动距离)。 最轻便的旗舰超声系统（仅重 230 磅）-比同级别产品轻 40% 24 英寸 HD MAX 高分辨率医用显示器，适合各种检查环境 全方位自由臂设计，可提供显示器及操作面板任意调节（720 度自由调节），极大方便扫查 极低的工作噪音（37-41dB）-静若图书馆 4 个探头接口 一体化脚踏板 一体化存储格 4 个独立旋转锁定万向轮	

强大的主机架构提供无与伦比的超声图像

专利的 nSIGHT Pro 技术-一个全新的毫无妥协的超声图像技术。其包括全新的波束形成技术和海量的并行处理,从而接收海量原始声学数据,允许系统进行实时的逐像素聚焦。

独有的自适应信号提高系统信噪比

飞利浦新一代 SonoCT 实时空间复合成像,可结合扩展成像,从而获得更多信息,减少因角度造成的伪像

飞利浦新一代 XRES Pro 自适应像素优化技术,抑制斑点噪声,提高组织边界显示

MaxVue 全屏高清成像:

全屏显示 16:9 的高清超声图像

完全独立的多模式的实时三同步显示

探头技术

高级集成探头接口技术,采用无针设计提供优异的可靠性及图像质量

人体工程设计提供更轻及更柔软电缆

全新的低损耗技术提供更好的穿透力

颠覆的宽频带技术及晶体排列技术

智能化

Autoscan (实时 iSCAN)自动持续优化图像增益及 TGC,以保证你拥有最佳的 2D, 3D 及 4D 图像

SmartExam (扫查专家)技术引导检查流程,包括检查记录及自动模式切换,极大提高检查效率

血管 AutoDoppler (智能多普勒)自动调节取样框位置和偏转方向、频谱取样容积位置及角度。包括实时自动血管追踪和自动角度校正

血流 HighQ 自动多普勒测量提供一键实时包络多普勒信号、自动选择最高峰值等测量,并将测量结果加入报告

智能组织特异性成像

与特异检查条件相关的自定义快速自动注释词库

QuickSAVE 快速存储用户自定义检查条件

数据管理

联合影像技术 (允许查阅浏览 DICOM 格式 CT、NM、MRI 和超声图像-可与实时影像对照以上图像)

NetLink/DICOM 3.0 提供网络打印及存储、确认各影像工作单、DICOM 请求及检索、成人和小儿心脏、血管及妇产科结构化报告

DICOM 3.0 打印存储	
在机工作站数据管理, 支持缩略图浏览, 存贮静态和动态图像及报告	
预瞻型及回溯型动态片段获取, 支持内部存储设备或移动设备	
支持发送容积图像的 X,Y,Z 数据至 PACS 系统	
支持 QLAB 原始数据导出	
其他主机性能	
二维全景成像 彩色能量多普勒 组织谐波和脉冲反相谐波 基本 3D 成像和 MPR 显示 2D、M 型、解剖 M 型、彩色多普勒、PW、高重复频率 PW、CW 2D、M 型、多普勒回放 高分辨率读放大及写放大, 可平移 伪彩 测量项目包括: 距离、深度、面积、周长等 血流量测量 组织多普勒成像 左室心腔造影 负荷超声心动	
主机标配软件包	
高级功能软件包	1
MFI&MFI HD (微视血流成像&高清微视血流成像)	
组织特性成像临床软件包	
全身临床选件软件包	1
(腹部, 妇科, 血管, 儿童腹部, 儿童心脏, 小器官, 肌肉骨骼, 成人心脏, 产科, 胎心, 泌尿科, 经颅多普勒, 介入临床应用)	
造影软件包	1
应变弹性成像	1
剪切波定量	1
高帧频临床选件	1

中文操作系统	<u>1</u>
英文操作系统	
操作手册	<u>1</u>
探头选件	
相控阵探头	
S5-1 纯净波单晶体相控阵探头（心脏、经颅多普勒）	<u>1</u>
凸阵探头	
C5-1 纯净波单晶体凸阵探头（腹部、产科、妇科）	<u>1</u>
C10-3v 纯净波单晶体腔内探头（经阴道超声,产科,妇科，膀胱）	<u>1</u>
线阵探头	
L12-5 线阵探头（血管、小器官、儿科、产科、肠管、乳腺）	<u>1</u>
独立报告工作站（包括打印机：彩色激光打印机，液晶显示器等）	1
图像采集和报告软件	1

序号	配置项	数量
1	硬件	1 套
	X1 主机系统	
	15.6" 医用彩色高分辨率液晶显示器	
	内置锂电池	
	1T 内置硬盘	
2	软件	1 套
	任意波束成像	
	待机功能	
	二维灰阶成像单元	
	CFM 彩色多普勒成像单元	
	PDI 能量多普勒成像单元	
	DPDI 方向能量多普勒成像单元	
	PW 频谱多普勒成像单元	
	CW 连续波多普勒成像单元	
	M 型成像单元	
	μ-Scan 微米成像	
	THI/PHI 谐波成像	
	一键优化 (B/M/Color/PW/CW)	
	扩展成像	
	基础测量包	
	产科测量包	

小器官测量包

妇科测量包

血管测量包

腹部测量包

心脏测量包

泌尿测量包

儿科测量包

心肌功能指数

双同步

双实时

放大功能

一键全屏放大

秀库

穿刺引导

空间复合成像

二维偏转

三同步：二维/彩色/PW

PW 自动包络

二维宽景成像

3

探头配置

L741 线阵探头

1 支

C361 凸阵探头

1 支

4

其他附件

1 套

中文面板膜

电源适配器

电源线

快速操作指南

基础说明书

高级说明书

探头扩展器

可升降台车

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：北京市石景山区五里坨医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：普祥医疗投资集团有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定王霞作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。



甲方（盖章）：北京市石景山区五里坨医院

法定代表人或授权代表：  2025.12.18

乙方（盖章）：普祥医疗投资集团有限公司

法定代表人或授权代表： 

