

合同书

首都医科大学附属北京潞河医院 (买方) 潞河医院医疗设备维保服务(项目名称)中所需直线加速器维保服务(服务名称)经(中源联盛咨询(北京)有限公司)以 ZYLS-ZB-202505022 号招标文件在国内 公开 (公开/邀请)招标。经评标委员会评定 喆铭(天津)医疗器械有限公司 (卖方)为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件, 签署本合同。

第一条、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分, 应该认为是一个整体, 彼此相互解释, 相互补充。为便于解释, 组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 附件

第二条、合同总价:

合同价款总额为(人民币): 3,067,000.00 元, (大写): 叁佰零陆万柒仟元整。

第三条、项目内容

序号	医疗设备名称	品牌	医疗设备型号	单位	数量
1	直线加速器	Varian	Vitalbeam	套	1
2	直线加速器	Varian	IX	套	1
3	高剂量率后装治疗机	Varian	GammaMedplus IX	套	1

第四条、付款方式

本合同的付款方式为:签订合同后, 卖方开具相应发票并由买方签字确认后 60 天内, 买方一次性支付全额的 50%, 6 个月后卖方开具相应发票并由买方签字确认后支付全额的 50%。卖方未按要求按时提供发票, 买方有权延期付款且不承担违约责任。

卖方银行账号信息：

户名：喆铭（天津）医疗器械有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司天津王稳庄支行

帐 号：： 0302 0622 0910 0019 823

第五条、本合同的服务时间及服务地点

- 1、服务期：合同签订后1年
- 2、服务地点：首都医科大学附属北京潞河医院指定的地点

第六条、违约责任约定：

1. 在合同约定时间内，卖方对设备开机承诺保证达到 95%开机率（按每年 365 天计算），若未达到要求，卖方将予以两倍的超过停机时间的天数延长保修作为补偿。卖方逾期提供服务的，每逾期一天向买方支付合同金额的 0.1%的违约金，逾期 30 日的，买方有权单方面解除本合同

2. 除不可抗力因素导致的情形外，因为卖方无故不履行合同或者履行合同不符合约定给买方造成损失的，卖方负责赔偿买方损失。

3. 在执行合同期间，买方由于非卖方的原因而不再履行本合同，应付清至提前终止合同日前应付的款项（服务费按天计算）。

第七条、卖方的权利义务

1. 卖方为履行本维修服务合同，所产生的差旅等费用，由卖方自行承担。
2. 卖方承诺在本合同约定维修期内，约定维修的设备每个维保年度开机率未达到 95%的，根据实际停机时长按照 1：2 的比例延长维保时限。
3. 卖方承诺在原厂授权期结束后，继续按合同要求提供维保服务直至合同终止。

第八条、买方的权利义务

1. 买方应提供维修服务设备的真实情况，以便卖方制定维护计划。
2. 买方应按合同约定的方式按时向卖方支付维修服务费用。
3. 买方应按机器使用手册的要求进行操作及日常维护，并保证设备所需电源、水源的正常供应，以及对环境的要求。由于买方原因造成设备不能正常运转，卖方不承担保修责任。
4. 卖方按约定进行现场检修，买方应安排工作人员进行配合，卖方检修完成后，买方应及时进行验收。

第九条、免责条款

1. 发生不可抗力致使任何一方不能履行、延迟履行或不能完全履行本合同项下规定的义务时，遭遇不可抗力的一方可不承担相应的违约责任，但应立即以书面形式通知对方并及时提供有效证明文件。如未通知或延迟通知给对方造成额外损失的，应向对方负赔偿责任；如不可抗力情况消除后，能够继续履行合同的，不得以任何理由拒绝或迟延本合同的继续履行，否则应承担违约责任。
2. 本条所称“不可抗力”是指自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）或新颁布的法律、法规等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

第十条、争议解决

凡因本合同引起或与本合同有关的一切争议，双方应本着友好协商的原则解决争议。如协商不成，应提交买方所在法院诉讼解决。

第十一条、其他

1. 本合同未尽事宜，买卖双方可另行协商，签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。
2. 本合同一式5份，买方执4份，卖方执1份，具有同等法律效力。本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效。
3. 本合同附件及合同中提及的其他文件与本合同具有同等法律效力。

附件：

1、保修服务条款

买 方：首都医科大学附属北京潞河医院

卖 方：喆铭（天津）医疗器械有限公司

名 称：(印章)

名 称：(印章)

授权代表(签字)：_____

授权代表(签字)：石延德

2025 年 7 月 3 日

2025 年 7 月 3 日

附件 1、保修服务条款

一	维修服务
1	本次维保服务所含设备为医用直线加速器 Vitalbeam 和 IX
2	自报修开始, 1 小时响应, 并工程师现场到达时间不超过 24 小时
3	具有 24 小时免费服务电话, 供客户报修或技术咨询使用, 4008100108
4	每次维修完毕, 需提供该设备的《维修报告》, 供院方留存
5	制定该设备年度保养细则, 每年保养次数 4 次, 提供每次的《保养报告》
6	保修结束前提供《全年度维修保养分析报告》, 具体格式和内容以及时间点按照院方要求提供
#7	保证保修合同中涵盖的设备开机率 $\geq 95\%$ 以上(全年按 365 天计算)
8	为保修合同涵盖的设备提供现场的服务支持。在工作日及周末的任意时间中进行
9	服务热线维修技术支持专家将为保修合同涵盖的产品提供维修技术支持(服务热线支持可在必要时于工作日或周末的非标准工作时间内通过电话和电子邮件提供)
10	保修结束前设备处于良好的工作状态
#11	涵盖的治疗室三方附属设备, 包括治疗定位激光灯, 对讲系统。CCTV 监视系统, 水冷机, 空气压缩机和稳压电源。
12	提供医用直线加速器设备维修保养需使用的特殊精密专业工具列表, 并提供年度国家级校正认证机构或其授权单位出具的有效检测报告。
二	配件
1	为保修合同涵盖的设备正常工作而提供所有的必要零件
2	备件供应 100%保障, 备件供应大于 10 年
3	在中国境内设有配件仓库, 且针对瓦里安 VitalBeam 平台的配件库存率 $\geq 85\%$, 包含核心备件加速管、偏转磁铁等, 提供进口报关单备查。
4	工程师下达订单后备件到货时间不超过 24 小时
5	若非工作时间订货, 须通过特批程序加急发货
6	使用新备件进行更换, 禁止使用拆机件, 必要时提供报关单
7	易损件更换原厂新件

