

# 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 基层医疗卫生服务能力提升项目  
医用 X 线诊断设备采购  
合同编号: 25GYL/J50117/S1  
甲 方: 北京市朝阳区双井社区卫生服务中心  
乙 方: 国药国际供应链管理(北京)有限公司  
签订时间: 2025 年 09 月 01 日



## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北京市朝阳区双井社区卫生服务中心（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：国药国际供应链管理（北京）有限公司（供应商）

乙方2（全称）：                    /                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：                    /                    （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：基层医疗卫生服务能力提升项目医用 X 线诊断设备采购

采购项目编号：11010525210200023959-XM001

(2) 采购计划编号：                    /                    

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：数字化摄影 X 射线机、1 套

品牌：万东 规格型号：新东方 1000N4s 型

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：                    /                    

关键部件：          /           品牌：          /           型号：          /          

关键部件：          /           品牌：          /           型号：          /          

关键部件：          /           品牌：          /           型号：          /          

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          /           数量：          /           金额：          /          

☒否

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购





(5) 政府采购方式: ☒ 公开招标 ☐ 邀请招标 ☐ 竞争性谈判 ☐ 竞争性磋商

☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交) 采购标的制造商是否为中小企业: ☐ 是 ☒ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐ 是 ☒ 否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交) 采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交) 采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型: ☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐ 是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

国别: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品:

☐ 是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及环境标志产品:

☐ 是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及绿色产品:

☐ 是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_





☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是

☐否

☒不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥1,198,000.00 元

大写: 人民币壹佰壹拾玖万捌仟元整

分包金额(如有)小写: /

大写: /

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 /

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒ 分期付款: 合同签订后付款合同金额的 70%,货到验收合格后付款合同金额的 30%。

☐ 成本补偿: (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

## 3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 09 月 01 日, 完成日期: 2025 年 09 月 30 日。

(2) 履约地点: 采购人(甲方)指定地点

(3) 履约担保:是否收取履约保证金:☐是 ☒否

收取履约保证金形式: /

收取履约保证金金额: /

履约担保期限: /

(4) 分期履行要求: /

(5) 风险处置措施和替代方案: /

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 北京市朝阳区双井社区卫生服务中心

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☒否



是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：\_\_\_\_/\_\_\_\_ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：\_\_\_\_/\_\_\_\_

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起5日内组织验收）

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：乙方提出验收申请后，甲方组织人员进行验收，验收合格后双方签订验收收单。

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：国家及行业标准

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：\_\_\_\_/\_\_\_\_（产权过户登记等）

#### 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### 6. 合同生效

本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

#### 7. 合同份数

本合同一式伍份，甲方执四份，乙方执一份，均具有同等法律效力。


合同订立时间：2025年09月01日






合同订立地点：北京市朝阳区双井社区卫生服务中心

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|                                       |                                                                                          |                      |                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位<br>或采购文件约定的合同甲方） |                                                                                          | 乙方（供应商）              |                                                                                            |
| 单位名称（公章或合同章）                          | 北京市朝阳区双井社区卫生服务中心                                                                         | 单位名称（公章或合同章）         | 国药国际供应链管理（北京）有限公司                                                                          |
| 法定代表人<br>或其委托代理人<br>（签章）              | 王焱辉<br> | 法定代表人<br>或其委托代理人（签章） | 杨少鹏<br> |
|                                       |                                                                                          | 拥有者性别                | 男                                                                                          |
| 住 所                                   | 北京市朝阳区广渠门外大街 31 号                                                                        | 住 所                  | 北京市朝阳区惠新东街 4 号 7 层 701 内 715 室                                                             |
| 联 系 人                                 | 李老师                                                                                      | 联 系 人                | 贾岩                                                                                         |
| 联系电话                                  | 010-67788863                                                                             | 联系电话                 | 18618129353                                                                                |
| 通信地址                                  | 北京市朝阳区广渠门外大街 31 号                                                                        | 通信地址                 | 北京市朝阳区惠新东街 4 号 7 层 701 内 715 室                                                             |
| 邮政编码                                  | 100022                                                                                   | 邮政编码                 | 100029                                                                                     |
| 电子邮箱                                  | /                                                                                        | 电子邮箱                 | jiayan5@sinopharm.com                                                                      |
| 统一社会信用代码                              | 12110105797594642A                                                                       | 统一社会信用代码             | 911101137975835726                                                                         |
| /                                     | /                                                                                        | 开户名称                 | 国药国际供应链管理（北京）有限公司                                                                          |
| /                                     | /                                                                                        | 开户银行                 | 中信银行北京知春路支行                                                                                |
| /                                     | /                                                                                        | 银行账号                 | 7111 7101 8260 0150 306                                                                    |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。            |                                                                                          |                      |                                                                                            |







## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式





3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

#### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

#### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

#### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政



府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追





究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延履行，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：



- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

### 15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

- (1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必





要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

#### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法





19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。





## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



### 第三节 政府采购合同专用条款

|                     |                     |                                                       |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 1.2 (6) 项  | 联合体具体要求             | /                                                     |
| 第二节<br>第 1.2 (7) 项  | 其他术语解释              | /                                                     |
| 第二节<br>第 4.4 款      | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 30 天                                                  |
| 第二节<br>第 4.6 款      | 约定甲方承担的其他义务和责任      | /                                                     |
| 第二节<br>第 5.4 款      | 约定乙方承担的其他义务和责任      | /                                                     |
| 第二节<br>第 6.1 款      | 履行合同义务的顺序           | 无特殊要求                                                 |
| 第二节<br>第 7.1 款      | 包装特殊要求              | 无特殊要求                                                 |
|                     | 指定现场                | 采购人（甲方）指定地点                                           |
| 第二节<br>第 7.2 款      | 运输特殊要求              | 无特殊要求                                                 |
| 第二节<br>第 7.3 款      | 保险要求                | 无特殊要求                                                 |
| 第二节<br>第 8.2 (1) 项  | 质量保证期               | 设备自安装调试完毕并通过客户验收之日起, 整机提供叁年的保修期（人为损坏及易损配件除外）。         |
| 第二节<br>第 8.2 (3) 项  | 货物质量缺陷响应时间          | 提供 2 小时内响应故障报告, 24 小时安排工程师到达现场, 紧急故障情况可安排专人优先处理。      |
| 第二节<br>第 11.1 款     | 其他应当保密的信息           | 无特殊要求                                                 |
| 第二节<br>第 12.2 款     | 合同价款支付时间            | 合同签订后付款合同金额的 70%, 货到验收合格后付款合同金额的 30%。                 |
| 第二节<br>第 13.2 款     | 履约保证金不予退还的情形        | /                                                     |
| 第二节<br>第 13.3 款     | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金  | /                                                     |
| 第二节<br>第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限           | 在保修期内, 若设备出现故障并需要维修, 我们承诺在 24 小时内完成维修工作（视故障类型而定, 特殊情况 |





|                     |                |                                                                                                            |
|---------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                | 可延长)，并保证维修质量。                                                                                              |
| 第二节<br>第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定        | 不回收                                                                                                        |
| 第二节<br>第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务      | /                                                                                                          |
| 第二节<br>第 15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定 | 售后维修所使用的配件均为原厂正品配件，确保设备的稳定性和可靠性，不使用任何未经认证的配件或低质量的替代件。                                                      |
| 第二节<br>第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费        | /                                                                                                          |
| 第二节<br>第 15.3 款     | 逾期付款利息         | /                                                                                                          |
| 第二节<br>第 15.4 款     | 其他违约责任         | /                                                                                                          |
| 第二节<br>第 19.2 款     | 解决争议的方法        | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 <u>(2)</u> 种方式解决：<br>(1) 向 <u>/</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>/</u> ；<br>(2) 向北京市朝阳区人民法院起诉。 |
| 第二节<br>第 23.1 款     | 其他专用条款         | /                                                                                                          |



附件一：中标通知书



## 中标通知书

GT2511P0E[中]字第001号

国药国际供应链管理(北京)有限公司：

本项目评标和定标工作已完成，根据本项目招标文件和贵方提交的投标文件，经评标委员会评审，并报采购人确认，确定贵方为中标人，主要中标条件如下：

|      |                              |            |        |        |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
|------|------------------------------|------------|--------|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 基层医疗卫生服务能力提升项目医用 X 线诊断设备采购项目 |            |        |        |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |
| 项目编号 | 11010525210200023959-XM001   |            |        |        |   | 标包     |        | /      |   |   |   |   |   |   |   |
| 中标金额 | 小写                           | 千<br>亿     | 百<br>亿 | 十<br>亿 | 亿 | 千<br>万 | 百<br>万 | 十<br>万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 |
|      |                              |            |        |        |   | ¥      | 1      | 1      | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|      | 大写                           | 壹佰壹拾玖万捌仟元整 |        |        |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |

请贵方在发出此通知书之日起30日内，按照招标文件和贵方投标文件，与采购人签订书面合同；签订合同后1日内，向我公司报送合同，并办理投标保证金退付手续。

感谢贵方对本次采购工作的支持与配合，期望能与贵方在以后的工作中继续保持合作，并衷心祝愿贵方的事业蒸蒸日上。

特此通知



国讯招标集团有限公司

地址 (Add): 北京市西城区广安门大街168号朗琴国际A座18B01A室 邮编 (Zip): 100055  
电话 (Tel): (8610)-88805900 传真 (Fax): (8610)-88805200  
网址 (Url): <http://www.chinagotion.com> 邮箱 (E-mail): [gotion@chinagotion.com](mailto:gotion@chinagotion.com)





## 附件二：产品配置清单

万东医疗产品配置表

WDM 万东

### 万东医疗产品配置明细表

新东方 1000N4s 型 数字化摄影 X 射线机

#### 一、配置清单（产品组成）：

##### ● 硬件标准配置

| 序号 | 部件名称         | 型号                 | 数量 |
|----|--------------|--------------------|----|
| 1  | 高频高压发生装置     | GFS802-4           | 一套 |
| 2  | 平板探测器        | WDF 4343Rs         | 两套 |
| 3  | 医用诊断 X 射线管组件 | E7254FX            | 一套 |
| 4  | 限束器          | XS2-7              | 一套 |
| 5  | 立式摄影架        | LS-6               | 一套 |
| 6  | 摄影床          | SC4-5              | 一套 |
| 7  | 图像采集系统       | WD-ACQUIRE         | 一套 |
|    | ——含工作站主机     | 品牌计算机              | 一套 |
|    | ——含显示器       | 23.8 吋单色医学专用液晶显示器  | 一套 |
| 8  | 系统附件         | 8.1 单向对讲系统         | 一套 |
|    |              | 8.2 滤线栅            | 一套 |
|    |              | 8.3 高压电缆 DL7512-1B | 一套 |
|    |              | 8.4 多功能电脑桌 F821.1A | 一套 |
| 9  | 胶片打印机        | /                  | 一台 |

##### ● 软件标准配置

| 序号 | 软件名称                                        | 数量 |
|----|---------------------------------------------|----|
| 1  | WD-ACQUIRE-X1 图像采集操作软件[简称：WD-ACQUIRE-X1] V2 | 一套 |
| 2  | 采集曝光参数与胶片同步系统 V1.0                          | 一套 |

本文不能直接作为合同文件，本文给出的所有信息均可能随产品改进而不做通知的做出修改

WDM-EDT-PZ2501-新东方 1000N4s  
WANDONG MEDICAL

Page 1 of 7



## 二、技术规格:

### 系统标准配置

| 部件名称                | 系统说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 平板探测器               | <p>型号: WDF 4343Rs</p> <p>接收器类型: 非晶硅整板非拼接</p> <p>有效接收尺寸: 430mm×430mm</p> <p>像素矩阵: 4300×4300</p> <p>像素大小: 100um</p> <p>A/D 变换: 16bit</p> <p>分辨率: 5.0lp/mm</p> <p>DQE: ≥75%</p> <p>MTF: ≥75% (@ 1.0 LP/mm)</p> <p>重量: 3.4kg</p> <p>成像时间: ≤6.5s</p> <p>保存温度: -15℃~55℃, 使用温度: 10℃~40℃</p> <p>数据传输: 无线传输或有线传输</p> <p>控制指令传输: 无线传输或有线传输</p> <p>校准模式: 偏移量校准、增益校准、坏像素点校准、线噪声校准</p> <p>可实现内触发同步控制, 方便进行升级</p> <p>一体化 iAEC 功能</p> |
| 高频高压发生装置            | <p>型号: GFSS02-4</p> <p>功率: 80kW</p> <p>摄影 kV: 40~150kV, mA 范围: 10~1000mA</p> <p>曝光时间: 1ms~10s, mAs: 0.1mAs~1000mAs</p> <p>自动器官程序摄影 (APR)</p> <p>电源条件: 380VAC 三相</p> <p>网络集成: 发生器参数状态可与采集图像集成显示</p> <p>故障自诊断功能</p>                                                                                                                                                                                                      |
| 医用诊断旋转阳极<br>X 射线管组件 | <p>型号: E7254FX</p> <p>焦点标称值: 0.6 / 1.2</p> <p>焦点功率: 40 / 102kW</p> <p>阳极热容量: 400kHU</p> <p>阳极转速: ≥9700rpm</p> <p>阳极靶角: 12°</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

本文不能直接作为合同文件, 本文给出的所有信息均可能随产品改进而不做通知的做出修改

WDM-EDT-PZ2501-新东方 1000N4s  
WANDONG MEDICAL





|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 摄影床    | <p>型号: SC4-5</p> <p>床面距地面高度不大于 670mm。</p> <p>床面移动行程:纵向移动: <math>\geq 905\text{mm}</math>, 横向移动: <math>\geq 260\text{mm}</math>。</p> <p>X 射线源组件支柱移动行程: <math>\geq 1750\text{mm}</math></p> <p>X 射线管焦点距地垂直移动范围不小于 525mm~1800mm</p> <p>X 射线管组件绕横臂转动范围不小于 <math>+120^\circ \sim -120^\circ</math>。</p> <p>X 射线源组件支柱自转范围不小于 <math>+180^\circ \sim -180^\circ</math> , 且相隔 <math>90^\circ</math> 处均能定位。</p> <p>滤线器纵向移动范围应不小于 510 mm</p> <p>床面板最大衰减当量: <math>&lt; 1.2\text{mmAl}</math></p> <p>床面在承受 250kg 质量后能正常工作</p> <p>产品具有 X 射线管组件与探测器组件的自动跟随功能。</p>                                                                                                                                                        |
| 滤线栅    | <p>滤线栅栅比: <math>\geq 10: 1</math></p> <p>滤线栅焦距: <math>\geq 100\text{cm}</math></p> <p>滤线栅密度: 不小于 40L/cm (或 103L/inch)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 限束器    | <p>型号: XS2-7</p> <p>最大照射野: <math>\geq 430\text{mm} \times 430\text{mm}</math> (SID=100cm), 最小视野: <math>\leq 2\text{mm} \times 2\text{mm}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 立式摄影架  | <p>型号: LS-6</p> <p>探测器中心距地最低应为 <math>360\text{mm} \pm 20\text{mm}</math>, 摄影台的行程应不小于 1500mm。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 图像采集系统 | <p><b>硬件配置:</b></p> <p>CPU: Intel 酷睿处理器 (双核, 3MB, 3.7GHz)</p> <p>内存: <math>\geq 8\text{GB}</math> 硬盘: <math>\geq 1\text{T}</math> 光驱: DVD 刻录</p> <p>系统接口: USB 接口、1000MB 网络接口、DVI/HDMI 显示输出接口</p> <p>显示器: 23.8 吋单色医学专用液晶显示器, 分辨率: <math>1920 \times 1080</math></p> <p>操作系统: Win10 操作系统</p> <p><b>软件配置:</b> WD-ACQUIRE</p> <p>图像采集: 采集条件设置, 机械位置显示, APR 设置</p> <p>能对患者及图像信息进行管理, 包括病人登记、病人及图像信息管理、查询和排列病人影像、报告编写和管理、图像管理等功能;。</p> <p>具有曝光参数的记录和显示功能; 能进行患者姓名的显示和输入功能; 能在图像上显示左右标记符号; 有辐射剂量的记录和显示功能;</p> <p>具有多项 DICOM 服务类别, 如传输、接收、存储、查询, WORKLIST、MPPS、存储确认等功能;</p> <p>具有 DICOM 结构化 SR 报告 (如报告编写、报告存储、报告打印、报告发送等) 功能;</p> <p>具有 DICOM 图像导出、移动硬盘存储和刻盘等功能;</p> <p>具有统计功能, 如统计当日或指定日期的曝光数量、拍摄部位的、设备拍摄量、时</p> |

本文不能直接作为合同文件, 本文给出的所有信息均可能随产品改进而不做通知的做出修改

WDM-EDT-PZ2501-新东方 1000N4s  
WANDONG MEDICAL



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>间断设备拍摄量等统计功能。</p> <p>图像打印：标准 DICOM 打印（可直接打印、协议打印）、纸打印、对显示的图像进行手动选择打印、手动选择标记图像打印、可选择不同打印设备、胶片格式及打印张数、打印时间控制、禁止/启动预先的设置。</p> <p>支持 RIS，支持以电子病历为核心的医院信息化系统的集成。</p> <p>图像处理：窗宽/窗位、自动窗宽/窗位、预置窗宽/窗位、正负像翻转、图像翻转、图像旋转、图像缩放（权限受控）、图像放大及漫游、图像插值、边缘增强、降噪、恢复原始图像、文字/数字标注、图像标记、标尺线段测量、面积测量、电子剪切等功能</p> <p>部位协议增强滤波器：根据人体各部位的不同生理结构、医生对各部位的不同诊断要求以及临床的不同需要，对身体各部位进行算法优化</p> <p>用户个性化设定：显示格式及布局、默认值设置、工具栏设置</p> <p>其他功能：病人图像可以采用各种方式查询，并可自定义查询方式；具有病人预约功能；支持无损压缩的高速传输；支持在线解压</p> <p>软件采用全中文操作界面：高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上可进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示、电离室野的调节和设置、体型的调节和设置等，具有曝光准备和曝光灯指示功能，故障代码发送，高压发生器操作过程记录等</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





### 附件三：售后服务方案和承诺

#### 售后服务方案和承诺

我公司秉承“客户至上”的原则，致力于为客户提供全方位、高效、及时的售后服务保障。通过完善的售后服务体系，我们确保设备的正常运行及用户体验，并及时响应客户需求，解决使用中的问题。

##### 1. 服务内容

###### 1.1 设备安装后的现场培训与指导

1.1.1 培训对象：设备的主要操作人员及维护人员。

###### 1.1.2 培训内容

1.1.2.1 操作流程：详细讲解设备的日常操作步骤与注意事项。

1.1.2.2 全操作：介绍设备的使用安全规范，确保操作人员了解如何在安全的环境下使用设备。

1.1.2.3 故障排除：培训人员如何识别常见故障及应急处理措施。

1.1.2.4 日常维护：如何对设备进行日常检查、保养与清洁，延长设备使用寿命。

###### 1.2 提供 24 小时技术支持

1.2.1 电话支持：提供全天候的电话咨询与支持，用户遇到任何问题，均可通过电话直接联系公司技术支持人员。

1.2.2 远程支持：通过网络远程访问设备系统，为用户提供技术诊断与故障排除服务。

1.2.3 在线帮助：通过电子邮件或即时通讯工具，提供解答和技术支持。

###### 1.3 设备保修期内的免费维修

1.3.1 保修期：设备自安装调试完毕并通过客户验收之日起，整机提供叁年的保修期（人为损坏及易损配件除外）。

###### 1.3.2 保修内容

1.3.2.1 保修期内：如设备出现任何因产品质量或安装调试问题导致的故障，客户可以免费申请维修服务。

1.3.2.2 免费服务：提供故障排除，确保设备恢复正常使用。

###### 1.4. 定期维护与检查

1.4.1 定期检查服务：提供设备定期保养服务，确保设备长期稳定运行。

1.4.2 维护内容：设备清洁、操作系统更新、硬件检查与维护，确保设备在最佳状态下运行。

1.4.3 反馈与跟踪：维护结束后，提供详细的检查报告，并记录设备运行情况。若发现问题，将提供解决方案并跟踪整改。

###### 1.5 故障响应与处理



**1.5.1 响应时间：**提供 2 小时内响应故障报告，24 小时安排工程师到达现场，紧急故障情况可安排专人优先处理。

**1.5.2 故障处理：**根据故障类型，进行现场维修或远程故障排除。如无法在现场处理，设备将送回公司维修，确保最短时间内恢复使用。

**1.5.3 备件支持：**保证设备所需的备件库存充足，并确保在维修过程中所需部件能及时提供。

## **2. 服务承诺**

### **2.1 及时响应承诺**

在合同执行期和质量保证期内，我们承诺所有客户在提出售后服务需求后，会在 2 小时内向客户提供响应，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务并解决问题。

### **2.2 质量保证承诺**

我们承诺所有提供的设备和配件，均符合国家及行业的相关质量标准，确保设备在保修期内没有因产品质量问题产生故障。若在保修期内因质量问题产生故障，我们将免费提供维修服务，确保客户满意。

### **2.3 维修时效承诺**

在保修期内，若设备出现故障并需要维修，我们承诺在 24 小时内完成维修工作（视故障类型而定，特殊情况可延长），并保证维修质量。

### **2.4 原厂配件承诺**

售后维修所使用的配件均为原厂正品配件，确保设备的稳定性和可靠性，不使用任何未经认证的配件或低质量的替代件。

### **2.5 设备维护承诺**

提供设备定期维护与检查服务，具体频率与使用方协商，以确保设备处于最佳工作状态。

### **2.6 客户满意度承诺**

我们承诺提供高质量的售后服务，努力解决客户的每一个问题，确保客户在设备使用过程中的任何困扰都能得到快速、专业的解决。

## **3. 售后服务流程**

### **3.1 客户提出需求**

客户在使用过程中遇到问题或需要服务时，通过电话、电子邮件、在线客服等渠道提出需求。

### **3.2 问题分析与响应**





售后服务人员进行问题分析，了解客户设备故障情况，判断是否需要现场支持，或可以通过远程支持解决问题。

### 3.3 安排服务

若问题无法远程解决，安排专业技术人员现场支持。根据客户的需求，确定服务的具体时间和人员安排。

### 3.4 设备维修与处理

根据设备故障类型，技术人员提供现场或远程解决方案。故障处理完毕后，测试设备的各项功能，确保设备恢复正常。

### 3.5 客户反馈与满意度调查

售后服务完结后，邀请客户进行服务反馈，确保客户对本次服务满意。根据客户的反馈，优化后续的服务流程与技术支持。

### 3.6 服务档案管理

将每次服务记录在系统中，保存设备的维修、检查和维护记录，作为日后服务的参考依据。

