

# 北京市公安局石景山分局 北京市红十字会急诊抢救中心 合作协议书

## 第一章 总则

北京市公安局石景山分局为适应石景山区监管场所工作要求，充分体现党和政府对被监管人员的人性化管理，弘扬人道主义精神，保障被监管人员生命和身体健康，维护被监管人员的合法权益，北京市公安局石景山分局和中标人北京市红十字会急诊抢救中心本着平等互利原则，通过友好协商，在石景山看守所建立医务室，为此，特订立本协议。

## 第二章 合作各方

1. 本协议各方为：

甲方：北京市公安局石景山分局（以下简称甲方）

乙方：北京市红十字会急诊抢救中心（以下简称乙方）

## 第三章 成立机构的名称、地址

第二条 合作机构名称：

北京市红十字会急诊抢救中心驻石景山区看守所医务室（以下简称医务室）

地址：北京市石景山区古城南里甲1号

## 第四章 合作各方的责任

第三条 甲方责任

1、甲方提供工作房间。

包括：主任办公室、医生护士办公室、医生护士值班室、检

查处置室、治疗室、药房、化验室、X光室、B超室、心电图室各1间；医护人员宿舍4间，并负责房间的专业装修改造工程，以满足医疗要求。

2、医务室诊疗科目：内科、外科、医学检验科、医学影像科。

3、保障医务室的供水、供电、供暖，并负责医务室房屋水电、管道、防火设备等基础设施的维修和检查。

4、为医务室工作人员提供的就餐条件等同于监所民警。

5、为医务室的《非营利性医疗机构执业许可证》审验提供必要的支持。

6、在巡诊、处理求医的过程中为乙方医务人员提供人身安全保障。

7、每周定时召开一次所情分析会，会上听取医务人员一周的工作汇报，医务室负责人须将一周的工作汇报以书面形式递交给所领导。

8、甲方须指定一名医疗民警或所领导负责医务室日常工作的监督与把关，保证24小时能够与医务人员沟通。

9、对乙方已向甲方明确汇报的被监管人员病情，并向甲方出具书面建议书，但甲方因工作需要未及时执行该建议，所造成的一切后果由甲方承担。

#### 第四条 乙方的责任

1、乙方选派14名（主任1人、医生6人、护士5人、药房1人、检验员1人）具有执业资格的医、护、技人员到医务室工作。必须配备24小时专业抢救车1部。

2、乙方的医护人员工作时间为：每日 24 小时。工作方式：满足监所和办案中心被监管人员病情的诊治及各种医务工作需要。

3、负责医务室《非营利性医疗机构执业许可证》的审验。

4、乙方所有医护人员必须严格遵守石景山区看守所的有关规定。

5、医务室所必需的医疗设备均由乙方提供，医疗设备所有权归乙方所有，医疗设备的日常维修、升级保养由乙方负责。

6、乙方的医护人员须承担医务室以下工作：

(1) 治疗、护理、药房、检验、放射、值班等；

(2) 负责看守所内被监管人员及入所前被收押人员的五项体检、初步诊断、传染病筛查等医疗工作；

(3) 在甲方工作人员的陪同下负责监区内巡诊、发药工作；

(4) 负责对被监管人员突发疾病的抢救、转运工作；

(5) 负责对监区内防疫、消毒、防疫宣传和医疗讲座工作；

(6) 负责被监管人员违法犯罪信息的 DNA 库的采集与收集工作。

(7) 乙方进入监区必须经甲方同意或在甲方民警的陪同之下。

(8) 甲方被监管人员入所时，乙方负责对其进行身体“五项检查”，即血压、血常规、心电图、胸片、腹部 B 超。甲方被监管人员每羁押超过 6 个月后，乙方对其进行健康筛查，对平时患病、长期服药的被监管人员有针对性的进行“五项检查”。对甲方列管的重点人、特殊人是否需要复查“五项

检查”，须甲乙双方会商后确定。

(9) 乙方负责为甲方患病被监管人员日常发药，用药须选用医保范围内药品，如需超出医保范围用药须以书面形式报甲方监所所长或政委审批。

(10) 乙方在日常巡诊过程中，如发现病人需要进行辅助检查（如X线、B超、化验等）时，须以书面形式报甲方值班所长审批，审批通过后方可进行检查。

(11) 乙方每周为监所消毒2次，消毒工作完成后，乙方执行消毒工作的医护人员与甲方值班民警在“消毒登记本”上签字。

(12) 乙方医务人员对进入办案中心的嫌疑人进行测量体温、血压等基本生命体征及病史的询问，女性被监管人员进行怀孕初筛检查，对于患有疾病的被体检人员，询问病史及服药史，保障治疗的及时性。

(13) 乙方医务人员对关押在办案中心的人员就医时及时给予相应处置；对于入办案中心的嫌疑人突发危重疾病时，医务人员及时进行救治。

(14) 根据监管场所消毒防疫要求对执法办案中心进行消毒工作。

7、负责医用物品、药品、化学试剂的供应，收费符合北京市发展改革委员会最新公布的药品价格标准，并保证药品的有效期、厂家批号符合国家对药品的相关要求和规定。

8、对较重（非危重）病人就地观察治疗。如病人病情变化

须及时向甲方提出外出检查或住院的建议，是否外出检查或住院由甲方决定。

9、24小时对被监管人员健康状况进行监控并负责各种疾病的治疗、急救工作。每周选派院内专家组到监所内进行会诊。

10、根据国家医疗标准，协助看守所、执法办案中心为就医被监管人员逐人建立病例档案并存档备查。

11、根据被监管人员病情，如实出具有法律效力的“诊断证明”。

12、乙方全面负责看守所被监管人员的医疗安全，承担被监管人员体检、化验、救治、用药过程中的一切医疗责任，并负责因乙方医疗行为所致的医疗事故造成问题的处理和一切损失。

第五条 医务室工作人员严格遵守监区医疗制度与职责。

### **第五章 医务室的管理**

第六条 医务室由乙方负责管理，甲方指定一名民警或所领导负责协助乙方管理医务室的工作，保证24小时能够与医务人员沟通。

第七条 被监管人员的医疗、转诊、住院等事宜由甲方决定。

### **第六章 劳动管理**

第八条 医务室的医护人员的社会保险、生活福利由乙方负责

第九条 医务室医护人员的聘用和辞退，乙方及时通报甲方。

### **第七章 财务支付方式及医药费结算方法**

第十条 医疗中心的财务管理工作由乙方负责，乙方应当保



存好一切记账凭证、单据、报表、账簿；甲方有权对医疗中心的财务进行审查、稽核，并对结果进行确认。

第十一条 甲方每月 10 日前将上月监所医疗（体检、检查、用药等）产生的费用及 14 名医护人员工资（每人每月 10900 元）以支票形式支付给乙方，全年所有费用上限不得超过预算总额 346.8249 万元。甲方付款前，乙方提供合法发票并自行承担税费。

第十二条 甲方执法办案中心嫌疑人及在押人员因病在公安医院、乙方驻公安医院特诊病区及监所外社会医疗机构就医门诊、住院产生的费用和急救车转诊费用由甲方单独实时结算，不含在第十一条中明确的费用之内。

## 第八章 合作期限

第十三条 医务室的合作期限为 2026 年 1 月 6 日至 2027 年 1 月 5 日。

## 第九章 协议的修改、变更与解除

第十四条 对本协议及其附件的修改、变更必须经甲乙双方签署书面协议方可生效，补充协议产生后，原协议与补充协议相抵触的条款，以补充协议为准。

第十五条 因不可抗力致使不能实现本协议目的，甲乙双方经协商后，方可解除本协议。

第十六条 乙方不按双方确定的医疗收费标准收费，违反国家法律、法规规定的，甲方有权解除本协议。

第十七条 甲方不按甲乙双方确定的医疗收费标准向乙方支付有关费用，乙方有权解除本协议。

第十八条 甲乙双方依本协议主张解除协议的，应提前 15 日以书面形式通知对方，协议自书面通知到达后 15 日后解除。

### 第十章 违约责任

第十九条 因乙方的原因造成医疗事故，在查明原因后由乙方负责，由此产生的经济损失由乙方承担。

第二十条 非因本协议约定的解除协议事由出现，任何一方均不可单方解除本协议，否则违约方应承担相应责任。


### 第十一章 本协议效力及其它

第二十一条 本协议自双方签字并盖章之日起生效。

第二十二条 本合同纠纷管辖地为甲方住所地人民法院。本协议一式陆份，甲方叁份、乙方壹份，财政备案壹份，招标代理机构壹份，具有同等法律效力。

甲方：北京市公安局  
石景山分局

(盖章):

授权代表 (签字):   
年 月 日

乙方：北京市红十字会  
急诊抢救中心

(盖章)

授权代表 (签字):   
年 月 日

Handwritten text on the left margin, partially cut off.



## 附件一：

石景山区看守所医务室医疗设备基数表

序号	物品名称	技术参数	单位	数量
1	X光机	主机：含高压发生器、x线球管、x线球管支架	台	1
	CR机	主控台、摄影平床、随机附件	套	1
2	呼吸机	通气模式(最大流速、气道压力)	台	1
3	便携式超声 诊断仪(B超 含车)		台	1
4	彩超(含彩 超专用箱)	腹部(肝、胆、脾、肾、胰)、心脏、胎儿、子宫附件、卵巢、血管、甲状腺、乳腺、眼球、腔内(阴道/直肠)诊断、前列腺、术中诊断B型、M型(180PLUS为标准功能)、15英寸彩色显示器/5.5英寸彩色液晶屏幕(LCD)	套	1
	打印机(配B 超机用)	打印分辨率、打印速度、打印接口、打印语言	台	1
5	监护仪	<p>高分辨率 12.1 英寸彩色 TFT 液晶显示全面监护成人，小儿，新生儿</p> <p>中英文操作界面(可选多国语言版：德语、法语、意大利语、土耳其语等)</p> <p>大字符界面等多种显示模式可选波形、数据颜色可随意配置</p> <p>480 小时趋势数据存储，40 秒全息波形回放</p> <p>7 导心电同屏显示，心电波形级联显示</p> <p>抗高频电刀，对除颤效应有防护(需要特殊导联线)数字血氧技术，抗运动干扰，抗弱灌注能力强</p> <p>无创血压测量回顾功能，最多可存储 400 组无创血压测量数据</p> <p>支持有线、无线模式与中央监护联网、他床观察、软件升级</p> <p>支持内置 SD 卡、U 盘存储数据存储及 U 盘升级</p> <p>支持 VGA 视频输出及液晶屏背光调节功能</p> <p>支持真人发声报警功能支持同步信号输出功能</p> <p>具有监护、手术、诊断三种模式具有心律失常波形自动分析功能具有药物浓度、滴定表计算功能</p> <p>双通道体温监护，并具有体温差显示</p> <p>血压具有软、硬件双重过压保护功能</p>	台	1

6	除颤仪	异步，体外除颤治疗器，带操作图示指导，操作简便，具备自检、自动纠错及内部安全放电等功能。能量等级：20，50，100，160，250，360 焦耳，45 次 360 焦耳的放电。 在显示电池用完后，还有 10 次放电能量的储存，充电到 100 焦耳约 2 秒，充电到 360 焦耳约 7 秒，含儿童电极的组合式电极板，3 小时蓄电池充满电	台	1
7	心电图机	5.7 英寸液晶显示屏 12 导联同 0 步采集，同步显示 3、6、12+1 道心电图波形 1+1、3 道记录 内置分析软件，可进行标准 12 导联自动分析和心律不齐检查 内置存储器可存储 128 例以上心电图数据文件 50/63mm 宽记录纸 具有 LAN 端口，可以与计算机相连 交/直流两用，内置充电电池可连续工作 3 小时 体积小，重量轻(1.7kg) 技术参数规格（核心参数）：三道，5.7 寸液晶显示，自动分析	台	1
	心电图机	特性： 1. 小巧、轻便仅 1.2kg 2. 5.7 英寸大屏波形显示（不压缩波形）3、6、12 波形显示 3.6 国（含中文）语言 4. 高能镍—氢电池连续使用 180 分钟 5. AC 电源适配器 6. 新软件（FCP—7101），分析功能强大 7. 63mm 热阵打印 8. 薄膜轻触键 9. 128 例心电图内储存，读出回放或外输心电图数据图像 10. lan 网络快车接口 11. 自检功能 功能：功能 FCP-7101 带自动分析功能 FX-7102 无自动分析功能标准心电图检查方式(自动记录)0X 分析报告(手动记录)0X 心律不齐检查方式 0X 文件方式	台	1
8	电解质分析仪	可互换电极 通用的检测方法 用于所有配置的单个试剂包试剂包传感器	套	1
9	全自动血液分析仪	采用全血和末梢血预稀释两种检测模式，均可取得精确的 19 项血液参数：CBC (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT)；白细胞三分群结果(Lymph %, #; Neut %, #; Mixed %, #); 以及 RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR.	套	1
10	全自动生化仪	工作方式：分立/任选式 测试速度：最大速度 200test/h（不含 ISE 的速度）	套	1

		<p>测试原理：吸收光谱法、透射比浊法</p> <p>测试方法：终点法、固定时间法（两点法）、动力学法（速率法）单/双波长法</p> <p>测试顺序：严格按样本顺序测定、急诊随时插入</p> <p>在线项目：31 个</p> <p>在线样本：每批 27 个，可以无限量输入多批最长</p> <p>反应时间：15 分钟</p> <p>最小反应体积：150μl 比色杯材料：透紫外塑料</p> <p>通道数（比色杯个数）81 个</p> <p>光源：卤钨灯，12V 20W，寿命≥2000 小时分光方式：光栅式后分光</p> <p>波长范围：340~800nm 波长任选吸光度范围：0~3.0Abs</p> <p>样本量：2~30μl,0.1μl 递增样本盘：圆盘式，27 个样本位</p> <p>试剂、样本针：内外壁高度抛光，具备样本液面检测、随量跟踪及任意方向防碰撞保护功能。</p> <p>试剂量：20~300μl，1μl 递增试剂盘：圆盘式，31 个试剂位加热方式：固体恒温全封闭直热反应温度：37±0.1℃</p> <p>温度波动：±0.1℃</p> <p>数据存储：自动存储、自动备份、无时间和存储量的限制，永久保存各类数据</p> <p>打印内容：可以任意定制打印内容</p> <p>质控类型：实时质控、天内质控、天间质控</p>		
11	尿液分析仪	<p>测试项目葡萄糖 GLU、胆红素 BIL、酮体 KET、比重 SG、潜血 BLD、酸碱度 PH、蛋白质 PRO、尿胆元 URO、亚硝酸盐 NIT、白细胞 LEU、抗坏血酸 VC 检测方式干化学试纸条法检测原理双波长反射系数法光源高亮度冷光源，使用寿命长，灵敏度高，重复性好测试波长 450nm, 550nm, 650nm 测量模式 单步测量和连续测量两种模式可选测试速度 120 条/小时</p>	套	1
12	高速台式离心机	<p>最高转速 Max</p> <p>speed16000r/min16000r/min16000r/min 最大相对离心力 Max RCF17000g17000g17000g</p> <p>容量 Capacity1.5ml×12； 0.5ml×181.5ml×12； 7ml×81.5ml×12； 5ml</p>	台	1

	离心机	1、最高转速：5000r/min 2、最大相对离心力：4050×g 3、定时范围：0~99min 4、外型尺寸：49×39×34cm 5、重量：42kg	台	1
13	移液器	移液器	个	1
	移液器	100-1000ul	个	1
14	生物显微镜	物镜、目镜	台	1
15	紫外线消毒灯车	设备电源电压：220V/50Hz 灯管输入功率：30W*2 支 灯管调节角度：0-180 度紫外线波长：253.7nm 消毒定时范围：0-120 分钟 紫外线灯管寿命>5000 小时	辆	2
16	担架车	采用铝合金铝材。结构轻巧灵活。采用泡沫软垫，使伤病员躺卧舒适。 两头设有伸缩把手，便于抬起担架。 采用低车架结构，可着地移动，又可抬起行走。尺寸（长×宽×高）：190×53×55cm 靠背最大倾角：60° 前后轮距：132cm 承重：159kg 总重量：27kg 可配输液架	辆	1
17	白色治疗车		辆	1
18	铝合金病历车	铝合金材质，50 格	辆	1
19	三联液晶观片灯	功率： ≤30W 颜色： 白色/黑色/灰色（自选） 尺寸： 1200×510×45 技术指标：符合国家最新颁布 YY/T0610-2007 行业标准 光源：采用 LED，寿命>10 万小时 色温： >6500K 亮度：观片屏中心亮度>4000cd/m <sup>2</sup> 均匀性： >90%，等距点阵直射式	台	2

		调光方式：采用微动开关的数码调光方式 夹片方式：采用弹力硅胶		
20	轮椅	车宽 60cm、座宽 46cm、座高 60cm	辆	1
21	血糖仪	<p>【显示语言】：简体中文【测试技术】：葡萄糖脱氢酶生物传感器（血糖）/b-羟丁酸脱氢酶（血酮）</p> <p>【测试时间】：5 秒（血糖）/30 秒（血酮）</p> <p>【计算机接口】：可下载测试结果至电脑中</p> <p>【数据储存】：450 个最近的测试记录</p> <p>【数据管理】：自动计算三种平均值</p> <p>【自动关机】：测试结束 1 分钟后</p> <p>【操作温度】：15-40℃/15-40℃（血酮）</p> <p>【红血球压积】：20-70%，可用于新生儿/30-60%（血酮）</p> <p>【电源】：一节锂电池，更换电池</p> <p>【电池寿命】：1000 次</p> <p>【附加功能】：b-羟丁酸脱氢酶血酮测试</p> <p>【采血量】：0.6 微升/5 微升（血酮）</p> <p>【测试范围】：1.1~27.8mmol/L/0.0-6.0 mmol/L（血酮）</p> <p>【血液样本】：全血</p> <p>【测试条包装】：单条密封锡箔包装</p>	个	1
	血糖仪	<p>【显示语言】：简体中文【测试技术】：葡萄糖脱氢酶生物传感器（血糖）/b-羟丁酸脱氢酶（血酮）</p> <p>【测试时间】：5 秒（血糖）/30 秒（血酮）</p> <p>【计算机接口】：可下载测试结果至电脑中</p> <p>【数据储存】：450 个最近的测试记录</p> <p>【数据管理】：自动计算三种平均值</p> <p>【自动关机】：测试结束 1 分钟后</p> <p>【操作温度】：15-40℃/15-40℃（血酮）</p> <p>【红血球压积】：20-70%，可用于新生儿/30-60%（血酮）</p>	个	1

		<p>【电源】：一节锂电池，更换电池</p> <p>【电池寿命】：1000 次</p> <p>【附加功能】：b-羟丁酸脱氢酶血酮测试</p> <p>【采血量】：0.6 微升/5 微升（血酮）</p> <p>【测试范围】：1.1~27.8mmol/L/0.0-6.0 mmol/L（血酮）</p> <p>【血液样本】：全血</p> <p>【测试条包装】：单条密封锡箔包装</p>		
22	氧气筒	40L	个	1
23	喉镜	配置包括：手柄一个，镜片三片塑料包装盒一个； 可选叶片型号：NO.00 68*8mm	个	2
	喉镜	配置包括：手柄一个，弯钩镜片一片，塑料包装盒一个 弯钩叶片型号：成人4号：2960.175.25	套	1
24	体重秤	最大称重重量：120Kg，	台	1
25	喷塑诊察床	规格：1900×650×700mm	张	1
26	台式电脑	17 寸正屏液晶显示器	套	4
27	打印机	硒鼓打印机	台	2
28	8 口交换机		个	3
29	电源		个	1
30	碎纸机	24L；391×325×675mm	台	1
31	冰箱	推拉门	台	1
	冰箱	单开门	台	1
32	电视	42 寸液晶	台	1
	电视	42 寸液晶	台	1
33	洗衣机	7 公斤滚筒	台	1
34	二门铁皮更衣柜	<b>H1850*W900*D420mm</b> 冷轧钢钢板，表面颜色为灰色。	个	8
35	气凳(皮转凳)	皮革、不锈钢	个	1
36	上下床	200×180×91cm 金属+木质	套	2

37	视力表灯箱	<b>930*300*75mm</b> 高强度铝合金+有机玻璃板	台	1
38	呼吸囊	呼吸球、面罩、贮气囊 输氧管、塑料箱。	套	1
	呼吸囊		个	2
39	电水瓶	244×313×317mm	台	2
40	药箱		个	3
41	电磁炉	340×100×415mm	台	1
42	蛇皮灯		个	1
43	微波炉	20L	台	1
44	心电图箱		个	3
45	病历夹	铝合金	个	20
	病历夹	铝合金	个	30
46	口服药杯		套	350
	口服药杯	红	个	100
	口服药杯	绿	个	80
47	不锈钢口服 药盘		个	7
48	血压计	表式	个	2
49	试管架	不锈钢	个	3
50	大剪刀		把	1
	大剪刀		把	1
51	脚踏垃圾桶	黑	个	2
	脚踏垃圾桶	黄	个	2
	脚踏垃圾桶	小	个	4
52	大活扳手		个	1
53	计算器		个	2
54	量筒	500ml	个	1
55	启瓶器		个	1
56	不锈钢棉球 罐		个	3
57	血沉架	10 孔	个	1
58	导丝		个	1

59	体温计		个	10
60	听诊器		个	4
61	台式血压计		个	4
62	温湿度计		个	1
63	不锈钢治疗盘		个	2
64	搪瓷治疗盘 (输液用)		个	3
65	体温计消毒盒		个	3
66	不锈钢治疗碗		个	5
67	中桶		个	2
68	手电		个	2
69	开口器		个	3
70	单头氧表		个	1
71	舌钳		个	3
72	叩诊锤		个	5
73	心电图纸	63cm*20cm	卷	5
74	多功能插线板			15
75	拆线剪刀		把	3
76	吸耳球	大	个	2
77	玻璃吸管	10ml	根	5
	玻璃吸管	5ml	根	5
	玻璃吸管	1ml	根	5
78	三角烧瓶	300ml	个	1
79	压舌板		个	3
80	磨口瓶	大	个	1
	磨口瓶(棕色)	中	个	5
	磨口瓶(棕色)	小	个	10
	磨口瓶	中	个	10
	磨口瓶	小	个	10
81	被罩	兰	个	36

82	床单	兰	个	36
83	枕套	兰	个	36
84	被套		个	18
85	褥子		个	18
86	枕芯		个	18
87	床垫		个	16
88	挂表		个	4
89	输液器		支	30
90	注射器	20ml	支	30
	注射器	10ml	支	30
	注射器	5ml	支	30
	注射器	1ml	支	30
91	胃管	125ml	根	5
92	导尿包	16#	个	5
93	负压吸引器	无油真空泵、储液瓶	个	1
94	一次性换药包	底盒、镊子、棉球、敷料	个	5
95	一次性缝合包	缝合针、缝合线、棉球、纱布	个	5
96	胫腓骨夹板		套	2
97	大夹板		套	2
98	气管插管	7.5	个	6
99	贴膜		张	10
100	中单		包	1
101	尿垫		包	1
102	小黑板		个	1
103	订书器		个	2
104	肥皂		块	3
105	洗衣粉		袋	3
106	稳压器		台	1
107	耦合剂		瓶	1
108	水温计		支	20
109	不锈钢口服药车	70×450×800mm	辆	2

110	手动喷雾器		个	1
111	通用线缆盘	3*1.5(50 米)	个	1
112	膜式电动吸引器	53×48×89cm	台	1
113	24 小时待命抢救型救护车		辆	1