

供

Y6C226061

设备维修及保养服务合同

甲方：北京市顺义区医院

地址：北京市顺义区光明南街3号

联系人：

乙方：郑州优正医疗科技有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)榆林北路36号1号楼40层4004号

联系人：赵春娣

联系电话：18503856758

为保证甲方医院的医疗设备的正常使用，乙方接受甲方委托，对甲方指定设备进行维修保养服务。为保护甲乙双方的合法权益，现根据中华人民共和国相关法律法规，签订本合同。

一、设备明细及合同期内的维修服务费用

设备名称	品牌	序列号	购置时间	购买金额/ 元	数量	所在位置
MAGNETOMSkyra3. 0T 磁共振	西门子	45350	2012年09月	2190000.00	1	北京市顺义区医院
总计	共计金额：2190000.00元，大写：人民币贰佰壹拾玖万元整					

二、合同有效期

本合同有效期为三年，自2016年9月9日至2019年9月8日。

三、付款方式

1、合同签订后，乙方以电汇形式向甲方提交合同金额的5%作为履约保证金。

在合同生效后，按照年度保修金额计算，每个合同年度第6个月内支付年度保修金额的50%，即合同款365000.00元；每个合同年度第12个月内支付年度保修金额的50%，即合同款365000.00元。

服务期满后，甲方无息退还乙方合同总价5%的履约保证金。

甲方每次付款前,乙方应首先提供等额增值税发票,否则甲方有权延期付款。

合同款项的具体支付时间由双方另行商定,每次实际付款前,乙方还需满足以下条件,否则甲方有权不予付款,且不承担任何责任:(1)乙方向甲方提供工作量确认单,甲方对乙方的工作量进行审核,双方共同签字确认交付日期;(2)如需财政资金拨付的,待财政资金到位且甲方履行完毕资金拨付审批程序后,乙方可向甲方开具发票,由甲方向乙方拨付资金。(3)相关法律法规另有规定的,从其规定。

2、甲方银行账户信息:

单位名称:北京市顺义区医院

统一社会信用代码:12110110400944158C

开户银行:农行北京顺义支行营业部

账号:11120101040072408

乙方银行账户信息:

户名:郑州优正医疗科技有限公司

开户行:中原银行股份有限公司郑州工人路支行

账号:410114010170069401

纳税人识别号:91410100MADEYNDC23

四、维保服务内容

1、本次维保服务为全维保服务。乙方承诺:设备开机率 $\geq 97\%$ (按每年365天计算),如有不足时需通过延长服务期补足,每超过1天,服务期延长 >2 天。同时提供包括设备相关第三方产品的保修服务(水冷机、精密空调、高压注射器等)。

2、乙方提供客户服务专线电话服务18503856758,电话7X24小时开通。

3、服务响应时间:接到故障报修电话后,乙方须在10分钟内做出响应,提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障,中标供应商须在

郑州优正医疗科技有限公司

24 小时内安排工程师到现场进行维修，排除故障。

放射科 徐明

4、保修期内对设备进行定期巡检、维护保养。定期保养：提供一年两次的定期保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查、软件升级等。

更换的备件需为同品牌同型号的原厂全新备件，更换备件后需达到设备运行标准。本次维保服务含更换全部故障备件，包括但不限于电子部分的梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床、及所属辅件等；制冷部分的冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氦气管、正常液氦消耗、线圈、水冷机组、MRI（磁体）设备主机等，并承担若磁体失超处理热循环的风险。每次维护保养完成后，须提供维护保养报告。

5、设备发生维修需求时，乙方提供的零备件须是合法渠道的合格备件原件，提供相应清单和证明文件；不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

6、备件响应时间：需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过 96 小时，特殊情况双方协商解决。

7、具备处理失超恢复的能力。提供 SIEMENS3.0T 及以上 MRI 设备处理失超恢复的大型故障案例不得少于 2 家，提供合同复印件加盖单位公章。

8、具备更换梯度线圈的能力。提供 SIEMENS3.0T 及以上 MRI 设备处理梯度线圈更换的案例，提供合同复印件加盖单位公章。

9、具有本项目维保设备专业维修工具（包括但不限于梯度线圈安装工具、励磁电源、匀场架、TX-BOX 更换工具、磁体氦气检漏仪、含失超检测 ERDU 工具专用保养箱等）。提供工具清单及工具图片加盖单位公章。

10、具有核磁高值关键备件（包括但不限于核磁机电路板、核磁机液压缸、射频信号转换器、核磁机用梯度线圈、梯度线圈电缆、TX-BOX 等）。提供备件图片和报关单加盖单位公章。

11、具有原厂磁体热循环能力。

12、投标供应商应为每台设备分别设立项目经理，并提供项目经理的联系方式。所派项目负责工程师 ≥ 2 人，须经原厂对同类设备或同品牌同型号设备的专业培训，并取得培训证书或上岗证。

祝科 徐永

13、每年为甲方科室提供2次以上的扫描技术培训。

五、甲方义务

1、甲方应使乙方维护人员得以进入设备所在地进行相关维护工作，并为乙方提供必要的劳动安全保护条件，且不受无理阻挠。

2、甲方应对维修设备进行一般性日常维护工作。下列所述各项为甲方负责的一般性日常维护工作：

—设备所需电源/水源之正常供应；

—设备电源/水源之开启和关闭；

—按设备/仪器的使用守则的要求进行正当操作和必要的日常维护。

3、甲方不能使用未经乙方认可的非原厂的零配件、消耗品，否则产生的设备故障，乙方不承担责任。

4、甲方不得对合同设备进行私自拆卸，否则由甲方承担所造成的全部损失。

5、本合同所服务的设备发生转移或转让时，甲方应及时通知乙方。

6、甲方应向乙方维护人员如实告知其设备使用、维护情况以及当前故障或损坏的可能原因。甲方应根据乙方技术人员的要求提供相关信息，并向乙方提供必要的协助。

7、按照本合同约定向乙方支付维保费用。

六、乙方义务

1、乙方应甲方要求对本合同第一条中涉及的设备进行维护保养并根据甲方设备情况制定设备维护计划，并报甲方确认。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维护保养计划，对甲方合同设备进行上门维护。

2、合同期内，乙方接到甲方的维修呼叫后，应在 48 小时内上门检查维修合同设备在正常使用情况下所发生的故障。若乙方未能修复设备，甲方有权要求乙方改正，若乙方在收到甲方发出的书面整改通知后十五个工作日内仍未采取补救措施的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任，乙方支付的全部违约金不应超过当年度合同金额的 10%，同时乙方应按照天数折算费用，将未发生的费用退还甲方（如甲方已支付当期合同款）。

3、对突发性的机组问题及故障，紧急情况双方协商，乙方以现有交通条件最快的方式到达现场。

4、乙方上门维修不收取上门费及工时费且上门维修没有次数限制。

5、乙方每次对甲方设备进行保养或维修后，均应提供服务单由甲方签字确认。服务单为电子版本，可发至医院提供的接收邮箱。

6、乙方为甲方提供的所有更换零部件必须为上述保修设备规格型号的原厂认证/测试合格件，且未被拆封使用（进口备件如海关开箱查验除外），如有特殊情况，乙方需在与甲方协商并甲方认同后更换与原部件应用功能与技术指标相近的部件。

7、乙方向甲方免费提供及更换合同设备的零部件。

8、因非乙方原因导致的设备问题，不在本合同约定维保服务范围内。但乙方应协助甲方处理，由此产生的费用由双方另行协商。

9、乙方及其关联公司和受聘于乙方和/或其关联公司的其他公司对在本合同履行期间获取到的甲方及相关第三方的信息及业务数据有保密的义务，不应在本合同约定服务范围外的领域使用或公布相关信息及业务数据，且该保密义务不因本合同结束而终止。

七、除外责任

1、由火灾、水灾，地震、电压不稳定及其它自然灾害等非人为原因造成的设备损坏；

2、甲方自行拆卸机体及部件造成的设备损坏；

3、因非乙方提供的消耗材料、零部件等而造成的设备损坏。

八、违约处理

1、因乙方工作失误导致甲方设备损坏，乙方应赔偿甲方相应零件并负责修复工作，同时承担由此给甲方带来的损失并每次支付甲方年度保修金额的 2%作为违约金。

2、乙方未能按本合同规定及时到场修复设备的，每次应支付甲方年度保修金额的 2%作为违约金；根据甲方具体损失情况，对于开机率低于 97%的每一个百分点，服务合同期限将相应延长 7 个日历日。

3、若任何一方违反其在本合同项下的义务，并且在收到守约方的书面违约通知后 30 天内未予纠正，守约方有权以书面形式通知违约方立即终止本合同，并有权要求违约方支付年度合同金额的 12%作为违约金。

4、因为乙方无正当理由不履行本合同或者履行合同不符合约定的，每次应支付甲方年度保修金额的 2%作为违约金；给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。因乙方提供维保的医疗设备不合格等原因给第三人造成人身伤害的，由乙方承担相应法律责任和赔偿责任；有第三人向甲方主张权利且甲方赔偿的，甲方有权向乙方追偿。但甲方应立即通知乙方并采取一切合理措施协助减少双方可能因此遭受的任何潜在损失、成本或费用。甲方要求乙方赔偿或追偿范围包括但不限于赔偿款以及甲方因为应诉而产生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、评估费等费用。

5、甲方未能按本合同条款三中的规定及时付款时，每逾期一日，应向乙方按全国银行间同业拆借中心同期公布的贷款市场报价利率标准就逾期未付费用支付违约金。

九、网络安全和数据保护

1、在执行本合同过程中，乙方可能收集的关于甲方和设备的数据主要包括：

- a) 甲方名称、地址、联系人及联系方式；
- b) 应用日志文件、报错信息、设备属性、质控（技术状态信息）；
- c) 配置、软件版本、补丁、许可、网络设置、设备服务历史（配置数据）；
- d) 各类任务的执行顺序，使用的应用/许可及其交互过程（使用数据）；
- e) 为故障维修目的收集的匿名影像信息。

以下简称“数据”。

2、除通过现场服务收集和处理数据外，乙方及其关联公司和受聘于乙方和/或其关联公司的其他公司可通过连接远程服务来访问、维护、修理、校准设备或为设备进行升级或安装补丁，或提供远程培训，以及为上述目的通过连接远程服务采集数据（即上述 b）、c) 和 d) 项）。

3、据此，甲方应同意乙方和其关联公司为履行设备售后服务义务和/或合理的自身商业目的收集、处理、使用、转移给第三方、关联公司或向境外传输数据。乙方确保对上述数据的收集和处理符合相关法律法规的要求且不会损害甲方的合法权益。如果对该等数据的收集和处理是通过乙方关联公司或受聘于乙方和/或其关联公司的其他公司进行的，乙方亦按本合同的约定对上述乙方关联公司或其他公司的行为承担责任。同时，甲方也应配合设立法律规定的前提条件（如需要）以便乙方可依法完成上述数据收集和处理。

4、为实施设备服务，乙方需获得现场和远程访问设备的机会。甲方同意为设备连接远程服务并由乙方完成相关远程接入工作后，乙方即可本按合同约定提供设备的远程服务。本合同到期结束/解除时，乙方无义务再提供设备的远程服务。同时，甲方需为设备的正常运行和远程接入提供安全稳定的网络环境。为使设备在安全的网络环境下运行，甲方需确保设备仅由被授权人员操作以防止设备遭遇未经授权的访问，并避免未经授权对设备的系统配置或 IT 安全控制进行修改，或在设备系统中安装未经验证的软件。如果设备发生疑似或实际发生网络安全事件或漏洞，请立即通知乙方。如果乙方提供补丁升级，请及时协助安排适时

安装。甲方同意乙方及其关联公司仅为实现本合同目的而收集或使用相关数据，如因乙方违反数据保密义务而致使甲方及数据相关的第三方遭受损失，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任，消除对甲方的负面影响，使得甲方免受损失。

十、出口管制

1、保留条款

如乙方因遵守国内、国际外贸规定或海关规定或任何禁运、制裁规定而无法履行服务合同，则乙方不再承担履行服务合同的义务。但乙方应及时通知甲方，双方就合同的变更或解除进行友好协商，如因乙方迟延通知而造成甲方损失，乙方应予赔偿。

2、遵守出口管制法规

1) 如果甲方将乙方提供的货物（包括无论以何种方式提供的硬件和/或软件和/或技术，以及相关的文件），以及乙方完成的工作和服务（包括所有种类的技术支持）转移给世界范围内的第三方，则甲方应遵守所有适用的国内、国际的（再）出口管制法规。在任何情况下，甲方都应遵守德国、欧盟以及美国的（再）出口管制法规。

2) 如果需要进行出口管制审查，则甲方在收到乙方的要求后应及时向乙方提供有关乙方提供的货物、工作和服务的特定最终甲方、最终目的地，以及预期用途的所有信息，以及任何存在的出口管制限制。

3) 对于因甲方不遵守出口管制法规而产生的或与之相关的任何索赔、法律程序、诉讼、罚款、损失、成本和损害，甲方应补偿乙方并使其免受损害。如果上述不合规行为系因甲方过错而导致，甲方应赔偿乙方由此产生的所有损失和费用。本条规定并不意味着改变举证责任。

十一、其他说明

1、甲方的名称、地址、电话以及指定设备负责人等资料如有变更，请及时通知乙方，以免造成甲方利益的损失。

2、如甲方将设备转与他人，则乙方对该设备的服务及服务承诺既告终止。

3、如有未尽事宜，甲乙双方应友好协商，达成一致后可另行签署补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

4、在合同期内，若设备确认报废处理，乙方应按照天数折算费用，并将未发生的费用退还甲方。

十二、签署和文本

1、自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效，原件一式七份，甲方手执六份，乙方一份。

2、本合同的所有附件(授权书、法定代表人身份证明、中标通知书、售后服务承诺书、乙方资质证明、设备维修保养方案、安全生产协议书)均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十三、争议解决条款

若因本合同发生争议，双方友好协商解决；协商不成，双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方：北京市顺义区医院

法定代表人或授权代表（签字）：

签约日期：2026.9.9

乙方：郑州优正医疗科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：赵青娣

签约日期：

2026.9.9

一、法定代表人身份证明

单位名称：郑州优正医疗科技有限公司

单位性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

地 址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）榆林北路 36 号 1 号楼 40 层 4004 号

成立时间：2024 年 03 月 20 日

经营期限：2024 年 03 月 20 日至长期

赵春娣（法定的代表人姓名）系郑州优正医疗科技有限公司（投标人名称）的法定代表人，本人相关信息如下：

性别：女 年龄：57 岁 职务：总经理

特此证明。

附：法定代表人身份证：

身份证（正、反面）



投标人名称：郑州优正医疗科技有限公司（盖章）

日 期：

二、法定代表人授权委托书

本人赵春娣（姓名）系郑州优正医疗科技有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托张宇硕（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改北京市顺义区医院西门子 MAGNETOM Skyra 3.0T 磁共振购买维保服务购置项目（项目名称）11011326210200027076-XM001（项目编号）1包、西门子 MAGNETOM Skyra 3.0T 磁共振购买维保服务（标包号、标包名称）投标文件和（其他授权委托书事项）并处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于2026年8月17日生效，委托期限：2026年8月17日至2029年12月31日（特别提醒：其中委托期限可短于投标有效期，但生效日期或授权书委托期限的开始日期不得晚于投标文件其他相关文件中委托代理人的签署日期，截止日期不得早于开标日期）。

代理人证件类型：身份证，证件号码：410224198607050034。

代理人无转委托权。

投标人名称：郑州优正医疗科技有限公司（盖章）

法定代表人（签字或签章）：赵春娣

签发日期：

承 诺

以上授权委托书系法定代表人签字签发，如有不实，代理人愿意承担法律责任。

附：代理人身份证：

身份证（正、反面）



代理人（签字或签章）：张宇硕

日期：2026年9月9日

三、售后服务承诺书

我公司承诺满足本次招标服务所有采购需求，即：

一、设备信息：

品牌及型号：西门子品牌 MAGNETOM Skyra 3.0T 磁共振设备

购买及开始使用时间：2012 年 09 月

二、保修服务内容：

1、本次维保服务为全维保服务。我公司承诺：设备开机率 $\geq 97\%$ （按每年 365 天计算），如有不足时需通过延长服务期补足，每超过 1 天，服务期延长 > 2 天。同时提供包括设备相关第三方产品的保修服务（水冷机、精密空调、高压注射器等）。

2、我公司提供客户服务专线电话服务 18503856858，电话 7X24 小时开通。

3、服务响应时间：我公司在接到故障报修电话后，承诺 10 分钟内做出响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，中标供应商须在 24 小时内安排工程师到现场进行维修，排除故障。

4、我公司承诺保修期内对设备进行定期巡检、维护保养。定期保养：提供一年两次的定期保养；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查、软件升级等。

我公司承诺更换的备件需为同品牌同型号的原厂全新备件，更换备件后需达到设备运行标准。本次维保服务含更换全部故障备件，包括但不限于电子部分的梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、病床、及所属辅件等；制冷部分的冷头、吸附器、氦压缩机、高低压氢气管、正常液氦消耗、线圈、水冷机组、MRI（磁体）设备主机等，并承担若磁体失超处理热循环的风险。每次维护保养完成后，须提供维护保养报告。

5、设备发生维修需求时，我公司承诺提供的零备件须是合法渠道的合格备件原件，提供相应清单和证明文件；不能进行线路板级维修更换，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

6、备件响应时间：我公司承诺需要更换零备件，零备件到达医院的时间最长不超过 96 小时，特殊情况双方协商解决。

7、具备处理失超恢复的能力。我公司承诺提供 SIEMENS 3.0T 及以上 MRI

设备处理失超恢复的大型故障案例不得少于 2 家，提供合同复印件加盖单位公章。

8、具备更换梯度线圈的能力。我公司承诺提供 SIEMENS 3.0T 及以上 MRI 设备处理梯度线圈更换的案例，提供合同复印件加盖单位公章。

9、我公司承诺具有本项目维保设备专业维修工具（包括但不限于梯度线圈安装工具、励磁电源、匀场架、TX-BOX 更换工具、磁体氦气检漏仪、含失超检测 ERDU 工具专用保养箱等）。提供工具清单及工具图片加盖单位公章。

10、我公司承诺具有核磁高值关键备件（包括但不限于核磁机电路板、核磁机液压缸、射频信号转换器、核磁机用梯度线圈、梯度线圈电缆、TX-BOX 等）。提供备件图片和报关单加盖单位公章。

11、我公司承诺具有原厂磁体热循环能力。

12、我公司承诺为每台设备分别设立项目经理张宇硕，并提供项目经理的联系方式 18503856758。所派项目负责工程师≥2 人，须经原厂 对同类设备或同品牌同型号设备的专业培训，并取得培训证书或上岗证。

13、我公司承诺为科室提供 2 次以上的扫描技术培训。

三、合同终止相关承诺

服务期内，若因贵院工作调整、设备报废等客观原因需终止合同，我方无条件配合贵院办理合同终止、服务结算、资料交接等相关手续，不提出任何额外无理诉求，全力配合贵院各项工作安排。

四、整体服务承诺

我方保证严格遵守本次采购项目全部技术要求、服务条款及行业相关规范，所有服务内容免费包含在本次维保服务范围内，服务过程中无任何隐形收费、额外收费。若我方未履行本承诺书任意一条约定，自愿承担相应违约责任，接受贵院及相关监管部门的考核与处理，全力弥补贵院损失。

本承诺书自加盖单位公章之日起生效，有效期与本项目三年服务期限一致。

承诺单位（盖章）：郑州优正医疗科技有限公司

法定代表人/授权代表人（签字）：赵青娣

承诺日期：2020 年 9 月 9 日

四、资质证明

统一社会信用代码
91410100MADEYNDC23

营业执照
(副本)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 郑州优正医疗科技有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 赵春娣

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，医院管理，专用设备修理，通用设备修理，软件开发，健康咨询服务（不含诊疗服务），化工产品销售（不含许可类化工产品），制冷、空调设备销售，气体压缩机械销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2024年03月20日

住所 河南自贸试验区郑州片区（郑东）榆林北路36号1号楼40层4004号

登记机关

2026 年 08 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

第二类医疗器械经营备案凭证

企业名称	郑州优正医疗科技有限公司
统一社会信用代码	91410100MAD6YND023
法定代表人	赵春娣
企业负责人	赵春娣
经营方式	批零兼营
住所	河南省郑州市郑东新区安平路126号鑫苑世纪东苑8号楼1单元18层72号
经营场所	河南省郑州市郑东新区安平路126号鑫苑世纪东苑8号楼1单元18层72号
库房地址	河南省郑州市郑东新区安平路126号鑫苑世纪东苑8号楼1单元18层72号
经营范围	医疗器械批发业：G0401 基础外科手术器械、G0402 显微外科手术器械、G0403 神经外科手术器械、G0404 眼科手术器械、G0405 耳鼻喉科手术器械、G0406 口腔科手术器械、G0407 胸腔心血管外科手术器械、G0408 泌尿外科手术器械、G0409 皮肤肛肠类手术器械、G0410 急救外科（骨科）手术器械、G0412 妇产科手术器械、G0413 计划生育手术器械、G0415 计划生育器械、G0416 妇科（产道）科手术器械、G0419 普通缝合器械、G0423 医用电子仪器设备、G0422 医用光学器具、仪器及内窥镜设备（G0422-1除外）、G0423 医用超声仪器及有关设备、G0424 医用射线仪器设备、G0425 医用核素仪器及设备、G0426 物理治疗及康复设备、G0427 中医器械、G0428 医用体外设备、G0430 医用射线设备、G0431 医用射线防护设备、G0432 医用射线防护设备、G0433 医用射线防护设备、G0434 医用射线防护用品、装置、G0435 射线探测分析仪器（诊断试剂除外）、G0441 医用化验室基础设备器具、G0445 体外循环及血液处理设备、G0446 植入材料加工人工器官、G0454 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、G0455 口腔科设备及器具、G0456 病房护理设备及器具、G0457 消毒和灭菌设备及器具、G0458 医用冷疗、制冷、冷藏设备及器具、G0459 口腔科材料、G0464 医用卫生材料及敷料、G0465 医用缝合材料及缝合器、G0466 医用高分子材料及制品、G0470 软件、G0477 介入器械 2017版分类目录：01 有源手术器械、02 无源手术器械、03 神经和心血管手术器械、04 骨科手术器械、05 放射治疗器械、06 医用低温器械、07 医用诊断和监护器械、08 呼吸、循环和急救器械、09 物理治疗器械、10 输血、透析和体外循环器械、11 医疗器械用每天灭菌器械、12 有源植入器械、13 无源植入器械、14 注射、护理和防护器械、15 患者承载器械、16 器械附件、17 口腔科器械、18 牙科、辅助生殖和避孕器械、19 医用康复器械、20 中医器械、21 医用软件、22 临床检验器械

备案日期: 2025 年 02 月 25 日

五、中标（中选）通知书



中标通知书

致：郑州优正医疗科技有限公司

北京市顺义区医院西门子 MAGNETOM Skyra 3.0T 磁共振购买维保服务购置项目(项目名称)(项目编号: 11011326210200027076-XM001)经评标委员会评定，北京市顺义区医院 (采购单位名称)核对无误后，确定贵公司为本项目的中标人，中标内容如下：

中标金额（小写）：2190000.00

（大写）：贰佰壹拾玖万元整

请贵公司接此中标通知后按招标文件规定与采购人签订合同。

本通知书作为合同生效的一部分。

在此衷心感谢贵公司对此项目的支持，希望能在以后的工作中继续保持合作。

特此通知。

招标代理机构：国讯招标集团有限公司(盖章)

2026年8月27日



地址：北京市西城区广安门外大街168号朗琴国际A座18B01A室

电话：010-88805800

邮编：100055

传真：010-88805600

六、安全生产协议书

甲方：北京市顺义区医院

住所地：北京市顺义区光明南街3号

乙方：郑州优正医疗科技有限公司

住所地：河南自贸试验区郑州片区（郑东）榆林北路36号1号楼40层4004号

为确保顺义医院区域工作正常有序，预防安全生产事故、消防事故及治安案件、刑事案件的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《北京市消防条例》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方商定一致，就安全管理工作事宜签订本协议如下：

第一条：

一. 乙方在日常服务或运维过程中，如需开展有限空间作业、动火作业、外墙清洗、烟道清洗、冷库作业；水、电、气、暖作业及各类特种作业等，应按医院相关要求进行作业审批报备，完善审批手续后方可施工作业；严禁违规私自作业，私自作业的由乙方承担相应责任。对于开展施工作业的，乙方须制定作业方案、配备劳动防护用品、安全警示标志和应急救援设备，落实安全防范措施、并安排专门人员进行现场管理，确保人员遵守操作规程并落实安全防范措施，同时制定事故报告和应急救援预案等措施。

二. 乙方应加强现场作业人员安全教育、风险辨识和管控，督促从业人员遵守安全操作规程。向作业人员告知作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

三. 乙方应保障所辖区域的安全出口和疏散通道畅通，不得埋压、圈占、遮挡消火栓。不得违规存放易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品。

四. 医院主管职能科室负责审查乙方的资质、信用记录、安全生产条件、特种作业人员资格等，并对相关资料进行存档。开展特种作业的人员须持真实有效、符合操作类别的特种作业操作证件上岗作业。不具备资质的严禁作业或终止合同。

五. 医院主管职能科室应与乙方约定管理区域、人员和设施设备。乙方应加强对相关区域、人员及设施设备的安全运维保障及巡查，并负直接管理责任。

六. 医院主管职能科室应对乙方落实安全生产工作进行评估考核，定期进行

安全检查，并做好检查记录。发现有安全隐患的，督促乙方采取措施及时消除。安全隐患不能及时消除或者排除过程中无法确保安全的，应当采取措施暂停作业或停止场所、设施设备使用。拒不执行的，医院有权对乙方进行处罚，并及时报告属地政府或行业主管部门。

七. 乙方应督促全员积极参加医院组织的消防安全培训、疏散演练等，并对所管辖人员定期开展应急演练。

第二条：乙方及乙方人员进入北京市顺义区医院工作，必须遵守本协议。本协议所称乙方人员包括乙方管理人员和工作人员等。

第三条：乙方接受甲方安全监督的内容包括但不限于作业安全、人身安全、设备安全、环境保护、治安、消防等方面。

第四条：甲方的权利和义务

一、甲方有权对乙方的工作区域、工作内容进行安全监督和检查，发现存在重大安全隐患的，甲方有权下发隐患整改通知书，责令乙方进行整改。对存在重大安全隐患或乙方整改不力的，甲方有权暂停乙方的工作。

二、乙方违规操作或不服从甲方监督的，甲方有权下发整改通知。对乙方未按照甲方要求整改或拒不改正的，甲方有权停止乙方的工作并解除《设备维修及保养服务合同》。

第五条：乙方的权利和义务

一、乙方应符合相关法律、法规等规定的要求，具备消防相关业务相应的资质条件和履行能力。

二、乙方应当遵守甲方的安全规章制度，接受甲方的安全监督，并有义务教育和督促乙方人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，留有教育记录。

三、乙方应根据工作特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用未成年工，严禁使用有职业禁忌、患有妨碍工作病症的人员。严禁使用患有传染病、精神病的人员。严禁使用身份不明的人员。

四、乙方对作业地点的安全工作负责，指定一名现场负责人负责日常安全管理工作并接受甲方监督指导。

五、乙方有义务对乙方人员进行安全生产、消防、治安、交通、卫生、业务、

服务技能等教育和培训。

六、乙方负责属地安全设施的日常检查，确保设施正常运行。

七、乙方定期组织保持乙方工作卫生环境整洁。

八、乙方应依法为其工作人员签订劳动合同、缴纳各项社会保险，乙方工作人员如发生工伤，由乙方为其工作人员办理工伤理赔并承担相应的法律责任，为乙方人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。乙方工作人员花名册应向甲方备案，如人员发生变化及时向甲方上报。

九、乙方作业前应对工作区域进行安全检查，如发现存在安全隐患或者其他不安全因素，乙方应立即向甲方报告并要求甲方整改，不得冒险作业。

十、乙方应爱护甲方的设备、物资和各种设施，未经甲方许可不得使用，否则由此造成的损失由乙方负责相应赔偿；乙方自备的各类物资由乙方自行妥善保管，由于乙方保管不善而造成的丢失、损坏，由乙方自负。

十一、乙方在接到甲方发出的隐患整改通知书后，必须按整改要求、整改期限落实整改；如解决不力而被甲方责令停工，由此造成的损失由乙方相应承担。

第六条：如乙方违反本协议规定的义务，依法应当承担相应的法律责任。

第七条：乙方工作和生活区域的安全责任由乙方相应承担，如发生意外或事故造成人身、财产损失的，乙方应承担相应赔偿责任。如该意外或事故导致甲方承担赔偿责任的，乙方应赔偿甲方因此造成相应损失。乙方应约束乙方人员的行为，使之符合有关法律、法规及顺义医院的规章制度。如因上述人员侵害甲方或第三方的人身或财产权益，乙方应赔偿由此给甲方或第三方造成的相应损失。

第八条：本协议一式柒份，甲方执陆份，乙方执壹份，经双方签字盖章后与《设备维修及保养服务合同》同时生效。

甲方（盖章）：北京市顺义区医院

法定代表或授权代表人签字：

签署日期：2024年9月9日

乙方（盖章）：郑州优正医疗科技有限公司

法定代表或授权代表人签字：

签署日期：2024年9月9日