

合同编号:

## 2026年医疗设备购置更新项目第二批第8包合同

项目编号: 11010626210200029853-XM002

项目名称: 2026年医疗设备购置更新项目第二批 (6-9包)

货物名称: 高流量呼吸湿化治疗仪、压缩式雾化器、呼气分析一体机 (小肺功能)、高频振动排痰系统 (全胸振动排痰机)、除颤仪 (体外除颤监护仪)、输液泵、营养泵、医用防褥疮气垫、空气波压力治疗系统 (间歇脉冲加压抗栓系统)、转运车、治疗车、抢救车、口服药车、病历车 (30格)

买方: 北京丰台医院

卖方: 北京晟瑞鸿泰商贸有限公司

## 合同协议书

1. 北京丰台医院（买方）2026年医疗设备购置更新项目第二批（6-9包）（项目名称）  
中所需高流量呼吸湿化治疗仪、压缩式雾化器、呼气分析一体机（小肺功能）、高频振  
动排痰系统（全胸振动排痰机）、除颤仪（体外除颤监护仪）、输液泵、营养泵、医用  
防褥疮气垫、空气波压力治疗系统(间歇脉冲加压抗栓系统)、转运车、治疗车、抢救车、  
口服药车、病历车（30格）（货物名称）经中技国际招标有限公司（采购代理机构）以  
0701-264103180208-2（招标编号）招标文件在国内公开（公开 / 邀请）招标。经评标  
委员会评定北京晟瑞鸿泰商贸有限公司（卖方）为中标人，买、卖双方依据《中华人民  
共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下  
面的条款和条件，签署本合同。

2. 合同中词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

3. 下述文件为本合同不可分割的组成部分并与本合同具有同等法律效力，组成合同  
的多个文件互相解释，互为说明，其优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书
- (2) 合同特殊条款
- (3) 合同一般条款
- (4) 廉洁协议
- (5) 投标文件（招标公司提供）
- (6) 招标文件（招标公司提供）

### 4. 货物和数量

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 生产厂商 | 数<br>量<br>(<br>套) | 单价 | 总价 | 保<br>修<br>(<br>年) | 注册证名称 |
|----|------|----|----|------|-------------------|----|----|-------------------|-------|
|    |      |    |    |      |                   |    |    |                   |       |

|     |                   |      |                 |                  |    |        |        |   |            |
|-----|-------------------|------|-----------------|------------------|----|--------|--------|---|------------|
| 1   | 高流量呼吸湿化治疗仪        | 卫圣康  | HFT-300         | 卫圣康医学科技（江苏）有限公司  | 3  | 27000  | 81000  | 3 | 高流量呼吸湿化治疗仪 |
| 2   | 压缩式雾化器            | 家瑞康  | JLN-231<br>1HDE | 深圳市新鸿镁医疗器械有限公司   | 20 | 2400   | 48000  | 3 | 压缩式雾化器     |
| 3   | 呼气分析一体机（小肺功能）     | 瑞普斯  | R1              | 广州瑞普医疗科技有限公司     | 1  | 120000 | 120000 | 3 | 呼气分析一体机    |
| 4   | 高频振动排痰系统（全胸振动排痰机） | 翔宇   | XY-K-PT<br>J-V  | 河南翔宇医疗设备股份有限公司   | 2  | 35000  | 70000  | 3 | 全胸振动排痰机    |
| 5   | 除颤仪（体外除颤监护仪）      | 迈瑞   | BeneHeartD20C   | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1  | 30000  | 30000  | 3 | 体外除颤监护仪    |
| 6-1 | 输液泵               | 科曼   | ME900A-L        | 深圳市科曼医疗设备有限公司    | 5  | 4500   | 22500  | 3 | 输液泵        |
| 6-2 | 输液泵               | 科曼   | ME660A          | 深圳市科曼医疗设备有限公司    | 15 | 4500   | 67500  | 3 | 输液泵        |
| 7   | 营养泵               | 科力建元 | KL-5041N        | 北京科力建元医疗科技有限公司   | 18 | 3500   | 63000  | 3 | 营养泵        |

|        |                       |                                    |                       |                    |    |       |        |   |                |
|--------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----|-------|--------|---|----------------|
| 8      | 医用防褥疮气垫               | 雅博                                 | 9P-0475<br>80-C3      | 雅博（昆山）<br>医疗器械有限公司 | 17 | 3000  | 51000  | 3 | 医用防褥疮<br>气垫    |
| 9      | 空气波压力治疗系统(间歇脉冲加压抗栓系统) | 科曼                                 | SCD600                | 深圳市科曼医疗设备有限公司      | 9  | 24000 | 216000 | 3 | 间歇脉冲加<br>压抗栓系统 |
| 10     | 转运车                   | 康拓                                 | KT-CH-<br>ZY I转运<br>车 | 北京康拓医疗<br>仪器有限公司   | 1  | 7600  | 7600   | 3 | 转运车            |
| 11     | 治疗车                   | 康拓                                 | KTHZ-0<br>1           | 北京康拓医疗<br>仪器有限公司   | 4  | 1500  | 6000   | 3 | 治疗车            |
| 12     | 抢救车                   | 康拓                                 | KTHQ-0<br>1           | 北京康拓医疗<br>仪器有限公司   | 1  | 3000  | 3000   | 3 | 抢救车            |
| 13     | 口服药车                  | 康拓                                 | KTHK-0<br>1           | 北京康拓医疗<br>仪器有限公司   | 1  | 3000  | 3000   | 3 | 口服药车           |
| 14     | 病历车（30格）              | 康拓                                 | KTHB-0<br>1-30        | 北京康拓医疗<br>仪器有限公司   | 2  | 4400  | 8800   | 3 | 病历车（30<br>格）   |
| 合计（大写） |                       | 人民币大写：柒拾捌万柒仟肆佰元整      ￥：797400.00元 |                       |                    |    |       |        |   |                |
| 备注     |                       | 后附配置清单                             |                       |                    |    |       |        |   |                |

货币类型：人民币（元）

5.考虑到买方将按照本合同向卖方支付，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方

提供货物和服务，并修补缺陷。

6.考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

7.付款方式：货物安装调试完毕并验收合格后，甲方一次性付清货款。乙方需在甲方付款前，向甲方开具等额的合法有效发票。

8.履约保证金：乙方应在本合同签订后15天内，向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金，即小写：79740.00大写：柒万玖仟柒佰肆拾元整（以银行转账或甲方认可的其他方式支付）。自合同正式履约之日起满1年后，若乙方无任何违约行为且完全履行合同义务，经乙方申请甲方应在30个工作日内无息退还全部履约保证金。

9.交货时间：合同签订后2个月内送货安装调试并验收完毕

10.交货地点：院方指定地点

11.保修期：3年

12.合同的生效：

本合同经双方全权代表签署、加盖公章生效。附件为合同的一部分，与合同同样有法律效力。

13.未尽事宜：由买方和卖方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.卖方公司信息：

本公司为小微企业，联系人及电话：周冬梅 18612920807

账户名称：北京晟瑞鸿泰商贸有限公司

账号：0200004809200231161

开户行：工行北京长辛店支行

统一社会信用代码：91110106MAK2NJ7R8Y

开户行号：102100000482 法定代表人：周冬梅

企业注册类型：其他有限责任公司

经营地址：北京市丰台区长辛店北关外2号3幢3116、3118

15.履约保证金收取账户信息：

账户名称：北京丰台医院

账 号：11050165360009000066

开 户 行：中国建设银行股份有限公司北京丰台支行

本合同一式肆份，买方（叁）份，卖方（壹）份。

(本页为签署页, 无正文)

甲方 (盖章) 北京丰台医院

法定代表人或授权代表:

吴世清

签订日期: 2026 年 9 月 21 日

乙方 (盖章): 北京晟瑞鸿泰商贸有限公司

法定代表人或授权代表:

张树梅

签订日期: 2026 年 9 月 21 日

## 合同一般条款

### 1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5“买方”系指与中标人签属供货合同的单位（含最终用户）。

1.6“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2.技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3.知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4.包装要求

4.1 除合同另有约定外,卖方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

## 5.装运标志

5.1 如果货物单件重量在2吨或2吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## 6.交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货:卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物:由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期5个工作日以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

## 7.装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备妥待运输后24小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

## 8.保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的,由卖方按照发票金额的110%办理“一切险”;如果货物是按买方自提货物方式报价的,其保险由买方办理。

## 9.付款条件

9.1 付款条件见第二册第七章“合同特殊条款”。

## 10.技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

合同生效后5个工作日之内,卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套,如目

录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失, 卖方将在收到买方通知后3个工作日内将这些资料免费寄给买方。

#### 11质量保证

11.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的, 并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养, 在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内, 卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果, 发现货物的数量、质量、规格与合同不符; 或者在质量保证期内, 证实货存在缺陷, 包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等, 买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后3个工作日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后3个工作日内没有弥补缺陷, 买方可采取必要的补救措施, 但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 除“合同特殊条款”规定外, 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。

#### 12.检验和验收

12.1 在交货前, 中标人应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验, 并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分, 但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后, 买方应在3个工作日内组织验收, 并制作验收备忘录, 签署验收意见并报同级政府采购监督管理部门备案。

12.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利, 卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

12.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时, 中标人必须提前通知买方。

#### 13索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符, 或在第11.5规定的质量保

证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

13.2 在根据合同第11条和第12条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第11条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后3个工作日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后3个工作日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

#### 14 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

#### 15 违约赔偿

15.1 除合同第16条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

## 16.不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后3个工作日内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在3个工作日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

## 17.税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## 18.合同争议的解决

18.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之日起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购办公室调解。调解不成的，可向北京市丰台区人民法院提起诉讼。

## 19.违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经同级政府采购监督管理机关审批后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 "腐败行为"和"欺诈行为"定义如下：

19.1.3.1.1 "腐败行为"是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 "欺诈行为"是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第19.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

## 20.破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

#### 21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与卖方共同对买方连带承担合同的责任和义务。

#### 22 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，做为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

#### 23通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

#### 24计量单位及检测报告

24.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

24.2 负责首次计量检测的设备需提供由具有CNAS认证的第三方检测机构出具的设备检定报告。

#### 25.适用法律

25.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

#### 26.履约保证金

26.1 乙方应在本合同签订后15天内，向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金，即小写：79740.00大写：柒万玖仟柒佰肆拾元整（以银行转账或甲方认可的其他方式支付）。自合同正式履约之日起满1年后，若乙方无任何违约行为且完全履行合同义务，经乙方申请甲方应在30个工作日内无息退还全部履约保证金。

26.2 履约保证金用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

26.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：

A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按招标文件提供的格式（附

件8)，或其他买方可接受的格式。

B.支票、汇票、本票、银行转账。

26.4 如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

## 27.合同生效和其它

27.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。本合同经双方全权代表签署、加盖公章生效。

27.2 本合同一式肆份，买方（叁）份，卖方（壹）份。

## 合 同 特 殊 条 款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。

### 1、定义

1.1买方：本合同买方系指：北京丰台医院

1.2卖方：本合同卖方系指：北京晟瑞鸿泰商贸有限公司

1.3现场：本合同项下的货物安装和运行地点为 北京丰台医院 。

### 2、交货方式

2.1本合同项下的货物交货方式为：院方指定地点，现场交货。

3、付款条件：货物安装调试完毕并验收合格后，甲方一次性付清货款。乙方需在甲方付款前，向甲方开具等额的合法有效发票。

4、技术资料：中标供货商将技术资料完整、准确并按照甲方固定资产验收部门的要求整理后，上交甲方技术资料管理人员归档。

### 5、质量保证：

5.1卖方在收到通知后在质量保证期内（具体质保期以投标文件注明的质保期为准）应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

5.2如果卖方在收到通知后3个工作日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

5.3合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起按照中标条款履行保修工作。

### 6、商务与服务要求

6.1 安装与培训：卖方应按照投标文件所响应的全部安装、接口对接、人员培训要求完成全部工作，包括但不限于设备安装、系统接口对接、相关人员操作培训、使用培训、应急处置培训等，全部工作标准、范围、场次、内容均以卖方投标文件响应内容为准。

6.2 质保期：整机免费质保期限、质保服务内容、免费软件升级服务（含功能优化、漏洞修复）全部以卖方投标文件响应内容为准，且不得低于招标文件的最低要求。质保期内每年 $\geq 2$ 次设备专业预防性维护。

6.3 数据安全：卖方提供的数据安全、数据存储、数据加密传输、数据备份、个人

信息保护相关承诺与义务，全部以卖方投标文件响应内容为准，同时应当符合《个人信息保护法》及国家现行有效法律法规、行业规范要求。

6.4 响应时效：设备技术支持方式、故障响应时间、现场到达时限、维修服务、备用设备等全部售后服务承诺，均以卖方投标文件响应内容为准，同时不得低于招标文件规定的最低服务标准。

6.5 本条款项下全部商务服务义务，若投标文件响应内容与本合同其他条款文本存在不一致的，以卖方投标文件的实质性响应内容为准，但投标文件响应标准低于招标文件要求的，以招标文件要求为准。

7、索赔：通知期限：3个工作日。

8、不可抗力：不可抗力通知送达时间：事故发生后3个工作日内。

9、计量单位及检测报告：负责首次计量检测的设备供货商需提供由具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的设备检定报告。

10、提交及退还履约保证金：乙方应在本合同签订后15天内，向甲方缴纳合同总金额10%的履约保证金，小写：79740.00大写：柒万玖仟柒佰肆拾元整（以银行转账或甲方认可的其他方式支付）。自合同正式履约之日起满1年后，若乙方无任何违约行为且完全履行合同义务，经乙方申请甲方应在30个工作日内无息退还全部履约保证金。

高流量呼吸湿化治疗仪配置清单：

| HFT -300 配件清单 |    |    |    |
|---------------|----|----|----|
| 名称            | 数量 | 单位 | 备注 |
| HFT 主机        | 1  | 台  |    |
| 呼吸管路          | 1  | 个  |    |
| 湿化罐           | 1  | 个  |    |
| 细菌过滤筒         | 1  | 个  |    |
| 电源适配器         | 1  | 个  |    |
| 氧气软管          | 1  | 根  |    |
| 内置锂电池         | 1  | 个  |    |
| 台车            | 1  | 台  |    |
| 便携包           | 1  | 个  |    |



压缩式雾化器配置清单：

HOMED  
家瑞康

压缩式雾化器

JLN-2311HDE 雾嘟嘟产品配置清单

| 序号 | 产品配件名称 | 数量 |
|----|--------|----|
| 1  | 压缩式雾化器 | 1台 |
| 2  | 雾化杯    | 2个 |
| 3  | 儿童面罩   | 1个 |
| 4  | 成人面罩   | 1个 |
| 5  | 咬嘴     | 2个 |
| 6  | 转接头    | 1个 |
| 7  | 雾化连接管  | 1条 |
| 8  | 空气过滤棉  | 5片 |
| 9  | 收纳盒    | 1个 |
| 10 | 说明书    | 1本 |
| 11 | 手提收纳包  | 1个 |
| 12 | 环保袋    | 1个 |

呼气分析一体机（小肺功能）配置清单：

RuiBreath  
瑞谱斯

设备配置清单（瑞谱斯®R1 型）

| 呼气分析一体机 |            |      |     |                 |
|---------|------------|------|-----|-----------------|
| 序号      | 名称         | 型号规格 | 数量  | 备注              |
| 1       | 主机         | R1   | 1 台 | （含内置热敏打印机及电池）   |
| 2       | 一氧化氮呼吸手柄   | 1S   | 1 个 | /               |
| 3       | 产品说明书      | /    | 1 本 | /               |
| 4       | 产品合格证      | /    | 1 张 | /               |
| 5       | 产品保修卡      | /    | 1 张 | /               |
| 6       | 电源适配器      | 1D   | 1 个 | （带电源线）          |
| 7       | 肺功能测试仪     | FG   | 1 个 | （含压差传感器及 USB 线） |
| 8       | 呼吸康复模块     | JL   | 1 个 | （含 OPEP 及压力检测）  |
| 9       | 3 升定标筒     | /    | 1 个 | （含校准工具）         |
| 10      | 一次性呼吸管路及咬嘴 | /    | 1 包 | /               |

高频振动排痰系统（全胸振动排痰机）配置清单：

Sunnyou 翔宇

科技 呵护 人生

Build a world class rehabilitation center, escorting the life journey!



河南翔宇医疗设备股份有限公司

装箱单

| 数量                    | 型号                       | 名称         |
|-----------------------|--------------------------|------------|
| 类别                    |                          |            |
| 1<br>主<br>机<br>附<br>件 |                          | XY-K-PTJ-V |
|                       |                          | 壹台         |
|                       | 电源线                      | 壹条         |
|                       | 导气软管                     | 贰个         |
|                       | NE-C28 成人雾化器面罩小号套装       | 壹套         |
|                       | 过滤棉                      | 壹包         |
|                       | 一次性使用连接管（外径 8mm）         | 拾支         |
|                       | 一次性口腔使用吸痰医用管（成人款/粗管 16F） | 拾根         |
|                       | 一次性口腔使用吸痰医用管（儿童款/细管 10F） | 拾根         |
|                       | 手持控制器                    | 壹个         |
|                       | 脚踏开关                     | 壹个         |
|                       | 保险丝管                     | 贰个         |
|                       | 排痰背心（成人 M）               | 壹个         |
|                       | 排痰背心（成人 XL）              | 壹个         |
|                       | 排痰背心（成人 S）               | 壹个         |
|                       | 排痰背心（儿童 XS）              | 壹个         |

销售电话：0372-7775555（1-12） 传真：0372-7713696 售后电话：0372-7722810

除颤仪（体外除颤监护仪）配置清单：

### 体外除颤监护仪BeneHeart D20 配置清单

| 型 号            | 说 明             | 数 量 |
|----------------|-----------------|-----|
| BeneHeart D20C | 主机              | 1台  |
| 除颤功能           | /               | 包含  |
| 除颤附件           | 体外除颤电极板附件包      | 1套  |
| 监护功能           | MPM:3/5导        | 1套  |
| 心电附件包          | 成人+5导+按扣式+心电电极  | 1套  |
| 起搏功能           | /               | 包含  |
| AED自动体外除颤功能    | /               | 包含  |
| 系统软件           | 体外除颤监护仪系统软件V1.0 | 1套  |
| 电池             | 锂电池             | 1块  |
| 三芯电源线          | /               | 1根  |
| 使用说明书          | /               | 1套  |
| 保修卡            | /               | 1份  |
| 记录仪            | 内置式             | 1个  |

输液泵配置清单：

输液泵 ME900A-L 配置清单

| 序号 | 名称          | 数量 | 备注   |
|----|-------------|----|------|
| 1  | ME900A-L 主机 | 1  | /    |
| 2  | 夹持架组件       | 1  | /    |
| 3  | 电源线         | 1  | /    |
| 4  | 中文使用说明书     | 1  | /    |
| 5  | 中文快速操作指南    | 1  | /    |
| 6  | 保修单         | 1  | /    |
| 7  | 设备验收单       | 1  | /    |
| 8  | 3300mAh 电池  | 1  | 主机内置 |

以上为单台配置，数量总计 5 台。

输液泵配置清单:

输液泵 ME660A 配置清单

| 序号 | 名称        | 数量 | 备注 |
|----|-----------|----|----|
| 1  | ME660A 主机 | 1  | /  |
| 2  | 夹持架组件     | 1  | /  |
| 3  | 电源线       | 1  | /  |
| 4  | 中文使用说明书   | 1  | /  |
| 5  | 中文快速操作指南  | 1  | /  |
| 6  | 保修单       | 1  | /  |
| 7  | 设备验收单     | 1  | /  |

以上是单台配置，总数量：15

营养泵配置清单：

KellyMed  
科力医疗

KL-5031N、5041N、5051N  
系列营养泵产品配置

| 名称       | 单位 | 数量 |
|----------|----|----|
| 主机       | 台  | 1  |
| 加热器（含卡子） | 套  | 1  |
| 电源线      | 条  | 1  |
| 保修卡      | 份  | 1  |
| 合格证      | 份  | 1  |
| 使用说明书    | 本  | 1  |

北京科力医疗设备有限公司 KellyMed Co., Ltd.  
地址：北京市昌平区回龙观镇龙域苑1010室  
电话：010-60501111  
网址：www.kellymed.com

医用防褥疮气垫配置清单:

## 雅博 Pro-care E4000 气垫床组配置一览表

雅博 Pro-care E4000 (型号: **9P-047580-C8**) 气垫床床组包含  
主机+床垫



主机配件: 橡胶器气室, 电源控制系统, 主机外壳, 电源线,  
保险丝, 空气过滤系统

床垫配件: CPR 快速泄气控制系统, 防水透气上盖, 4" 单管,  
风管

空气波压力治疗系统(间歇脉冲加压抗栓系统)配置清单:

间歇脉冲加压抗栓系统 SCD600 配置清单

| 序号 | 名称               | 数量  | 备注 |
|----|------------------|-----|----|
| 1  | SCD-600 主机       | 1 台 | /  |
| 2  | SCD-600 中文说明书    | 1 本 | /  |
| 3  | 国标电源线            | 1 根 | /  |
| 4  | 导气延长管            | 1 套 | /  |
| 5  | 腿部加压套（双下肢，重复性使用） | 1 套 | /  |
| 6  | 台车               | 1 台 | /  |
| 7  | 保修卡              | 1 张 | /  |
| 8  | 仪器验收单            | 1 张 | /  |
| 9  | 合格证标贴            | 1 张 | /  |

以上为单台配置，数量共计 9 套

## 转运车配置清单：

### 3. 产品技术参数和配置清单

#### 转运车技术参数和配置清单

##### 转运车（型号：KT-CH-ZY I 转运车）技术参数

- 1、规格尺寸：1950\*640\*570/860mm
- 2、调节功能：
  - 2.1、床体具有背部升降、整体升降功能；
  - 2.2、背部可升降角度：0-60°；
  - 2.3、整体升降范围：570-860mm；
- 3、原材料及制作工艺：
  - 3.1、主体框架采用冷轧钢材，焊接工艺，表面经过喷涂处理；
  - 3.2、床面采用 ABS 材质一次吹塑成型，内添加抗菌树脂；床板带透气孔，承重性高，透气性好。
  - 3.3、车体两侧 ABS 护栏为气动助力，设有控制手柄，可实现单独上升和下降；
  - 3.4、床面升降采用丝杠转动驱动；
  - 3.5、摇把：镀锌材质，可折叠；
  - 3.6、背部升降采用气动支撑杆作支撑力源，后背板配气压棒、控制手柄，手柄无极调整背板角度；操作简单方便。
- 4、底部配四只用静音脚轮，脚轮直径 150mm，脚踏式中控制动系统；
- 5、车底中间部位设有导向轮，采用脚踏控制升降；
- 6、配备钢制氧气管支架；
- 7、配有纯棉防水床垫；
- 8、配有一支不锈钢输液杆，挂钩可折叠；
- 9、配置：氧气管支架 1 个、床垫 1 张、不锈钢输液杆

##### 转运车（型号：KT-CH-ZY I 转运车）产品配置清单

| 配置名称   | 配置数量/每台 | 单位 |
|--------|---------|----|
| 车体     | 1       | 辆  |
| 氧气管支架  | 1       | 个  |
| 纯棉防水床垫 | 1       | 个  |
| 不锈钢输液杆 | 1       | 个  |



## 治疗车配置清单：


### 治疗车技术参数和配置清单

#### 治疗车（型号：KTHZ-01）技术参数

- 1、规格尺寸：650\*475\*900mm；
- 2、台面
  - 2.1、采用 ABS 工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合，易清洁，耐腐蚀；
  - 2.2、设有三面围栏，有效的保护物品滑落；
- 3、车体：
  - 3.1、立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀；
  - 3.2、侧板、背板采用铝塑板拼装。
  - 3.3、车体配有一层抽屉，采用静音滑轨、ABS 扣手或铝合金拉手，抽屉内配防滑垫、分隔片
  - 3.4、侧面配有书写平台，增加工作台面；
- 4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径 100mm，带制动装置；
- 5、配四只防撞装置；
- 6、配置：钢制挂筐 1 个、圆形污物桶 2 个、方形污物桶 2 个、锐器盒支架 1 个。

#### 治疗车（型号：KTHZ-01）产品配置清单

| 配置名称   | 配置数量/每台 | 单位 |
|--------|---------|----|
| 车体     | 1       | 辆  |
| ABS 隔板 | 2       | 套  |
| 防滑垫    | 2       | 个  |
| 锐器盒支架  | 1       | 个  |
| 圆形污物桶  | 2       | 个  |
| 方形污物桶  | 2       | 个  |
| 钢制挂筐   | 1       | 个  |



抢救车配置清单：

抢救车（型号：KTHQ-01） 产品配置清单

| 配置名称   | 配置数量/每台 | 单位 |
|--------|---------|----|
| 车体     | 1       | 辆  |
| 锐器盒支架  | 1       | 个  |
| ABS 隔板 | 3       | 套  |
| 防滑垫    | 5       | 套  |
| 污物桶    | 2       | 个  |
| 钢制挂筐   | 1       | 个  |
| 仪器托架   | 1       | 个  |
| 氧气瓶支架  | 1       | 个  |
| 心肺复苏板  | 1       | 块  |
| 电源插板   | 1       | 个  |
| 不锈钢输液架 | 1       | 个  |
| 一次性锁   | 15      | 个  |



## 口服药车配置清单：

### 口服药车技术参数和配置清单

#### 口服药车（型号：KTHK-01）技术参数

- 1、规格尺寸：650\*475\*900mm；
- 2、台面
  - 2.1、采用 ABS 工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合，易清洁，耐腐蚀；
  - 2.2、设有三面围栏，有效的保护物品滑落；
- 3、车体：
  - 3.1、立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀；
  - 3.2、侧板、背板采用铝塑板拼装；
  - 3.3、车体配有两层抽屉，采用静音滑轨、ABS 扣手或不锈钢拉手，抽屉内配防滑垫、分隔片
  - 3.4、侧面配有书写平台，增加工作台面；
- 4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径 100mm，带制动装置；
- 5、配四只防撞装置；
- 6、配置：钢制挂筐 1 个、圆型污物桶 2 个、方型污物桶 2 个、锐器盒支架 1 个

#### 口服药车（型号：KTHK-01）产品配置清单

| 配置名称   | 配置数量/每台 | 单位 |
|--------|---------|----|
| 车体     | 1       | 辆  |
| ABS 药盒 | 3       | 个  |
| 圆形污物桶  | 2       | 个  |
| 钢制挂框   | 1       | 个  |
| 方形污物桶  | 2       | 个  |
| 锐器盒支架  | 1       | 个  |



## 病历车（30格）配置清单：

### 病历车技术参数和配置清单

#### 病历车（30格）（型号：KTHB-01-30）技术参数

- 1、规格尺寸：650\*475\*900mm（30格）
- 2、台面：
  - 2.1、采用ABS工程塑料，与不锈钢板面或软玻璃结合，易清洁，耐腐蚀；
  - 2.2、设有三面围栏，有效的保护物品滑落；
- 3、车体：
  - 3.1、立柱采用铝合金型材，强度高，耐磨抗腐蚀；
  - 3.2、侧板背板采用铝塑板拼装；
  - 3.3、车体配有一层抽屉，抽屉滑轨采用三节静音滑轨；抽屉采用ABS扣手或铝合金拉手，抽屉内配防滑垫；
  - 3.4、病历存放区：
    - 3.4.1、采用双列式设计，30格，配有病历号；
    - 3.4.2、病历夹托板采用ABS工程塑料；
    - 3.4.3、两侧病历挡板均配有锁具；
    - 3.4.4、配病历夹，尺寸、数量与车配套；
- 4、车下配四只静音防缠绕脚轮，脚轮直径100mm，带制动装置；
- 5、车配四只防撞装置；
- 6、配置：片盒1个、锁具2套。

#### 病例车（30格）（型号：KTHB-01-30）产品配置清单

| 配置名称  | 配置数量/每台 | 单位 |
|-------|---------|----|
| 车体    | 1       | 辆  |
| 锁具    | 2       | 个  |
| 防滑垫   | 1       | 个  |
| 病历夹   | 30      | 格  |
| ABS扶手 | 1       | 个  |
| 钢制片盒  | 1       | 个  |