

一、维保设备情况

类别	资产名称	规格型号	数量 (台/套)	分项限价(万元/年)
一	超高端多排螺旋 CT	Brilliance iCT	1	100
	核磁共振扫描仪	Achieva 1.5T	1	40
	3.0T 磁共振	飞利浦 Achieva 3.0T Tx	1	94
	大平板血管造影成像系统	Allura Xper FP2 0	1	30
二	数字化无线双板 X 线摄影系统	Digital Diagnost 3	1	10
	数字化 X 线摄影系统	Digital Diagnost3	1	10
	数字化无线双板 X 线摄影系统	Digital Diagnost3	1	10
	移动式数字造影机	飞利浦 Veradius	1	5
三	飞利浦彩色超声诊断系统	IE ELITE	1	7
	彩色超声诊断仪	飞利浦 IU22	1	7
	飞利浦便携式彩色超声诊断系统	CX50	1	6
	飞利浦便携式彩色超声诊断系统	CX50	1	6

★投标人所报分项价格，不得超过本表所列“分项限价”，否则按**无效投标**处理。

二、技术服务要求

1. 投标人有符合投标设备维修资质的维修工程师，并提供维修工程师的名录、联系方式等和维保设备制造厂商原厂培训考核合格并颁发有效期内合格证书，每个类别的常驻项目服务地点所属的京津地区工程师不少于 4 人，且不重复计算。
2. 零配件仓储要求：国内设有专门的零配件仓库，在北京至少有一家仓库，需提供仓储地址和相应的仓储证明材料。
3. 球管属于核心重要组件，能提供原厂球管报关证明。
4. 投标人提供的所有零备件均为原制造厂商零配件，需要提供原厂检测合格单，并有可以追溯的序列代码，可随时提供 400/800 电话查询该代码有效性（提供原厂出具备件来源的渠道证明材料，或渠道商之间的合作证明）。
5. 保证开机率，在本合同约定的时间内，按照全年 365 个自然日，投标人对采

购人所保设备开机率承诺：影像设备保证达到 95%，即正常开机达到 347 个工作日。

6. 投标人及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施 (FCO)。

7. 投标人按照原厂工厂要求，每年提供定期维护保养服务，有特殊要求以维保服务设备信息表中要求为准。投标人的保养服务需做好记录，包括但不限于设备清洁、性能测试及校准等，根据采购人要求对设备的数据进行备份。根据采购人要求的时间段，进行保养工作。

8. 服务响应时间：提供 800 或 400 客服免费服务热线或免费维修电话，具备 24 小时×7 天服务能力，每天有专人值班服务。接到维修通知后，在线工程师电话响应在 1 小时内，提供电话、网络等技术支持，若无法解决，第二个工作日内 24 小时内提供现场服务。

9. 投标人需每年向医工人员提供一次所保修设备年度分析报告。

10. 投标人有责任按医院要求配合医院做好相关设备的年审工作，年检时，供应商负责机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达国家标准，保证该设备能通过相关专业检测。

11. 维保服务内容：

11.1、核磁：提供全保服务，包括全部人工及零配件费用，包含定期保养≥3 次/年。零配件包含但不限于磁体、液氦、冷头、线圈、水冷系统、梯度系统、射频系统等，第三方产品、操作系统升级除外。

11.2、CT：提供全保服务，包括全部人工及零配件费用，包含定期保养≥4 次/年。零配件包含但不限于球管、高压发生器、探测器、工作站等，第三方产品除外。不含空调、高压注射器、激光相机、外置打印机、视频外设等第三方附属设备、操作系统升级等。

11.3、血管机：提供全保服务，包括电子部分、球管、探测器、工作站等所有部件及全部人工费用，包含定期保养≥2 次/年。不含空调、高压注射器、激光相机、外置打印机、视频外设等第三方附属设备、操作系统升级等。

11.4、DR：提供全保服务，包括电子部分、球管、探测器、工作站等所有部

件及全部人工费用，包含定期保养移动式 DR \geq 2 次/年。不含空调、高压注射器、激光相机、外置打印机、视频外设等第三方附属设备、操作系统升级等。

11.5、移动式 C 型臂：提供全保服务，包括电子部分、球管、探测器、工作站等所有部件及全部人工费用，包含定期保养移动式 C 型臂 \geq 1 次/年。不含空调、高压注射器、激光相机、外置打印机、视频外设等第三方附属设备、操作系统升级等。

11.6、超声：提供主机与常规探头的保修，常规探头 1 支/年，包含定期保养 2 次/年。不含第三方产品。