

## 第四章 投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号/包号：0618-XFHY-2566ZCB (11010825210200050694-XM001) /第四包 项目名称：北京市海淀区西三旗社区卫生服务中心医疗设备购置项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	低频脉冲磁场治疗机(骨密度)	河南翔宇医疗设备股份有限公司	河南/中国	914105277474012089	中型	男	内资	翔宇	型号：XY-K-GC-V 规格： 1. 性能特点：触摸屏显示 8 英寸，操作简便 2. 磁场频率：0~100Hz 连续可调，步进 1Hz，允差±1Hz 或±10% 取最大值。 3. 磁场强度：磁感应强度 25mT，允差±1mT。 4. 治疗输出模式：分手动处方和自动处方模式，分手动处方和自动处方模式，自动处方模式含有 50 个自动处方。 5. 治疗时间：1~99min 可调，定时误差为允差	267000	1	267000



±5%，治疗完毕停止输出，并有蜂鸣提示  
6. 振动频率：0.5Hz，允差±10%。  
7. 振动档位：分0~4档可调，默认为0档。  
8. 治疗垫加热功能：治疗机加热温度0档~4档可调，0档温度范围常温档，1档~4档温度范围38℃~48℃范围可调，允差±3℃。  
9. 电磁发生器尺寸：电磁发生器为圆形磁体20块，每块磁体外径Ø100mm，高18mm，允差±10%；  
10. 治疗床：长1950mm，宽750mm，高690，允差±10%，治疗床面躯干部位，可在0°~38°范围内任意调整，升起最大角度误差±3°，升降灵便，定位可靠。  
11. 治疗床均匀承载150kg时，能正常工作。护栏保护装置：治疗床两侧有护栏保护装置，方便患者治疗时防止滚落发生。  
12. 治疗垫温度达到设定温度时，第一路保护

									生效,设备停止加热输出,当温度低于设定值以下后可恢复加热输出,治疗垫进入控温阶段;如果保护装置失效,治疗垫表面温度继续高到55℃,第二路保护装置应动作,并切断加热输出。			
2	医用空气消毒机	北京库霖埃尔新技术实业有限公司	北京/中国	91110113MADQ6J2W32		内资	Pilkku	型号: Y-KL-240 规格: . 1. 额定电压: DC12V; 额定功率 15W; 2. 高压静电滤芯功率: 1. 2W; 3. 适用空间: 30m3 4. 杀菌因子: 高压静电; 5. 最大循环风量: 240m3/h; 6. 最大噪音: 45dB; 7. 清洗方式: 水清洗周期 4-6 个月; 8. 作用时间: 120min; 9. 使用寿命: 10000h; 10. 调速方式: 手动分挡; 11. 尺寸: 240x135x340mm; 12. 重量: 3.5Kg± 100g。	6490	20	129800	
3	备品备件	灵信和美(北)	北京/中国	911101086787709069	微型	女	内资	国产	备品备件	已含	已含	已含

		京)科 技有限 公司									
4	专用 工具	灵信和 美(北 京)科 技有限 公司	北京/ 中国	911101086787709069	微型	女	内资	国产	专用工具	已含	已含
5	安 装、 调 试、 检 验	灵信和 美(北 京)科 技有限 公司	北京/ 中国	911101086787709069	微型	女	内资	国产	安装、调试、检验	已含	已含
6	培训	灵信和 美(北 京)科 技有限 公司	北京/ 中国	911101086787709069	微型	女	内资	国产	培训	已含	已含
7	售后 服务	灵信和 美(北 京)科 技有限 公司	北京/ 中国	911101086787709069	微型	女	内资	国产	售后服务	已含	已含
8	其他	灵信和 美(北 京)科 技有限 公司	北京/ 中国	911101086787709069	微型	女	内资	国产	其他	已含	已含
9	至最 终目 的地 运保	灵信和 美(北 京)科 技有限 公司	北京/ 中国	911101086787709069	微型	女	内资	国产	至最终目的地运保费	已含	已含

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别;绝对所有权拥有者可以是一个人,也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

