


飞利浦DSA购买用球管医用X线附属设备及部件采购项目 单一来源采购方式专家小组成员名单

论证时间： 年 月 日

序号	姓名	职务/职称	身份证号码	工作单位	联系电话	签字
1	王立军	主任医师	220202196905190025	沈阳市中心医院	13621282969	王立军
2	孙超	主任医师	370204197110220832	潍坊市120急救中心	1361128772	孙超
3	周新建	主任医师	411201196409150859	北京中医药大学东方医院	13661276269	周新建

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王立华	
	职称: 工程师	
	工作单位: 北京盛康伟业科技发展有限公司	
项目信息	项目名称: 飞利浦 DSA 购买备用球管医用 X 线附属设备及部件采购项目	
	供应商名称: 北京盛康伟业科技发展有限公司	
专业人员论证意见	球管为 DSA 的核心消耗配件, 本次为机专用, 该 DSA 为飞利浦公司产品, 球管也应由飞利浦 (中国) 投资有限公司的授权经销商: 北京盛康伟业科技发展有限公司提供, 飞利浦 DSA 图像质量和数据准确性。	
专业人员签字		日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 孙超	
	职称: 工程师	
	工作单位: 通州120急救中心	
项目信息	项目名称: 飞利浦 DSA 购买备用球管医用 X 线附属设备及部件采购项目	
	供应商名称: 北京盛康伟业科技发展有限公司	
专业人员论证意见	采购第120急救中心的DSA球管是在世飞利浦 DSA Allura Xper FD20所配的原球管部件。其他品牌球管与飞利浦的。建议此单, 采购式采购由北京盛康伟业科技发展有限公司所同品牌球管。	
专业人员签字		日期____年__月__日

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 周新建	
	职称: 主任医师	
	工作单位: 北京中医药大学东方医院	
项目信息	项目名称: 飞利浦 DSA 购买备用球管医用 X 线附属设备及部件采购项目	
	供应商名称: 北京盛康伟业科技发展有限公司	
专业人员论证意见	飞利浦 DSA 购买备用球管医用 X 线附属设备及部件采购项目, 是为该院原进口的飞利浦 DSA ALLura Xper FD 20 配置的球管, 目前国内球管无法与该机兼容配套, 为保证 DSA 的正常运行, 建议采用单一来源方式进行采购, 由北京盛康伟业科技发展有限公司执行。	
专业人员签字	周新建	日期 年 月 日