

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	温庆祥	联系电话	13671174911
身份证号码	11010119690714151X	职称	主任医师
工作单位	北京中医医院	职称所属行业领域	医学检验
二、项目情况			
采购单位名称	北京市体检中心	联系人（电话）	010-63159962
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	医用体外诊断试剂购置	预算金额（万元）	1417.9
项目预算年度	2025年		
唯一供应商名称	国药控股北京有限公司		
三、论证意见：			
由于体检中心此部分进口产品属于封闭试剂，均属于医学检验科使用的封闭检测系统，该系统配套的耗材和试剂具有唯一性，必须与设备完全匹配。市场上同类产品无法在现有设备上使用，且该试剂的生产工艺及生产技术专利具有特殊性，仅供专用，目前，因为独家供应商获得了本次采购进口耗材的销售授权，因此，基于试剂的特殊要求和市场供应的唯一性，只能从该唯一供应商处进行采购。 根据财政部有关文件的规定，该项目采用“单一来源”方式是有效的办法。 本人签名：温庆祥 2025年 2月 12 日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	李×昕	联系电话	13693382401
身份证号码	1101081959022370	职称	主任技师
工作单位	北京医院	职称所属行业领域	医学检验
二、项目情况			
采购单位名称	北京市体检中心	联系人（电话）	010-63159962
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	医用体外诊断试剂购置	预算金额（万元）	1417.9
项目预算年度	2025年		
唯一供应商名称	国药控股北京有限公司		
三、论证意见：			
因体检中心此部分进口产品属于封闭试剂，此封闭试剂用于医学检验科使用的封闭检测系统，该系统配套的耗材和试剂具有唯一性，必须与设备完全匹配。市场上同类产品无法在现有设备上使用，且该试剂的生产涉及生产技术和专利技术，具有特殊性，只能专机专用。目前国内仅有一家供应商获得本次采购进口耗材的销售授权，因此，基于试剂的特殊要求和市场供应的唯一性，只能从该唯一供应商处进行采购。 依据财政部相关文件规定，该项目采用“单一来源”方式是有效的办法。 本人签名：李×昕 2025年 2月 12 日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	田丽丽	联系电话	15210233146
身份证号码	150426197810210027	职称	研究员(正高)
工作单位	解放军总医院	职称所属行业领域	医学医学
二、项目情况			
采购单位名称	北京市体检中心	联系人(电话)	010-63159962
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	医用体外诊断试剂购置	预算金额(万元)	1417.9
项目预算年度	2025年		
唯一供应商名称	国药控股北京有限公司		
三、论证意见:			
由于体检中心此部分属于特殊试剂,属于医学检验科使用的封闭检测系统,该系统所需的耗材和试剂具有唯一性,必须与设备完全匹配。市场上同类产品无法在现有设备上使用。且该试剂的生产涉及高新技术和专利技术,具有独特性,只能进口使用。目前,国内仅有一家企业获得了该试剂的进口权,因此,该试剂的采购要求具有唯一性,只能从该唯一供应商处进行采购。 依据财政部相关文件的规定,该采购项目属于单一来源采购。 本人签名: 田丽丽 2024年 2月 12 日			
备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。			