京财采购〔2024〕762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	闫书刚	联系电话	13683366142
身份证号码	110221196508231615	职称	高级实验师
工作单位	北京农学院	职称所属行业领域	教育
二、项目情况			
采购单位名称	北京市计量检测科学研究院	联系人（电话）	李颖 010-57521749
主管单位名称	北京市市场监督管理局		
项目名称	热工所电磁流量计在线校准标准器溯源项目	预算金额（万元）	人民币10.78万元
项目预算年度	2026年度		
唯一供应商名称	开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）		
三、论证意见：			

北京市计量检测科学研究院此前参照JJG1030-2007超声流量计检定规程进行对比测试的电磁流量计在线校准标准器溯源方案，已不满足2025年正式发布实施的JJF2216-2025电磁流量计在线校准规范要求。采购人实际开展测试业务涉及管径范围DN60—DN3000，目前仅开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）可提供DN2000管径及以下流量点溯源服务，鉴于上述原因，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十条第一项"只能从唯一供货商处采购的"情形，建议采购人采用单一来源方式从开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）采购相关服务。

本人签名：闫书刚

2026年 3月 25日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

京财采购〔2024〕762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	王英信	联系电话	13641307381
身份证号码	120104196210215515	职称	教授
工作单位	中国地质大学	职称所属行业领域	高等教育
二、项目情况			
采购单位名称	北京市计量检测科学研究院	联系人（电话）	李颖 010-57521749
主管单位名称	北京市市场监督管理局		
项目名称	热工所电磁流量计在线校准标准器溯源项目	预算金额（万元）	人民币10.78万元
项目预算年度	2026年度		
唯一供应商名称	开封市水大流量计量科技有限公司 （国家水大流量计量站）		
三、论证意见：			

为保障北京市计量检测科学研究院电磁流量计建标工作及维持相应校准业务正常开展，根据2025年正式发布实施的JJF1216-2025电磁流量计在线校准规范，标准器在公称通径尺寸及流量点进行分别溯源，且量程须满足规范要求。目前仅开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）可提供满足采购人实际开展测试业务（涉及管径范围为DN60～DN3000）的溯源服务。鉴于本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购的”情形，因此建议采购单位采用单一来源方式与开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）进行单一来源采购。

本人签名：王英信

2026 年 3 月 25 日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

京财采购〔2024〕762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	毅玉生	联系电话	13366079520
身份证号码	412801196304010052	职称	副教授
工作单位	清华大学	职称所属行业领域	教育
二、项目情况			
采购单位名称	北京市计量检测科学研究院	联系人（电话）	李颖 010-57521749
主管单位名称	北京市市场监督管理局		
项目名称	热工所电磁流量计在线校准标准器溯源项目	预算金额（万元）	人民币10.78万元
项目预算年度	2026年度		
唯一供应商名称	开封市水大流量计量科技有限公司 （国家水大流量计量站）		
三、论证意见：			

2025年JF 2216-2025电磁流量计在线校准规范已发布实施，规范要求标准器应按不同管径尺寸及流量点进行分别溯源。电磁流量计在线校准器溯源是北京市计量检测科学研究院维持相应校准业务正常开展的必要项目，涉及管径范围为DN60-DN3000，仅开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）符合采购人相关要求。根据《中华人民共和国政府采购法》77第三十一条第一款"只能从唯一供应商处采购"的规定，建议采购单位用单一来源方式向开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）采购DN2000管径以下流量点溯源服务等内容。

本人签名：毅玉生

2026年3月25日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

京财采购〔2024〕762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	聂伟	联系电话	13810755668
身份证号码	220623197611040029	职称	副教授
工作单位	中国农业大学	职称所属行业领域	科研
二、项目情况			
采购单位名称	北京市计量检测科学研究院	联系人（电话）	李颖 010-57521749
主管单位名称	北京市市场监督管理局		
项目名称	热工所电磁流量计在线校准标准器溯源项目	预算金额（万元）	人民币10.78万元
项目预算年度	2026年度		
唯一供应商名称	开封市水大流量计量科技有限公司 （国家水大流量计量站）		
三、论证意见：			

因电磁流量计在线校准项目之前没有相应的国家规范，北京市计量检测科学研究院未申请建标及CNAS能力。2025年国家JJF 2216-2025电磁流量计在线校准规范正式发布实施，因此相应配套标准器原溯源方案已不满足建标需求。目前，仅开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）可提供DN2000管径及以下流量点溯源服务，符合采购人标准器溯源需求。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款第一项的规定，本项目符合"只能从唯一供应商处采购的"情形。建议采购人采用单一来源采购方式从开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）采购相关服务。

本人签名：聂伟

2026 年 3 月 25 日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

京财采购〔2024〕762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

<table>
<tr><td colspan="4">一、专家信息</td></tr>
<tr><td>姓名</td><td>李建勇</td><td>联系电话</td><td>13611158926</td></tr>
<tr><td>身份证号码</td><td>110101197101300512</td><td>职称</td><td>高2</td></tr>
<tr><td>工作单位</td><td>国家空间科学中心</td><td>职称所属行业领域</td><td>科研</td></tr>
<tr><td colspan="4">二、项目情况</td></tr>
<tr><td>采购单位名称</td><td>北京市计量检测科学研究院</td><td>联系人（电话）</td><td>李颖
010-57521749</td></tr>
<tr><td>主管单位名称</td><td colspan="3">北京市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td>热工所电磁流量计在线校准标准器溯源项目</td><td>预算金额（万元）</td><td>人民币10.78万元</td></tr>
<tr><td>项目预算年度</td><td colspan="3">2026年度</td></tr>
<tr><td>唯一供应商名称</td><td colspan="3">开封市水大流量计量科技有限公司
（国家水大流量计量站）</td></tr>
<tr><td colspan="4">三、论证意见：
因之前没有相应计国家规范，北京市计量检测科学研究院电磁流量计在线标准标准口溯源项目，一直采取一口径多流速方式进行量值溯源，不满足2025年正式发布实施计JJF 2216-2025《电磁流量计在线校准规范》要求。目前，仅开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）可提供符合采购人需求的DN2000管径及以下介质量值溯源服务。鉴于本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一项"只能从唯一供应商处采购的"的规定，建议采购单位采用单一来源方式与开封市水大流量计量科技有限公司（国家水大流量计量站）进行单一来源采购。

本人签名：李建勇

2026 年 3 月 25 日</td></tr>
<tr><td colspan="4">备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。</td></tr>
</table>