京财采购（2024）762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	侍士芝	联系电话	
身份证号码		职称	主任药师
工作单位	国家药品监督管理局药品审评中心	职称所属行业领域	医药
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	陈明珠 010-82807596
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	一次性使用真空采血管（核酸检测用）	预算金额（万元）	66.917902
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	北京昕荣瑞健医疗科技有限公司		

三、论证意见：

一次性使用真空采血管（核酸检测用）为采购人现有Panther及Cobas全自动核酸检测系统的专机专用样本采集容器，技术上具有唯一性。采购人现有核酸检测系统为确保明确指定的配套真空采血管，才能在全密闭、无菌无污染的条件下实现样本的稳定保存与高校分离，从而全面保障核酸检测的灵敏度与特异性，以及病原体性分离股响应-70℃甚至更低温的耐保证，能够满足法规要求及病毒长期冷冻保存的稳定性需求。同时，该采血管明确标注了集合状态下的病毒稳定性保存时间，无有效期业病毒降解导致的"漏检"风险。国内仅有1家供应商获得进口指定采血管的合法销售授权，因此只能从唯一供应商处采购。

根据政府采购相关法规法律规定，本项目符合政府采购法第三十一条"只能从唯一供应商处采购"情形，应当采用单一来源方式采购。

本人签名：侍士芝

2026年 1月 7日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

京财采购（2024）762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	马洪滨	联系电话	
身份证号码		职称	副主任技师
工作单位	302医院	职称所属行业领域	医学
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	陈明珠 010-82807596
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	一次性使用真空采血管（核酸检测用）	预算金额（万元）	66.917902
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	北京昕荣瑞健医疗科技有限公司		

三、论证意见：

一次性使用真空采血管（核酸检测用）为采购人现有Panther及Cobas全自动核酸检测系统的专机专用标本采集容器，技术具有唯一性。采购人现有核酸检测系统只能使用其明确指定的配套真空采血管，才能在全密闭、无酶污染的条件下实现标本的稳定保存与高效分离，从而全面保障核酸检测的灵敏度与特异性，确保血液安全。该采血管采用专有技术，具备无菌、无DNA酶、无RNA酶特性，且对病毒性核酸均通过-70℃或更低温的耐低温验证，能够满足法规要求及病毒核酸长期冷冻保存的稳定性需求。同时，该采血管明确标注了未离心状态下的病毒稳定性保存时间，可有效防止病毒降解导致的"漏检"风险。国内仅有1家供应商具备该进口指定采血管的合法销售授权，因此只能从唯一供应商处采购。根据政府采购相关法律法规规定，本项目符合政府采购法第三十一条"只能从唯一供应商处采购的"情形，适宜采用单一来源方式采购。

本人签名：马洪滨

2026年 11月 2日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

京财采购（2024）762号附件2

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	孙志辉	联系电话	
身份证号码		职称	高级工程师
工作单位	军事医学科学院卫生学环境医学研究所	职称所属行业领域	卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	陈明珠 010-82807596
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	一次性使用真空采血管（核酸检测用）	预算金额（万元）	66.917902
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	北京昕荣瑞健医疗科技有限公司		
三、论证意见：			

一次性使用真空采血管（核酸检测用）为采购人现有Panther及Cobas全自动核酸检测系统的专机专用样本采集容器，技术具有唯一性。采购人现有核酸检测系统只能使用其明确指定的配套真空采血管，才能在全密闭、无菌污染的条件下实现样本的稳定保存与高效分离，从而全面保障核酸检测的灵敏度与特异性，确保血液安全。该采血管采用专用技术，具备无菌、无DNA酶、无RNA酶特性，且封帽及惰性分离胶均通过-70℃或更低温度的耐低温验证，能够满足法规要求及病毒长期冷冻保存的稳定性需求。同时，该采血管明确标注了未离心状态下的病毒稳定性保存时间，可有效防止病毒降解导致的"漏检"风险。国内仅有1家供应商具备该进口指定采血管的合法销售授权，因此只能从唯一供应商处采购。

根据政府采购相关法律法规规定，本项目符合政府采购法第三十一条"只能从唯一供应商处采购的"情形，适宜采用单一来源方式采购。

本人签名：孙志辉

2026年 11月 7日

备注：1.专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2.论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3.提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。