

## 专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	周新建	联系电话	13661276269
身份证号码	411201196409150859	职称	主任医师
工作单位	北京东方医院	职称所属行业领域	卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人(电话)	陈明珠, 010-82807673
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	血液成分分离机 配套耗材	预算金额(万元)	总预算: 3665.8 第1包: 1448.2 第2包: 992.6 第3包: 1225
项目预算年度	2026年		
唯一供应商名称	第1包: 北京安汇泰医疗器械有限公司; 第2包: 汇美康生物医学技术(北京)有限公司; 第3包: 济南大士医疗设备有限公司;		
三、论证意见:			
<p>本次第一包拟采购的一次性使用血细胞分离器为HAEMONETICS品牌便携式血液成分分离机MCST的专用配套耗材的996E2-00型。为完全满足血板分离的需求,需采用专有名牌的可匹配HAEMONETICS品牌9000型号的耗材,其他品牌、型号耗材无法兼容使用。具有专机专用、非通用、非开放适配的专属性,具有唯一性。北京安汇泰医疗器械有限公司为该品牌及配套耗材的合法合规的供应授权经销商,供货及时,时效稳定。货物正规,可提供完善的产品质量保障及售后服务技术服务。为保障采供血工作有序开展,保证用血质量。采取单一来源采购是行之有效的办法。</p>			

第二包拟采购的耗材为 Trima set 血液成份分离器配套管路(型号为80300),由泰尔茂比司技公司(Terumo BCT, Inc.)生产, 国械注进 20163662180, 是具有合法的血源器械准入资格。为设备配套使用的定制化专用耗材。由于设备核心技术、运行参数、分离工艺有专属限制, 具有其特殊性和唯一性。目前国内尚无完全满足血液中心实际工作的产品。汇美康生物医学技术(北京)有限公司是泰尔茂比司技公司(Terumo BCT, Inc.)的唯一授权经销商。负责供货、配送及售后服务。只能从该处购买。

第三包拟采购的 Amicus 分离管路。为设备配套耗材, 是看白核心功能。国内同类耗材尚无该项功能, 且在献血者适应范围、双采执行标准、采集效率及关键结构上, 皆无法完全满足手工业务工作需要。本次采购的分离管路, 为11岁危重症者救治必需使用的关键医用耗材, 需符合《全血及成份血质控》(GB18469-2012)要求。因设备构造、采集原理存在专属设计, 其他品牌的管路无法兼容适配, 不具备替代性, 只能采购原厂配套管路。具有其唯一性。济南大士医药设备有限公司为该产品的唯一官方授权代理商。拥有合法供货及售后服务资格。依据《政府采购法》第三十一条第一款的规定, 更改采用单一来源采购方式开展采购活动。

本人签名:

周建

2026年 5月 8日

备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系, 不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的, 本人承担相应法律后果。



周新建

姓名：周新建

性别：男

出生年月：1964年9月

专业：核医学

编号：20150943

经高级专业技术职务  
评审委员会评审，符合任  
职条件，具备主任医师  
任职资格，确认时间为

2015年12月31日

