

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	赵昕	联系电话	13693382401
身份证号码	11010819591223720	职称	主任技师
工作单位	北京医院	职称所属行业领域	医疗检验
二、项目情况			
采购单位名称	北京市体检中心	联系人(电话)	010-63159962
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	北京市体检中心医用体外诊断试剂购置(一)项目	预算金额(万元)	项目预算金额: 700万元
项目预算年度			
唯一供应商名称	国药控股北京有限公司		
三、论证意见:			
<p>采购人拟采购体外诊断试剂,为北京体检中心及所属分院提供医用体外诊断试剂及配套耗材供应及配送服务。</p> <p>一、本次采购产品具有不可替代性</p> <p>诊断试剂主要用于罗氏诊断产品(上海)有限公司的Elecsys系列分析仪器以及希森美康医用电子(上海)有限公司的全自动血液分析仪、全自动尿有形成份分析仪。</p> <p>由于Elecsys系列试剂及耗材反应原理具有特异性,需通过抗原抗体检测,只有在同品牌适用仪器的配套使用之前提下才能确保对抗原抗体的高精确性检测。该原理采用的是电化学发光法,该方法具有高速检测、高精密度及高灵敏度等优点。适用仪器与其配套的Elecsys系列试剂为同一平台研发,配套使用可确保检验结果一致性、准确性。适用于仪器与其配套试剂定品牌、质控品共同构成完整的溯源系统,为保证仪器的正常运行及检测结果的准确性,需使用同品牌配套试剂及耗材。</p> <p>全自动血液分析仪全自动尿有形成份分析仪的耗材为专用耗材,其品牌型号耗材无法兼容使用。</p> <p>二、本项目已进行二次公开招标流程</p> <p>招标文件中的评审方法及标准等内容无任何歧视性、倾向性或其它不合理条款,招标文件满足本项目的实际需求。本项目的招标公告发布时间及程序符合相关法律法规的规定。</p> <p>鉴于该项目需求特殊性,且经过二次公开招标,递交投标文件的供应商只有一家。</p> <p>根据上述情况,此次采购行为符合《中华人民共和国政府采购法》第二十一条第一款的规定,为保证该项目正常运行和按时完成,本项目建议采用单一来源方式采购体外诊断试剂。</p>			
本人签名:		赵昕	
		2026年5月18日	
备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含糊不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	姚尚武	联系电话	13683513237
身份证号码	340302196510260211	职称	主任技师
工作单位	北京回龙观医院	职称所属行业领域	医疗
二、项目情况			
采购单位名称	北京市体检中心	联系人(电话)	010-63159962
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	北京市体检中心医用体外诊断试剂购置(一)项目	预算金额(万元)	项目预算金额:700万元
项目预算年度			
唯一供应商名称	国药控股北京有限公司		
三、论证意见:			
<p>采购人拟采购体外诊断试剂,为北京体检中心及所属分院提供医用体外诊断试剂及耗材供应及配送服务。</p> <p>一、本次采购试剂具有不可替代性。</p> <p>诊断试剂主要用于罗氏诊断产品(上海)有限公司的Elecsys系列诊断仪器以及希森美康医用电子(上海)有限公司的全自动血液分析仪,全自动尿有形成份分析仪。</p> <p>由于Elecsys系统试剂及耗材反应原理采用电化学发光法,该方法具有高通检测、高精密度及高灵敏度等特点。该检测方法原理具有特异性,需通过抗原抗体结合来进行检测,只有在同品牌适用仪器配套使用的前提下才能保证对抗原抗体的高精确性检测。适用仪器与其配套的Elecsys系统试剂为同一平台,同一体系研发,配套使用可确保检测结果一致性、准确性。适用仪器与其配套试剂、定标品、质控品等共同构成完整的溯源体系,为了保证仪器的正常运行及检测结果的准确性,需使用同品牌配套试剂及耗材。</p> <p>全自动血液分析仪、全自动尿有形成份分析仪等耗材为专用耗材,其他品牌、型号耗材无法兼容使用。</p> <p>二、本项目已进行2次公开招标流程</p> <p>招标文件中的评审方法及标准等内容无任何歧视性、倾向性或其他不公平条款,招标文件满足本项目的实际需求。本项目的招标公告发布时间及程序符合相关法律法规的规定。鉴于该项目需求的特殊性,且经过二次公开招标,递交投标文件的供应商只有一家。</p> <p>根据上述情况,此次采购行为符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的规定,为保证该项目正常运行和按时交付,本项目建议采用单一来源采购试剂和耗材。</p>			
本人签名: 姚尚武			
2026年5月18日			
备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含糊不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	丁蔚	联系电话	13601298146
身份证号码	110101198602034559	职称	高级讲师
工作单位	北京政法职业学院	职称所属行业领域	医学
二、项目情况			
采购单位名称	北京市体检中心	联系人(电话)	010-63159962
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	北京市体检中心医用体外诊断试剂购置(一)项目	预算金额(万元)	项目预算金额:700万元
项目预算年度			
唯一供应商名称	国药控股北京有限公司		

三、论证意见:

采购人拟采购的体外诊断试剂,为北京市体检中心及所属分院提供医用体外诊断试剂,及配套耗材供应及配送服务。

一、本次采购的产品具有不可替代性。

诊断试剂主要因子罗氏诊断产品(上海)有限公司的Elecsys系列分析仪以及雅森美康医用电子(上海)有限公司的全自动血流分析仪、全自动尿有形成分分析仪。

由于Elecsys系列试剂及耗材反应原理采用电化学发光法,该方法具有高通量检测、高精密度、高灵敏度等优点,该检测原理具有特殊性,需通过抗原抗体结合来进行检测,只有在同品牌通用仪器的配套使用之前提下才能确保抗原抗体的高精确性检测。通用仪器与其配套Elecsys系列试剂为同一平台、同一体系研发,配套使用可确保检测结果一致性,准确性。通用仪器与其配套试剂,这保证了检测品共同物或完整检测体系,为了保证仪器的正常运行和检测结果的准确性,需使用同品牌配套试剂及耗材。

全自动血流分析仪、全自动尿有形成分分析仪等的耗材为专用耗材,其他品牌、型号与耗材无法兼容使用。

二、本项目已进行二次公开招标。

招标文件中的评分方法及标准等无任何歧视性、倾向性或者其他不合理条款,招标文件满足本项目的采购需求,本次项目的招标公告时间和程序符合相关法律法规的规定。鉴于本项目的特殊性,且经过二次公开招标,招标文件中的供应商只有一家,根据上述情况,此次采购符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款之规定,为保证该项目正常进行和按时交付,本人建议采用单一来源采购的方式。

本人签名:

丁蔚

2024年5月18日

备注: 1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系,不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的,本人承担相应法律后果。