


专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	牟文斌	联系电话	13716027595
身份证号码	110102197011242335	职称	高级工程师
工作单位	北京协和医院	职称所属行业领域	医疗
二、项目情况			
采购单位名称	首都医科大学附属北京儿童医院	联系人（电话）	010-58531313
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	首都医科大学附属北京儿童医院亦庄院区第一批医用设备购置项目	预算金额（万元）	3000
项目预算年度	2026 年		
唯一供应商名称	上海联影医疗科技股份有限公司		
三、论证意见：			
双宽体双源 CT 是当前 CT 领域从"静态解剖成像"向"动态功能成像"变革的最前沿技术方向。采用创新分构式双环机架设计，主环搭载双球管与双 16cm 宽体探测器， 470mm 超大双源能谱成像视野配合 SpeX 双能高精配准技术，可实现真正意义上的全身高清能谱成像，支持多达 10 种基物质对成像及动脉增强分数（AEF）、细胞外容积（ECV）等多维定量分析。 经综合评估，目前仅有上海联影医疗科技股份有限公司能够提供同时满足双源高时间分辨率、16cm 全脏器宽体覆盖、470mm 全域能谱成像等全部技术要求的 CT 设备。其他主流厂商的双源 CT 产品无法单圈完整覆盖全器官；宽体 CT 产品为单源架构，物理时间分辨率受限，均不满足此核心功能。 综上，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项“只能从唯一供应商处采购”的规定，本项目符合单一来源采购条件，建议从上海联影医疗科技股份有限公司采用单一来源方式采购。			

本人签名：


2026年9月10日

备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

姓名 牟文斌

性别 男

出生年月 1970.11.24

单位 中国医学科学院
北京协和医院

专业 生物医学工程

资格名称 高级工程师



证书编号 050712-0005

发证日期 2005年09月

104

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	冯庆祥	联系电话	13671174815
身份证号码	11010119690714151X	职称	主任技师
工作单位	北京儿童医院	职称所属行业领域	医2
二、项目情况			
采购单位名称	首都医科大学附属北京儿童医院	联系人（电话）	010-58531313
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	首都医科大学附属北京儿童医院亦庄院区第一批医用设备购置项目	预算金额（万元）	3000
项目预算年度	2026 年		
唯一供应商名称	上海联影医疗科技股份有限公司		
三、论证意见：			
uCT SiriuX Pro 双宽体双源 CT 是全球首创的融合宽体探测器与双源架构的超高端 CT 设备，可搭载两套 16cm 宽体时空探测器和两套 34MHU 液态金属轴承球管，实现 61ms 超高物理时间分辨率和 8ms 全心等效时间分辨率，单圈即可完整覆盖心脏、颅脑等关键器官，可实现真正意义上的全身各部位高清动态成像。对于儿童先天性心脏病术前评估、川崎病冠脉随访、儿童心律失常功能评估、脑动脉瘤搏动形态动态观测、肺部自由呼吸高时间分辨率成像等儿科特色临床需求具有不可替代的重要价值。 经市场调研，目前国内外已实现商业化临床应用的 CT 系统中，仅有上海联影医疗科技股份有限公司的 uCT SiriuX 能够同时具备双源架构与 16cm 宽体探测器， 其他品牌均无法满足本项目诊疗需求。			

综上，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第（一）项“只能从唯一供应商处采购”的规定，本项目符合单一来源采购条件，建议采用单一来源方式。

本人签名：冯天祥

2026年9月10日

备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。

ZHUANYE JISHU ZHIWU
ZIGE ZHENGSU

姓 名 温庆祥

性 别 男

出生年月 1969年 7月

从事专业 检验

职务名称 主任技师

工作单位 首都医科大学附属北京中医医院

证书编号 10203A011416



经高级专业技术职务评审委员会评审，符合任职条件，具备主任技师 职务任职资格。




2012年 12月 4日

Nº 005678

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	201011	联系电话	18010380260
身份证号码	110101196403041558	职称	主任医师
工作单位	北京中医药大学东直门医院	职称所属行业领域	医工
二、项目情况			
采购单位名称	首都医科大学附属北京儿童医院	联系人（电话）	010-58531313
主管单位名称	北京市医院管理中心		
项目名称	首都医科大学附属北京儿童医院亦庄院区第一批医用设备购置项目	预算金额（万元）	3000
项目预算年度	2026 年		
唯一供应商名称	上海联影医疗科技股份有限公司		
三、论证意见：			
uCT SiriuX Pro 双宽体双源 CT 是国内首个、也是目前唯一采用双源双宽体探测器技术的 CT 设备。由扫描架、两套高压发生器、两套 X 射线管组件、两套探测器、检查床等组成，适用于常规临床 CT 检查，支持冠状动脉 CT 血管造影和能谱检查。目前具备双源架构且单套探测器 Z 轴覆盖达 16cm 以上的商用 CT 系统，仅有上海联影医疗科技股份有限公司生产的 uCT SiriuX 取得了医疗器械注册证。其他品牌设备均不具备"双源+宽体"的系统形态。 经综合评估，目前国内外能够提供双源双宽体探测器技术并已实现商业化临床应用的 CT 系统中，仅有上海联影医疗科技股份有限公司的 uCT SiriuX 能够满足以上核心技术要求，其他主流厂商在双源宽体 CT 的技术研发上尚处于空白阶段，且缺少国内装机客户验证与 NMPA 注册资质。 经市场调研，其他品牌 CT 设备均不具备上述功能，亦替代产品可供选择，本项目符合单一来源采购适用前提。			

据此，本项目符合《政府采购法》第三十一条第（一）项规定的“只能从唯一供应商处采购”情形，建议从上海联影医疗科技股份有限公司采用单一来源采购。

本人签名： 

2026年9月10日

备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。



经 高级专业技术 职务
评审委员会评审，符合任
职条件，具备 主任技师
任职资格，确认时间为

2021年12月31日

姓 名： 刘 明

性 别： 男

出生年月： 1964年3月

专 业： 影像医学与核医学

编 号： 20212113

