

更正事项 1 附件

更正事项 1:

二、评标标准

序号	评分因素	评分标准	分值	说明
1	价格	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 分值。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4、2.5 及 2.6	30	
2	同类型的产品业绩	提供 2023 年 1 月 1 日至今所投产品在中国市场的同品牌同类型的产品业绩，每提供一个合格的项目业绩得 2 分，最高得 10 分。 注：1.投标人需提供合同复印件（包括合同首页、主要服务内容页和双方签字盖章页），否则业绩不予认可。 2.若为非单一产品采购包，则提供该采购包核心产品的业绩。 3.同类型产品指与所投产品主要性能相当的产品。	10	
3	技术要求	根据投标人对招标文件采购需求中“三、技术要求”的响应情况进行评分。 有 1 项▲条款负偏离，扣 4 分，条款总计 12 项； 有 1 项普通条款负偏离，扣 0.1 分，条款总计 32 项； 以此类推，最低得 0 分。	51.2	
4	保修期	完全响应招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（二）保修期”要求得 3 分。不满足招标文件要求不得分。	3	
5	售后服务方案	根据投标人按照招标文件采购需求中“四、其他相关要求-（三）售后服务要求”的逐条响应情况单独提供的方案进行打分。 完全响应招标文件要求得满分，有 1 项条款负偏离，扣 0.28 分；以此类推，最低得 0 分。	2.8	
6	培训方案	根据投标人按照招标文件采购需求“四、其他相关要求-（四）培训要求”的要求及设备具体情况提供培训方案进行打分。方案全面、合理、可行得本项	2	

		满分，方案较合理，实施性一般得 1 分，方案不合理，实施性差得 0.5 分，未提供培训方案不得分。		
7	政策性加分	1.投标产品为政府采购品目清单内节能产品（不包括强制节能品）得 0.5 分，否则得 0 分。 2.投标产品为政府采购品目清单内环境标志产品得 0.5 分，否则得 0 分。 注：投标人自行提供政府采购节能产品或环境标志产品证明文件，否则不予考虑，具体要求详见后附说明 1、说明 2。	1	
合计		100		

备注：政策性加分条款说明如下：

说明 1：节能产品

根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中的产品。以中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准，如产品为清单内产品，投标人须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。所投产品属于政府强制采购节能产品的，必须提供上述证明文件，否则其投标无效。所投产品属于非政府强制采购节能产品的，证明文件符合上述要求的将按照节能产品得分规则加分。

说明 2：环境标志产品

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。如所投产品为清单内产品，投标人须在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。符合要求的将按照环境标志产品得分规则加分。

更正事项 2 附件

更正事项 2：

本项目原招标文件第五章《采购需求》品目 1-2 技术参数 4.6 更正为：

▲4.6、毯面采用 TPU 材质，材料亲肤不致敏，具有生物相容性检测报告。（提供生物相容性检测报告）。

本项目原招标文件第五章《采购需求》品目 1-2 中 5、舱内急救呼吸系统技术整体更正为：

5.1、主机基本要求：

5.1.1、电动电控呼吸机，内置涡轮驱动，无需配置空气压缩机，可用于成人与儿童。

5.1.2、彩色液晶显示屏 ≥ 15 英寸，

5.1.3、配备内置电池，支持主机工作时间 ≥ 150 分钟。

5.1.4、具备 RS-232 接口、RJ45 接口、USB 接口、WiFi 接口。

5.2、通气功能：

5.2.1、通气模式：具备通气模式：持续气道正压通气模式、自主模式、定时控制模式、自主/定时模式、压力控制模式、高流量氧疗模式和容量保证压力支持通气模式。

5.2.2、高流量氧疗模式可调流速：8-80L/min。

5.2.3、具有自动触发功能。

5.2.5、具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿 ≥ 120 L/min。

5.3、参数调节：

5.3.1、氧疗流量调节范围：5~80L/min。

5.3.2、潮气量调节范围：50~2500mL。

5.3.3、氧浓度调节范围：21%~100%。

5.3.4、吸气时间设置范围：0.2~5s。

5.3.5、吸气/呼气触发灵敏度自动可调（ ≥ 5 档），具有压力释放技术。

▲5.3.6、流速最高 ≥ 280 L/min。延时升压、雾化，手动 O₂ 增氧功能，具备高压氧及低压氧接口。

5.4、监测参数：

▲5.4.1、监测参数：吸气峰压、呼末正压、氧浓度、潮气量、氧疗流速、分钟通气量、呼吸频率、病人泄漏量、病人触发百分比、吸气时间占比、呼气峰值流速、呼吸氧合指数、血氧饱和度、脉率、二氧化碳。

▲5.4.2、配备呼末二氧化碳实时监测、血氧饱和度监测模块，并支持一键手动监测。可设置面罩选择及脱落报警，具备冻结、截屏功能，截屏储存 ≥ 100 张，具有屏幕锁功能。

5.5、呼吸湿化器：

5.5.1、管路具备加热功能。

▲5.5.2、湿化器工作模式：高流量氧疗模式、无创模式、有创模式。