

更正事项 1 附件

更正事项 1:

本项目原招标文件第五章《采购需求》品目 1-2 技术参数▲5.1.1、▲5.2.1、▲5.2.2、5.4.1、5.5.1 更正为:

5.1.1、电动电控呼吸机，可用于成人与儿童。

5.2.1、通气模式: 具备通气模式: 持续气道正压通气模式(CPAP 模式)、自主模式(S 模式)、定时控制模式(T)、自主/定时模式(S/T)、压力控制模式(PC 模式)、容量保证压力支持通气(MVAPS)、高流量氧疗模式(HFNC 模式)和容量保证压力支持通气模式。

▲5.2.2、支持设置面罩及侧孔阀类型选择，并可进行手动面罩检测；支持 7 天以上不同患者历史治疗参数趋势分组回顾。

▲5.4.1、可显示压力-时间波形、流量-时间波形、容积-时间波形、呼末二氧化碳波形、血氧波形、ROX 指数波形。

▲5.5.1、湿化器工作模式: 高流量氧疗模式、无创模式、有创模式。