


合同号：2025-3623-YG-0220

首都医科大学附属北京天坛医院设备
维保服务合同



发包方：首都医科大学附属北京天坛医院

(以下简称甲方)

承包方：北京医康达科技有限公司

(以下简称乙方)

合同由甲乙双方通过友好协商，就甲方设备及系统的维保服务的责任和承诺达成以下协议。

一、维保服务范围

1、参保设备情况：

院产编号	设备名称	规格型号	安装日期
20157992	彩色超声诊断仪	VOLUSON E8	2015/07/07
2018012251	彩色超声诊断仪	LOGIQ E9	2018/10/17
2018012253	彩色超声诊断仪	VOLUSON E10	2018/10/17
2018012255	彩色超声诊断仪	LOGIQ E9	2018/10/17
2018012256	彩色超声诊断仪	VIVID E95	2018/10/17

2、维保服务内容：

- (1) 维保服务实施时间：服务期限一年；
- (2) 服务地点：首都医科大学附属北京天坛医院；
- (3) 五台主机及所属23把探头全保服务，共23把探头更换名额损坏即可更换（探头信息：IC5-9-D, 1065758WX3；RIC5-9-D, 223794KR9；C1-5-D, 267462YP0；C1-5-D, 758242WX2；RAB2-5-D, 288799KR0；RIC5-9-D, 244020KR4；RM6C, 233751KR7；IC5-9-D, 615014WX8；4V-D, 171216PD5；12S-D, 173258PD5；M5SC-D, 479184YP4；6VT-D, N0222756；ML6-15-D, 250798WP6；IC5-9-D, 615006WX4；C2-7-D, BG-230214；C1-6-D, 373353YP2；L8-18i-D, 254687YP7；9L-D, 195957WP6；C1-6-D, 385195YP3；IC5-9-D, 628982WX1；ML6-15-D, 265352YP5；C1-5-D, 1118598WX0；9L-D, 195827WP1）；
- (4) 维保服务期内所有更换的零部件为设备厂家认证/测试合格件，有追踪号码；更换的备件可提供原设备厂家在国内或国外备件仓库的出库订单号码、归还号码以供核实；



合同号：2025-3623-YG-0220

- (5) 每年提供现场设备保养2次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，现场保养包含但不限于如下项目：机器清洁、性能测试及校准；
- (6) 提供计划性的定期维护报告1次/年；
- (7) 保修期内更换的所有零备件自更换之日起免费保修3个月；
- (8) 承诺开机率 $\geq 95\%$ （按每年365天计算，每超过一天，按照1：3顺延保修天数）；
- (9) 为同品牌的其他未参保5台设备提供免费保养服务（提供保养记录）；
- (10) 服务期到期前1个月，对设备进行全面性能检测和评估，出具检测评估报告，确保设备不能带病出保。服务到期后，提供巡查服务总结和服务报告。

二、保养期限

自 2025 年 12 月 15 日起至 2026 年 12 月 14 日止，维修保养期限为 壹 年。

三、合同价格及付款方式

1、合同总价格（优惠价）为：56.84 万元人民币（大写：伍拾陆万捌仟肆佰元整）。

2、该费用已包括：维修保养所需要的零件费、机械设备、交通、行政办公费，乙方人员的工资、餐费、福利费、法定节假日正常工作的加班工资、社会保险、服装费等人工费，前期投入摊销及公司税金及利润等，甲方不再另行支付其他费用。

3、双方同意：在合同期间内如申请拆机、报废等停止使用的，甲方提出书面申请，可提前终止合同。从申请之日起到合同期满期间的剩余维修款退回甲方，退回金额=合同金额*（合同项下尚未履行服务的时间/合同项下总的服务时间）。

4、支付方式：合同签订后30个工作日内，收到乙方出具合法有效发票后，甲方向乙方支付合同款的60%。其余款项凭签字确认合格的《维保服务验收单》和乙方出具的合法有效发票，在20个工作日内支付。

5、甲方以转账的方式向乙方支付：

开户银行：中国工商银行股份有限公司北京大兴支行

账户名称：北京医康达科技有限公司

乙方的银行账号：0200303109100007008

四、价格豁免及限制

本合同不包括下列服务项目（甲方如果要求乙方提供下列服务，则按照乙方“付费维修服务”计费）

- 1、该机器拆机、翻新、重装、迁移、搬动及相应的费用及保险费用。
- 2、非乙方指派或甲方请第三方修理调整机器、换装零件、改装机器及配件所造成机器损坏而需乙方维护者。
- 3、甲方或其代表未遵照保养及操作手册上的程序所进行操作所引起的设备故障。

五、保养管理方案

- 1、响应时间：每年响应时间为365天，接报修后，响应时间≤30分钟
- 2、维修时间：到达现场时间≤12小时，设备故障影响使用超过3天，提供备用机器

六、乙方责任及承诺

- 1、乙方针对甲方具体维修保养情况，列出维护保养项目计划表（见附件三），交由甲方认可后，按计划进行定期维护，并填写维护检查表。在维护保养期间对各项设备按照所列保养周期进行保养维护服务。
- 2、乙方指派负责人钱文珺负责本合同的履行，若乙方更换负责人，应书面通知甲方。
- 3、乙方应对甲方进保设备进行质量及电气环境的检测，以确认甲方进保设备状态符合乙方开展维护工作的条件。
- 4、在保养维护过程中采取严密的安全防护、防火措施，并承担施工期间由乙方负责承担所造成的全部人员人身损害及财产损失等各项费用。
- 5、乙方承诺不具有远程数字化服务功能，不包含相关硬件设施。

七、甲方责任及承诺

- 1、甲方应按机器操作手册的要求进行操作及日常维护，保证机器的电气环境（电源质量、接地、温湿度、电磁干扰、腐蚀性气体等）符合设备安装手册中的要求，保证机器所需电源、水源、有活性的辐射源（适用于PET/CT等核医学设备）的正常供应及开启和关闭。由于甲方原因造成设备不能正常运转或无法提供维修，乙方不承担维修责任。
- 2、甲方应按合同约定的方式按时向乙方支付维修服务费用。
- 3、本次合同服务相关的化学品以及产生的相关废物，甲方应按照国家相关法律法规要求进行管理和处置。
- 4、在合同有效期内，未经乙方认可，甲方不得擅自维修，移机，保养及更换第三方零备件及耗材。

八、违约责任

1、由于公认的不可抗力事件造成的损坏（如自然灾害、爆炸、房屋倒塌、暴乱、坠机及蓄意破坏、缺乏燃料或水电、劳资纠纷、罢工、战争等），乙方根据实际情况部分或全部免除责任，并及时通知甲方。

2、除不可抗力或乙方不可能控制的因素导致的情形外，因为乙方无故不履行合同或者履行合同不符合约定给甲方造成损失的，乙方负责赔偿直接损失，该损失赔偿额最高不超过本合同签署时双方约定的甲方应支付给乙方的设备当期服务合同价款。

3、如果甲方在超过本合同付款条款规定期限30日后未支付相关款项，乙方可要求甲方支付逾期违约金，每逾期一日，按应付金额的万分之一由甲方向乙方支付，该违约金总额不超过合同金额的5%；如甲方在90日内仍未支付相关款项的，乙方有权解除合同。在解除合同之前，乙方应书面通知甲方。

4、乙方未按合同要求进行维护服务且给甲方造成影响和损失时，甲方有权要求乙方改正，若乙方仍未能达到本合同的要求，甲方有权解除本合同，有权要求乙方退回甲方支付的乙方未完成工作的款项（按月计算），并要求乙方向甲方承担合同总额10%的违约金。同时，乙方应赔偿甲方实际造成的损失。

5、因乙方工作失误造成自身、甲方或第三方的财产损失或人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任。

6、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的义务转让或分包给第三人。违反本约定，甲方有权解除合同，有权要求乙方退回甲方支付的全部款项，并要求乙方向甲方承担合同总额10%的违约金。同时，乙方应赔偿甲方实际造成的损失。

7、在合同执行期间，如乙方人员维护服务和维修材料不能及时到位，甲方视具体情况有权要求乙方延长保修期，乙方据所延误的时间按三倍时间延长保修；如因乙方原因，造成甲方财务财产损失或影响医疗工作开展的事故，应以甲方具体损失情况进行赔偿。

九、合同的变更、解除、终止和续订

1、甲、乙双方经协商，可达成书面协议提前终止本合同。

2、乙方在工作中，发生以下所列情形的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方赔偿因此给甲方造成的损失：

（1）严重侵害甲方利益或违反国家法律及相关规定；

（2）乙方工作人员在工作中发生刑事恶性事件及重大人身侵权行为情节严重的；

(3) 乙方对服务人员疏于管理，影响甲方的工作秩序，给甲方造成不良影响的；

(4) 乙方发生违约后，在收到甲方书面通知五个工作日内仍不能采取补救措施及行动，甲方有权解除合同；

3、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

4、本合同期满后，双方协商后需重新订立书面合同。

十、纠纷解决方式

双方本着友好协商的原则解决争议。如协商不能达成协议，任何一方，均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。本合同适用中华人民共和国法律。

十一、信息保密

甲乙双方对本合同，与本合同相关的其它信息，涉及乙方知识产权的相关信息均负有保密义务。未经另一方事先书面同意，任何一方不得将该信息的任何部分向任何第三方或社会公众披露。如最终用户或政府部门要求甲方或乙方提供保密信息，该方应将此要求及时通知另一方。

十二、通知方式

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，用电话方式或书面形式送达。

2、双方的通讯地址：

甲方通讯地址如下：北京市丰台区南四环西路119号， 邮编：100070

甲方联系人：姜楠；联系电话：010-59978211，传真：010-59978211。

乙方通讯地址如下：北京市大兴区天华大街5号院3号楼4层408， 邮编：102600

乙方联系人：钱文珺；联系电话：13811705103，传真：010-63588749。

3、乙方变更通知或通讯地址，应自变更之日起七个工作日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

十三、其他条款

1、本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

合同号：2025-3623-YG-0220

2、本合同自双方法定代表人或授权代表人签字盖章之日起生效。本合同到期后，双方应另行签订书面合同。

3、本合同未尽事宜，应签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

4、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

附件一：乙方营业执照副本复印件（加盖公司章）

附件二：乙方所派工作人员名单

附件三：设备定期维护计划

附件四：分项报价单

甲方（盖章）：首都医科大学附属北京天坛医院
授权代表（签字）：



2025年12月8日

乙方（盖章）：北京医康达科技有限公司
法定代表人（签字）：



2025年12月8日

附件一：乙方营业执照副本复印件（加盖公司章）



统一社会信用代码
91110115MA01J3NP0N

营业执照

(副本)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体验
更多应用服务。

名称 北京医康达科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 钱文瑞

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件销售；机械设备销售；电子产品销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；汽车零配件零售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；医院管理；会议及展览服务；图文设计制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

注册资本 500万元
成立日期 2019年05月27日
住所 北京市大兴区天华大街5号院3号楼4层408

登记机关 关

2024年02月26日

北京市大兴区市场监督管理局

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至3月31日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

附件二：乙方所派工作人员名单

项目团队成员一览表

序号	姓名	年龄	技术职称	从事相关工作年限	在本项目中拟担任工作
1	吕辉	45	经GE原厂培训工程师/高级工程师	23年	项目负责人
2	赵璟璐	40	GE原厂工程师/高级工程师	18年	维修、保养服务
3	杨晋	36	GE原厂工程师/工程师	6年	维修、保养服务
4	王梓耕	31	GE原厂工程师/工程师	6年	维修、保养服务
5	王丰	35	GE原厂工程师/资深工程师	8年	维修、保养服务
6	陈辉	46	GE原厂在线技术支持/高级工程师	25年	在线技术支持
7	苗晋普	51	GE原厂在线技术支持/专家工程师	30年	在线技术支持

附件三：设备定期维护计划

GE超声设备定期维护计划

提供常设售后服务热线电话：400-812-8188，365天在线提供客户报修、技术咨询及临床应用支持。收到故障报修电话后30分钟内响应，12小时内到达现场进行维修，节假日等非正常时间加班免费。每月巡视设备包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。维修结束后提交设备的维修报告，每年度出具年度维修总结。每次故障维修及保养时间，均提供服务记录单及保养报告到设备使用科室及医学工程处备案及存档。备案及存档的书面材料包括但不限于：定期维护保养服务、设备的安全检查、设备除尘保养、运行状态检查、现场维修、维护。

	项目	检查明细及说明
外观检查	主机外壳	检查外壳是否有破损
	监视器	亮度/对比度是否调节，显示是否正常
	键盘	检查键是否脱落，所有键，旋钮是否工作正常
	轮子	轮子转向及刹车是否正常
	探头	确认主机能够识别所有探头，见查探头外观无损
功能检查	B模式	功能正常，参数可调节
	M模式	功能正常，参数可调节
	CF模式	功能正常，参数可调节
	PW/CW模式	功能正常，参数可调节
	4D模式（选项）	功能正常，参数可调节
	注释/体标	能正确显示注释和体标
	测量	各模式测量功能是否正常
	附件	黑白打印机，彩色打印机。录像机DICOM功能检查
清洁	机身清洁	用软布蘸温水或加清洁剂擦拭主机，不要用很湿的布，防止液体进入系统
	清洁键盘	1. 清洁探头架，如果需要，将架子拿下来放入水中清洗
		2. 全面检查探头接口，清洁灰尘。检查探头接口针是否有弯曲，损坏和缺失
		3. 请用温水（不要加入任何清洁剂）清洁探头，请参照探头清洁卡
	过滤网清洁	如果过滤网是金属的，可以用流动的水清洁过滤网，或者用吸尘器清洁。如果过滤网是纤维或塑料的，请用吸尘器或更换滤网
测试性能	维修诊断	故障代码和错误记录
	电源检测和调节	测量有关直流电压是否正常
	键盘升降系统检测（可选）	确认升降功能正常
	UPS电池检测（可选）	确认UPS电池充放电电压正常
	参数校准	进行触摸屏校准

附件四：分项报价单

分项报价表

序号	分项名称	单价（元）	数量	合价（元）	备注/说明
1	VOLUSON E8 维保服务	113,680	1年	113,680	全保，主机+4把探头 (IC5-9-D, RIC5-9-D, C1-5-D, 9L-D)
2	LOGIQ E9 维保服务	113,680	1年	113,680	全保，主机+4把探头 (C1-6-D, IC5-9-D, ML 6-15-D, C1-5-D)
3	VOLUSON E10 维保服务	113,680	1年	113,680	全保，主机+5把探头 (C1-5-D, RAB2-5-D, R IC5-9-D, RM6C, IC5-9- D)
4	LOGIQ E9 维保服务	113,680	1年	113,680	全保，主机+6把探头 (ML6-15-D, IC5-9-D, C2-7-D, C1-6-D, L8-18 i-D, 9L-D)
5	VIVID E95 维保服务	113,680	1年	113,680	全保，主机+4把探头 (4V-D, 12S-D, M5Sc-D , 6VT-D)
总价（元）				568,400	无