

# 采购需求

## 一、项目背景

2009年2月，市政府颁布《北京市2009年直接关系到群众生活方面拟办重要实事》，其中“在公共交通设施上配备急救箱”项目由北京市红十字会承办，经市红会执委会研究，决定由应急服务中心负责该项目的实施工作。运行15年来，已在全市公交、地铁、邮政和公安系统设置了急救箱，4238个急救箱需定期更换内容物和增加消耗物等，每年份三次补充更换完成。目前全市现有急救网络的基础上形成一张初级急救网络，为群众生命安全提供有力的保障，提高这些系统工作人员在紧急情况下的应对能力。

## 二、商务要求

1. 服务期：合同签订生效后一年。

2. 服务地点：采购人指定地点。

★3. 所投产品需符合以下资质要求：

3.1 所投产品如是第一类医疗器械

3.1.1 所投产品的制造商须提供有效的“医疗器械生产备案凭证”或所投产品的经销商须提供“制造商出具的合法授权或有效供货渠道证明”

3.1.2 所投产品须具备有效的“医疗器械备案凭证”

3.2 所投产品如是第二类医疗器械

3.2.1 所投产品的制造商须提供有效的“医疗器械生产许可证”或所投产品的经销商须提供“医疗器械经营备案凭证”及“制造商出具的合法授权或有效供货渠道证明”

3.2.2 所投产品须具备有效的“《中华人民共和国医疗器械注册证》”

3.3 所投产品如是第三类医疗器械

3.3.1 所投产品的制造商须提供有效的“医疗器械生产许可证”或所投产品的经销商须提供“《医疗器械经营许可证》”及“制造商出具的合法授权或有效供货渠道证明”

3.3.2 所投产品须具备有效的“《中华人民共和国医疗器械注册证》”

4. 所投产品须符合国家相关标准、规范及采购需求，并且须全新、合格、在

有效期内。

### 三、急救箱维护补充所需服务

1. 2026 年度内，中标人需提供不少于 2 名专职员工对分布在全市范围内（少数急救箱分布在北京市界外的邻近地区）的 4238 个急救箱提供维护保养及急救物品的补充，每月巡视急救箱使用单位不少于 10 天，保证在年底前完成全部 4238 个急救箱的上门巡检、回访，需准备不少于三辆服务车辆。每车全年预计行驶不少于 2 万公里。

2. 中标人接到采购方的急救物品短缺或急救箱箱体维修通知后，24 小时内要补充到位及时维修。2026 年度对急救箱实际消耗物品及时补充。投标人应充分考虑实际情况，有可能发生的紧急补充情况，均包含在总价内，采购人不再另行支付费用。

3. 提供 1 名人员负责电子巡检，对 1020 个电子巡检点急救箱进行电子巡检服务，利用电子巡检服务功能实现巡检工作的实时追踪，加强对红十字急救箱巡检的监督管理。

4. 中标人建立 24 小时服务机制，保证能得到快速及时的服务。

### 四、补充急救箱组件表及技术参数

序号	名称	产品规格	包装规格	单位	数量
1	三角巾	≥127cm×90cm×90cm, 印有红十字标志	1 只/袋	袋	4238
2	急救毯	≥210cm×130cm	1 只/袋	袋	4238
3	弹性绷带	≥7.5×400cm	2 卷/袋	袋	4238
4	消毒纱布片	≥7.5×7.5cm	5 片/袋	袋	4238
5	加厚无纺布片 (棉垫)	≥10×20cm	2 片/袋	袋	4238
6	创口贴	≥7.6cm×1.9cm	20 片/盒	盒	8476
7	创口贴	≥7.6cm×5cm	10 片/盒	盒	8476
8	医用胶带	≥1.25cm×914cm	1 个/袋	袋	4238
9	医用棉签	≥7.5cm	20 只/袋	袋	4238
10	口对口呼吸器	≥20cm×18cm	5 只/袋	袋	4238
11	手套	材质: 聚氯乙烯 (PVC) 或丁腈	2 只/袋, 2 袋	袋	4238
12	酒精擦片	外包装 5cm×5cm, 内芯 6cm×3cm	40 片/袋	袋	4238
13	颈托	高密度珍珠棉, 长度 ≥55cm	1 条/盒	盒	1413
14	口罩	独立包装, 175×95mm, 符合	1 个/袋,	袋	4238

		YY0469-2011 标准	2 袋		
15	碘伏消毒液 (棉棒装)	0.15ml/支	24 支	盒	4238
16	止血带	2×35cm	1 个	个	4238
17	急救箱外箱	急救箱外箱 (300mm×460mm× 140mm, 钢板材质)	1 个	个	50
18	包装箱、包装 耗材、标识等	/	1	批	1