

第五章 采购需求

一、采购标的

序号	产品名称	规格	单位	预估数量	技术要求	开放OR 封闭	适配设备型号	是否 接受 进口	是否 为核 心产 品
1	bcl-2抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
2	bcl-6抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
3	SMARCA4/Brg1抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
4	CD79a抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
5	Calretinin抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
6	CD10抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
7	CD138抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
8	CD163抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

9	CD1a抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
10	CD3抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
11	CD30抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
12	CD38抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
13	CD5抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
14	CD56抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
15	细胞周期蛋白依赖激酶4 (CDK4) 抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
16	CDX-2抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
17	D2-40抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
18	DNA修复酶 (MGMT) 抗体试剂 (免疫组织化学法)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
19	ERG抗体试剂 (免疫组织化学法)	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
20	GATA3抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

21	Glypican 3抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
22	H3K27M抗体试剂 (免疫组织化学法)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
23	IgG4抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
24	INSM1抗体试剂 (免疫组织化学法)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
25	Collagen Type IV抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
26	微管相关蛋白2a.b.c (MAP2a.b.c) 抗体试剂 (免疫组织化学法)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
27	MDM2抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
28	MART-1/melanA抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
29	MUM1抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
30	Napsin A抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
31	NeuN抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

32	Oct4抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
33	p16抗体试剂(免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
34	p27抗体试剂(免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
35	p40抗体试剂(免疫组织化学)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
36	p53抗体试剂(免疫组织化学)	6.0ml	支	35	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
37	p63抗体试剂(免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
38	Pax-8抗体试剂(免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
39	磷酸化组蛋白H3 (PH H3) 抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
40	PHOX2B抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
41	SALL4抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
42	SOX-11抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
43	SOX10抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

44	SOX-2抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
45	生长抑素受体2（SSTR2）抗体试剂（免疫组织化学法）	6.0ml	支	35	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
46	信号转导和转录激活因子6（STAT6）抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
47	TLE1抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
48	T-PIT抗体试剂（免疫组织化学法）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
49	DAB染色液	200测试/盒	盒	100	主要用于免疫组织化学染色的显色。	封闭	Ultra 60/Ultra 60plus	否	
50	人糖蛋白激素α亚基（hCG-α）抗体试剂（免疫组织化学法）	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
51	促卵泡激素β亚基（β-FSH）抗体试剂（免疫组织化学法）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
52	黄体生成素β亚基（β-LH）抗体试剂（免疫组织化学法）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

53	Beta-catenin抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
54	Kappa链抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
55	CD45抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
56	EGFR（表皮生长因子受体）抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
57	Vimentin抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
58	Nestin抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
59	Thyroid Stimulating Hormone抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
60	ACTH抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
61	PRL抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
62	CD4抗体试剂（免疫组织化学）	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
63	富含AT序列特异性结合蛋白2(SATB2) 抗体试剂（免疫组织化	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色， 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

	学)								
64	Hepatocyte抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
65	细胞角蛋白 (广谱) 抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	25	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
66	肌浆蛋白 (Myogenin) 抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
67	Alpha-1-Fetoprotein抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
68	甲状腺转录因子-1 (TTF-1) 抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
69	ALK抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
70	胶质纤维酸性蛋白 (GlialFibrillaryAcidicProtein, GFAP) 抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	35	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
71	Desmin抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
72	抗体稀释液	100ml	支	15	用于抗体的稀释。	开放	\	否	

73	类固醇生成因子-1 (S F-1) 抗体试剂 (免疫组织化学法)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
74	CD15抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
75	GCDFP-15抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
76	CD31抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
77	SMA抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	是
78	PSA抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
79	Human Chorionic Gonadotropin抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
80	Oligo-2抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	35	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
81	Neurofilament抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
82	NSE抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
83	Chromogranin抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	26	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

	)								
84	Myelin Basic Protein抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
85	PLAP抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	5	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
86	CA IX碳酸酐酶9抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
87	Synaptophysin抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	35	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
88	细胞角蛋白CAM5.2抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
89	细胞角蛋白20抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
90	细胞角蛋白5&6抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	15	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
91	细胞角蛋白7抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	11	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
92	细胞角蛋白8&18抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色, 为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	

93	CD8抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
94	Inhibin,alpha抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
95	CD99抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
96	细胞周期蛋白 D1抗体试剂 (免疫组织化学)	6.0ml	支	10	在常规染色(如:HE染色)基础上进行免疫组织化学染色,为医师提供诊断的辅助信息。	开放	\	否	
97	免疫显色试剂	200~300测试/盒	盒	125	在免疫组化反应或原位杂交反应中与首要抗原抗体结合,通过染色, 将靶点进行标记。	封闭	Leica Bond	是	
98	抗原修复缓冲液1	1L	瓶	51	用于免疫组织化学染色前的抗原修复。	封闭	Leica Bond	是	
99	抗原修复缓冲液2	1L	瓶	124	用于免疫组织化学染色前的抗原修复。	封闭	Leica Bond	是	
100	清洗液	1L	瓶	53	用于检测过程中反应体系的清洗,以便于对待测物质进行体外检测, 不包含单独用于仪器清洗的清洗液。	封闭	Leica Bond	是	
101	脱蜡液	1L	瓶	75	用于对样本进行染色前预处理, 去除石蜡包埋组织样本上的石蜡。	封闭	Leica Bond	是	
102	探针清洁系统	15次/盒	盒	7	用于清洗BOND的探针清洗	封闭	Leica Bond	是	
103	打印标签纸和色带	3000张/盒	盒	22	用于玻片识别	封闭	Leica Bond	是	
104	塑料盖片	160个/盒	盒	2	用于孵育组织	封闭	Leica Bond	是	
105	开放试剂瓶	10个/盒	盒	27	用于灌装免疫组化一抗试剂	封闭	Leica Bond	是	

106	BRAF抗体试剂(免疫组织化学)	50测试/盒	盒	45	预期用于光学显微镜下评估福尔马林固定、石蜡包埋的结肠直肠癌（CRC）组织切片中的BRAF V600E蛋白	封闭	BenchMark ULTRA	是	
107	DAB显色试剂 ultraView Universal DAB Detection Kit	250 测试/盒	盒	40	用于免组化、原位杂交检测中的显色。	封闭	BenchMark ULTRA	否	
108	DAB显色试剂 OptiView DAB Detection Kit	250 测试/盒	盒	10	用于免疫组化、原位杂交检测中的显色。	封闭	BenchMark ULTRA	否	
109	DAB染色增强液	250测试/盒	盒	15	用于免疫组化、原位杂交检测中的显色。	封闭	BenchMark ULTRA	是	
110	缓冲液（LCS）	2L	瓶	254	仅用于提供/维持反应环境	封闭	BenchMark ULTRA	否	
111	缓冲液（SSC）	2L	瓶	2	仅用于提供/维持反应环境	封闭	BenchMark ULTRA	否	
112	免疫组化抗原修复缓冲液	2L	瓶	32	用于免疫组织化学染色前的抗原修复	封闭	BenchMark ULTRA	否	
113	清洗液（Buffer）	2L	瓶	56	用于检测过程中反应体系的清洗, 以便于对待测物质进行体外检测	封闭	BenchMark ULTRA	否	
114	清洗液（EZ）	2L	瓶	22	洗涤剂可降低含水溶液的表面张力, 有助于分离组织中和玻璃表面熔化的石蜡, 使之浮于玻片表面	封闭	BenchMark ULTRA	是	
115	切片标签	500个X5卷	盒	5	用于载玻片识别标本号以及项目信息	封闭	BenchMark ULTRA	是	
116	试剂填充瓶套装	1PC	盒	8	用于填充免疫组织化学试剂	封闭	BenchMark ULTRA	否	
117	试剂瓶标签	1张	个	32	用于识别试剂信息	封闭	BenchMark ULTRA	是	

二、商务要求

1. 供货期和地点

1.1 采购项目（标的）供货期：合同履行期限为一年，采购人发出订单后 10 日内，供应商完成订单送货。

1.2 采购项目（标的）实施的地点：采购人指定地点。

2、质保期：自验收合格之日起 2 年。

三、技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为北京市神经外科研究所试剂及耗材，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

(1) 投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件的复印件。

2. 采购标的的验收标准

(1) 供应商应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。供应商检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

(2) 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

(3) 供应商应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收,并承担相关费用(包括运费)。若需要,应在检测期间提供备用仪器,以便不影响采购人的使用。

3. 服务内容及要求

3.1 本项目执行单价合同。

3.2 相关服务要求:

(1) 物流配送服务应包含诊断试剂的验收、仓储、养护、运输以及终端服务在内的整套服务系统。

(2) 应保质保量、高效地完成物流和配送服务。无论是否节假日,紧急货品6小时内送达,一般货品不超过48小时。

(3) 保证货品的安全和质量。运输过程中要轻拿轻放。如在运输途中发生货品的破损(含外包装破损),应予以调换。如遇丢失情况,除按市场价赔偿外,还要承担由此产生的一切后果。

(4) 保证配送货品在质保期内可以进行退货或调换。

(5) 为确保货品质量,对于需要冷藏的试剂,应保证冷链运输。

(6) 物流配送人员应具备较高的业务素质和较强的工作责任心。应配备通讯工具(手机),并确保联络通畅。

(7) 须配备专用运输工具,运输存储全程温控可追溯,电子日志记录全流程,并应符合国家相应的安全要求。

(8) 试剂出现问题2小时之内响应,24小时内解决,必要时提供应急试剂或耗材完成当前检验任务。