

北京市垂杨柳医院

全自动医院智能采血流水线管理系统项目

单一来源采购公告

北京市垂杨柳医院申请全自动医院智能采血流水线管理系统项目采用单一来源方式采购，该项目拟由拟定的唯一供应商名：北京若华医疗器械有限公司；拟定的唯一供应商地址：北京市东城区广渠门内大街 121 号 8 层 806 室提供（或承担）。现将有关情况向潜在政府采购供应商征求意见。

（一） 采购人、采购项目名称和内容

采购人名称：北京市垂杨柳医院

联系地址：北京市朝阳区垂杨柳南街 2 号

联系人：韩科长

联系电话：010-67712975

采购项目名称及编号：全自动医院智能采血流水线管理系统项目

代理机构名称：北京国际贸易公司

联系人：朱莉

联系电话：010-65041196

（二） 拟采购的设备的说明

1、设备模块品牌型号：TMC ROBO6 模块 1 套，标本无缝连接传输轨道模块 1 套，配套采血桌 2 套；

2、将现有采血流水线、标本无缝连接传输轨道进行扩充改造，以适应新楼场地及工作需要，在原有六个采血位的基础上再增加两个采血位

（三） 采用单一来源采购方式的原因及相关说明

用户于 2016 年 9 月购入日本 Techno Medica 公司的 BC ROBO8000 采血流水线，配备 6 个采血位，随着医院发展，需要将原有采血流水线扩展到 8 个采血位，由于采血流水线模块和标本无缝连接传输轨道模块的扩充改造需与原有采血流水线硬件、软件匹配兼容，同时数据接口、通讯协议、患者分配、登记预约等软件细节上需完全与原有系统一致，所以只能购买 TMC 的相关产品。

（四） 拟定的唯一供应商名称、地址

供应商名称：北京若华医疗器械有限公司

供应商地址：北京市东城区广渠门内大街 121 号 8 层 806 室

(五) 专业人员论证意见, 以及专业人员的姓名、工作单位和职称

姓名	卢东生	职称	高工	工作单位	友谊医院
姓名	魏继航	职称	主任技师	工作单位	清华大学玉泉医院
姓名	颜岩	职称	副研究员	工作单位	中国疾控中心
论证意见	全自动医院智能采血管理系统是数字化采血工作管理、提高效率和安全的必备设备。系统包括 RFID 采血模块和 RFID 采血后样品管理系统, 用户于 2016 年 9 月购入日本 Techno Medica 公司的 BC ROB08000 采血流水线, 处理能力为 1200 管/小时。现在随着医院业务的增加, 原系统需增加一台主机和两个站点采血模块, 新购主机和原有的主机需要并网运行, 所以仍需原厂家来完成。故同意采用单一来源的方式采购。				

(六) 公示的期限

征求意见期限从 2018 年 9 月 6 日至 2018 年 9 月 13 日止。

潜在政府采购供应商对公示内容有异议的, 请于公示期内以实名书面(包括联系人、地址、联系电话)形式将意见反馈至市财政有关部门和北京市朝阳区财政局(联系人: 王雪, 联系电话: 010-65090343), 以及使用单位北京市垂杨柳医院(地址: 北京市朝阳区垂杨柳南街 2 号, 联系人: 韩科长, 联系电话: 010-67712975)

