

怀柔区中医医院专项资金设备采购单一来源采购公示

一、项目名称：怀柔区中医医院专项资金设备采购

二、项目采购预算：¥1,280,000.00

三、采购的货物的说明：飞利浦 MRC880 球管

四、拟定的唯一供应商名称、地址

拟定的唯一供应商名称：北京中科盛润贸易有限公司

拟定的唯一供应商地址：北京市丰台区科技园富丰路 4 号 17A02(园区)

五、专业人员论证意见及论证人员姓名、工作单位及职称：

姓名	张燕燕	职称	主任医师	工作单位	北京大学第三医院
姓名	徐翠华	职称	研究员	工作单位	中国疾控辐射所
姓名	才秀芬	职称	主任医师	工作单位	北京信息科技大学

论证意见：

论证专家对“怀柔区中医医院专项资金设备采购”单一来源采购公示的内容进行了认真的论证，专家一致认为：

经由北京国际贸易公司组织的“北京市怀柔区中医医院 64 排螺旋 CT 和电子胃肠镜政府采购项目（第一包）”（招标编号：0686-1541Q11A018J/01），北京中科盛润贸易有限公司为本项目 64 排螺旋 CT 的中标供应商。供应商于 2015 年 8 月与北京市怀柔区中医医院签订了采购合同。

目前，该 64 排螺旋 CT 在使用过程中，内置 X 射线球管（球管型号：MRC880）出现打火现象，该现象为球管出现故障的表现。球管是螺旋 CT 的核心部件，如若球管不能工作则整台设备将无法运行，且其他型号球管不能在该设备上安装使用。故为保障设备的正常运行，拟向设备原供应商“北京中科盛润贸易有限公司”单独购置飞利浦 MRC880 球管。

根据上述情况，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的，故建议采用单一来源的采购方式。

六、公示期限

本项目公示期为 2018 年 10 月 15 日至 2018 年 10 月 19 日，有关单位和个人如对公示内容有异议，请在 2018 年 10 月 19 日下午 16 时（北京时间）之前以实名书面（包括联系人、地址、联系电话）形式向采购人、采购代理机构反馈。

七、采购人、采购代理机构、财政部门的联系地址、联系人、联系电话：

采购人名称：北京市怀柔区中医医院

采购人地址：北京市怀柔区后横街甲 1 号

采购人联系人：彭禧臣

采购人电话：15810190762

代理机构名称：北京国际贸易公司

代理机构地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 3 号

代理机构联系人：叶小姐

代理机构联系电话：010-65072621-806

本公告同时在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn>）、北京市财政局网站政府采购（<http://www.bjcz.gov.cn>）发布。

北京国际贸易公司

2018 年 10 月 12 日