

姓名	张燕燕	职称	主任医师	工作单位	北京大学第三医院
姓名	徐翠华	职称	研究员	工作单位	中国疾控辐射所
姓名	才秀芬	职称	主任医师	工作单位	北京信息科技大学

论证意见：

论证专家对“怀柔区中医医院专项资金设备采购”单一来源采购公示的内容进行了认真的论证，专家一致认为：

经由北京国际贸易公司组织的“北京市怀柔区中医医院 64 排螺旋 CT 和电子胃肠镜政府采购项目（第一包）”（招标编号：0686-1541Q11A018J/01），北京中科盛润贸易有限公司为本项目 64 排螺旋 CT 的中标供应商。供应商于 2015 年 8 月与北京市怀柔区中医医院签订了采购合同。

目前，该 64 排螺旋 CT 在使用过程中，内置 X 射线球管（球管型号：MRC880）出现打火现象，该现象为球管出现故障的表现。球管是螺旋 CT 的核心部件，如若球管不能工作则整台设备将无法运行，且其他型号球管不能在该设备上安装使用。故为保障设备的正常运行，拟向设备原供应商“北京中科盛润贸易有限公司”单独购置飞利浦 MRC880 球管。

根据上述情况，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款：只能从唯一供应商处采购的，故建议采用单一来源的采购方式。