

**怀柔区中医医院专项资金设备采购
单一来源采购专家论证综合意见表**

项目名称	怀柔区中医医院专项资金设备采购	项目编号	/
采购类别	货物	拟采购方式	单一来源采购
采购代理机构	北京国际贸易公司	项目负责人	叶 翔
论证地点	北京国际贸易公司 101 会议室	论证时间	2018 年 10 月 12 日
专家来源(√)	财政部专家库√ 北京市专家库 招标代理机构自备		

专家论证意见:

论证专家对“怀柔区中医医院专项资金设备采购”单一来源采购公示的内容进行了认真的论证, 专家一致认为:

经由北京国际贸易公司组织的“北京市怀柔区中医医院 64 排螺旋 CT 和电子胃肠镜政府采购项目(第一包)”(招标编号: 0686-1541Q11A018J/01), 北京中科盛润贸易有限公司为本项目 64 排螺旋 CT 的中标供应商。供应商于 2015 年 8 月与北京市怀柔区中医医院签订了采购合同。

目前, 该 64 排螺旋 CT 在使用过程中, 内置 X 射线球管(球管型号: MRC880)出现打火现象, 该现象为球管出现故障的表现。球管是螺旋 CT 的核心部件, 如若球管不能工作则整台设备将无法运行, 且其他型号球管不能在该设备上安装使用。故为保障设备的正常运行, 拟向设备原供应商“北京中科盛润贸易有限公司”单独购置飞利浦 MRC880 球管。

根据上述情况, 本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款: 只能从唯一供应商处采购的, 故建议采用单一来源的采购方式。

专家小组签字: 李 岩 张 燕 徐 华

签字日期: 2018 年 10 月 12 日