


单一来源采购专家论证意见表

时间： 2020年1月~ / 日

一级预算单位	北京医院管理中心
使用单位	首都医科大学附属北京妇产医院
项目名称	首都医科大学附属北京妇产医院 CT 管球更换采购项目
项目金额	人民币 86 万元
专家论证意见	1、本项目于 2019 年 12 月 31 日在“中国政府采购网”和“北京市政府采购网”上发布了招标公告，并于 2019 年 12 月 31 日起至 2020 年 1 月 8 日止发售招标文件。至招标文件购买截止时间止，仅有 1 家通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司购买招标文件。招标公告及招标程序符合政府采购法律法规要求。招标文件无任何单位、个人提出质疑。 2、至投标文件递交截止时间即 2020 年 1 月 21 日 9:30，本项目只有 1 家投标人即通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司递交了投标文件。根据《中华人民共和国政府采购法》有关规定，因本项目递交投标文件的供应商不足三家，现场未进行开标、评标。 3、本项目招标文件中的供应商资格要求、服务要求、评审方法和标准等内容无任何歧视性、倾向性或其他不合理条款，招标文件满足本项目的实际需求。本项目的招标公告发布时间及程序符合相关法律法规的规定。 4、鉴于该项目所采购的 CT 管球须与医院现有 64 排螺旋 CT（品牌及型号 GE Optima CT660）匹配，具有特殊性，且经过一次公开招标，有效投标人只有一家。根据项目实际需求，本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定。故申请使用单一来源采购方式。 综上所述，目前仅有通用电气医疗系统贸易发展（上海）有限公司一家单位供应的设备满足医院使用要求，故建议采用单一来源方式进行采购。 专家签字：  职称：  工作单位：  签字日期： 2020.1.21