

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆建	
	职称: 副研究员	
	工作单位: 中国医学科学院药物研究所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之一	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	首都医科大学申请配置小动物 PET/CT/SPECT 三合一成像系统 CT 探测器是小动物成像系统上的一个高易耗配件,该产品年份久远,与目前市场上的 CT 探测器在接口、通讯、软件控制方面等都不同。为保证更换^的CT 探测器可与原成像系统配套使用,建议购买原厂生产的 CT 探测器。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款之规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	张庆建	日期 2020 年 10 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李亚凤	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京市新闻出版研究所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之一	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	首都医科大学申请购置小动物PET/CT/SPECT 三合一成像系统CT探测器是 小动物成像系统上的一个高能耗组件, 该产品年代久远,与当前市场上的CT探测器 在接口、通讯、软件控制方面均不同。 为保证更换的CT探测器可与原成像 系统配套使用,建议购买原厂生产的CT 探测器。 根据《中华人民共和国政府采购法》第 三十一条(一)款规定,建议采用单一来源方式 进行采购。	
专业人员签字	李亚凤	日期 2020 年 10 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王屹军	
	职称: 研究员	
	工作单位: 国家林草局北京林机所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之一	
	供应商名称: 西门子医疗系统有限公司	
专业人员论证意见	首都医科大学申请购置小动物PET/CT/SPECT 混合-成像系统CT探测器是小动物成像系统上的一个高能易耗配件,该产品年份久远,与目前市场上的CT探测器在接口、通讯、软件控制方面均不同。为保证更换的CT探测器可与原成像系统配套使用,建议购买原厂生产的CT探测器。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王屹军	日期 2020 年 10 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。