

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆建	
	职称: 副研究员	
	工作单位: 中国医学科学院药物研究所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之二	
	供应商名称: 布鲁克(北京)科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目所涉及的300兆核磁共振谱仪包括主机和超导磁体两部分,因原有核磁共振谱仪的主机信号发射及接收功能减弱,需要更换新的核磁共振谱仪主机。为保证本次采购的核磁共振谱仪能与首都医科大学目前已有的磁体以及探头配合使用,建议采用原厂生产的原型号设备。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	张庆建	日期 2020 年 10 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李亚凤	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京市质量监督所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之二	
	供应商名称: 布鲁克(北京)科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目所报的300兆核磁共振谱仪包括主机和超导磁体两部分,因原有核磁共振谱仪的主机信号发射及接收功能减弱,需要更换新的核磁共振谱仪主机。为保证本次采购的核磁共振谱仪与首都医科大学已有的磁体以及探头配套使用,建议采用原厂生产的原型号设备。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条的规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李亚凤	日期 2020年10月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王屹军	
	职称: 研究员	
	工作单位: 国家林草局北京林机所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之二	
	供应商名称: 布鲁克(北京)科技有限公司	
专业人员论证意见	本项目所涉及的300兆核磁共振谱仪包括主机和超导磁体两部分,因原有核磁共振谱仪的主机信号发射及接收功能减弱,需要更换新的核磁共振谱仪主机。为保证本次采购的核磁共振谱仪能与首都医科大学目前已有的磁体以及探头配合使用,建议采购原厂生产的原型号设备。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	王屹军	日期 2020年10月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。