

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张庆建	
	职称: 副研究员	
	工作单位: 中国医学科学院药物研究所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之三	
	供应商名称: 北京科尔德科贸有限公司	
专业人员论证意见	本项目中所涉及的共聚焦白激光系统是首都医科大学中心实验室现有STED超高分辨率共聚焦显微镜的配套激光器。因原有白激光激光器已到额定工作时间,出现激发效率低、成像质量差等问题,需要新的白激光进行更换。为保证白激光激光器可以与原系统匹配兼容,还需采购原型号设备。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(-)款规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	张庆建	日期 2020 年 10 月 29 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李研	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 北京市疾病预防控制中心	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之三	
	供应商名称: 北京科尔德科贸有限公司	
专业人员论证意见	本项目所涉及的共聚焦白激光光源是首都医科大学中心实验室原有STED超高分辨率共聚焦显微镜的配套激光器,因原有白激光激光器已到预定工作寿命,出现激光功率低,成像质量差等问题,需更换新的白激光光源。为减少更换的白激光光源与原有系统匹配兼容,还需购置原型号设备。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条(一)款规定,建议采用单一来源方式进行采购。	
专业人员签字	李研	日期 2020年10月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 王尧军	
	职称: 研究员	
	工作单位: 国家林草局北京林机所	
项目信息	项目名称: 首都医科大学基本支出-资本性支出-中心实验室平台建设项目之三	
	供应商名称: 北京科尔德科贸有限公司	
专业人员论证意见	本项目所涉及的共聚焦自激光系统为首都医科大学中心实验室现有STED超高分辨率共聚焦显微镜的配套激光器。由于原有激光器的额定工作时间已经到期,出现了成像质量差、激发效率低等问题,需要更换新的自激光。为保证与原系统匹配兼容,仍需采购原型号设备。 根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(一)款规定,建议采用单一来源方式采购。	
专业人员签字	王尧军	日期 2020年10月29日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。