

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 傅子美
	职称: 主任药师
	工作单位: 区总医院检验科
项目信息	项目名称: 人类T淋巴细胞白血病病毒(1+2)抗体检测试剂盒
	供应商名称: 北京万泰生物药业股份有限公司
专业人员论证意见	<p>北京红十字血液中心酶联免疫吸附试验对献血者捐献血液进行人类T淋巴细胞白血病病毒(1+2)抗体检测,其相应试剂必须满足以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国产品牌,用于检测血液中T淋巴细胞白血病病毒(1+2)抗体,可同时检测血清和血浆。 2. 实验过程中适用本实验室瑞士哈美顿的费米全自动酶免分析系统,第一步反应后直接光板,不得手工干预。 3. 产品需在行业内得到广泛应用,质量稳定。 4. 供应商能够能够提供第三方专业质控品公司生产的HTLV质控品。 <p>根据以上要求,目前国内只有北京万泰生物药业股份有限公司能够同时满足上述要求。因此,本项目情况符合“只能从唯一供应商处采购”的规定。</p>
专业人员签字	傅子美 日期 2022年8月11日

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 李娟
	职称: 工程师
	工作单位: 朝阳医院
项目信息	项目名称: 人类T淋巴细胞白血病病毒 (1+2) 抗体检测试剂盒
	供应商名称: 北京万泰生物药业股份有限公司
专业人员论证意见	<p>北京市红十字血液中心采用酶联免疫吸附试验对献血者捐献血液进行人类T淋巴细胞白血病病毒 (1+2) 抗体检测, 其相应试剂必须满足以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国产品牌, 用于检测血液中T淋巴细胞白血病病毒 (1+2) 抗体, 可同时检测血清和血浆; 2. 实验过程中适用本实验室瑞士哈曼顿公司普米全自动酶免分析系统。第一步反应后直接洗板, 不得取液; 3. 产品需在行业内得到广泛应用, 质量稳定; 4. 供应商能够提供类似专业质控品公司生产的HTLV质控品。 <p>根据以上要求, 目前国内只有北京万泰生物药业股份有限公司能够同时满足上述要求。因此本项目情况符合“只能从唯一供应商处采购”的规定。</p>
专业人员签字	<p>李娟</p> <p>日期 2022年8月11日</p>

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨祖福
	职称: 主任医师
	工作单位: 中国康复研究中心
项目信息	项目名称: 人类T淋巴细胞白血病病毒 (1+2) 抗体检测试剂盒
	供应商名称: 北京万泰生物药业股份有限公司
专业人员论证意见	<p>北京市红十字血液中心用酶联免疫吸附试验对献血者捐献血液进行人类T淋巴细胞白血病病毒(1+2)抗体检测,其相应试剂应满足以下要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国产品牌。用于检测血液中T淋巴细胞白血病病毒(1+2)抗体,可同时检测血清和血浆; 2. 实验过程中适用本实验室瑞士哈美顿公司基米全自动酶免分析系统,首次反应后直接洗板,不得手工干预。 3. 产品需在行业内得到广泛应用,质量稳定。 4. 供应商能够提供第三方专业质控品公司生产的HTLV质控品。 <p>根据以上要求,目前国内只有北京万泰生物药业股份有限公司能够同时满足上述要求。因此本项目情况符合“只能从唯一供应商处采购”的规定。</p>
专业人员签字	<p>杨祖福</p> <p>日期: 2022年8月11日</p>