

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：袁春梅	
	职称：教授级高工	
	工作单位：北京市药品包装材料检验所	
项目信息	项目名称：2022 年新冠应急检测设备采购	
	供应商名称：详见附件《2022 年新冠疫情防控应急检验设备明细表》	
专业人员论证意见	专家论证意见： 采购单位申请的核酸提取仪，实时荧光定量 PCR 仪，荧光定量聚合酶链反应 (PCR) 检测系统高级视频引伸机等设备，是专业性强，精度要求高的设备，为了保证核酸检测的准确性，建议采用“单一来源采购”方式进行采购。经过核对采购方拟采购设备的供应单位及数量，采购方的调研充分，拟采购设备的精度，稳定性，稳定性等性能能够保证核酸检测数据准确性，同意采购方确定的设备型号和供应商。	
专业人员签字	袁春梅	日期：2022 年 06 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：鹿建春
	职称：高级工程师
	工作单位：科医研究院
项目信息	项目名称：2022 年新冠应急检测设备采购
	供应商名称：详见附件《2022 年新冠疫情防控应急检验设备明细表》
专业人员论证意见	专家论证意见： 第1~8项核酸提取仪和第9~11项PCR仪分拆仪分别属于不同厂家、不同型号的核酸提取与PCR仪分拆仪，其中包含了市场上现有的同类产品。但由于此类仪器在我国起步晚，产品上市时间较短等原因，市场供货渠道不太通畅，多数仍采取独家代理、独家销售的方式。因此，同意单一来源采购。 第12项高级病毒核酸检测仪的专属性很强，使用范围很小，市场规模不大，且需与现有仪器配套，没有其他可造厂家的产品。同意单一来源采购。 第13项荧光定量PCR仪和第14项呼吸能力测试仪都是新研制的

	产品,可匹配各种呼吸阻力和不同 孔径,且能兼容不同的测试方法。 市场上暂无同类产品,同意,单一来源采购。	
专业人员签字	唐建春	日期：2022 年 6 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 任海萍
	职称： 主任技师
	工作单位： 国药集团医疗器械研究院
项目信息	项目名称： 2022 年新冠应急检测设备采购
	供应商名称： 详见附件《2022 年新冠疫情防控应急检验设备明细表》
专业人员论证意见	本次采购的设备，有一定特殊性，一方面是 IVD 检测仪器、医械专用配套检测仪器具有一定的封闭性、专用性，通用性弱，检测机构要考虑覆盖性，尤其是执行行政执行任务的机构时，很必要；另一方面，疫情防控检验检测保障，应考虑及时性及严谨性。 附件所列设备，对应满足以特殊需求，价格比较公允，采购用单一来源方式采购也比较合理。建议同意以上采购。
专业人员签字	任海萍 日期： 2022 年 6 月 30 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。