

老年医院医用设备购置采购项目更正公告

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：0701-234106150204

原公告的采购项目名称：老年医院医用设备购置采购项目

首次公告日期：2023 年 11 月 7 日

二、更正信息

更正事项：☐采购公告 ☒采购文件 ☐采购结果

更正内容：

对本项目采购文件进行如下更正：

1、本项目第 4 包腔镜影像系统招标文件采购需求中“一、技术参数：（五）、医用监视器：1、彩色液晶显示器 ≥ 32 英寸；”更正为“一、技术参数：（五）、医用监视器：1、彩色液晶显示器 ≥ 55 英寸；”

2、本项目第 8 包品目 8-1 脑部与区域组织氧饱和度监护仪采购需求更正为：

“一、技术参数

1、通过无创传感器测量患者大脑或躯体血氧饱和度（ rSO_2 ）；

▲2、监测通道数： ≥ 6 条通道；

3、波段： ≥ 4 波段；

▲4、双光源传感器，每个传感器光源 ≥ 2 个、接收器 ≥ 2 个；

5、组织氧饱和度（ $\%rSO_2$ ）测量范围：0%-100%；

6、AUC 曲线下面积可显示低警报限的累积饱和度%MIN；

7、具备趋势线，时间调节范围：7.5min - 24h

8、可不同颜色标记不同通道编号；

9、数据更新时间： $\leq 1.5s$ ；

10、主机内置存储器可存储 ≥ 840 小时监测数据@每4秒存储一次数据；

▲11、具备RS-232端口，可进行数据导出；支持蓝牙；

▲12、配备锂电池，可续航 $\geq 6h$ ；

13、重量 $\leq 2.5kg$ （整机含电池）；

二、主要配置

1、主机：1台

2、前置放大器（带连接线）：4根

3、成人传感器：12对

4、儿童传感器：1对。”

3、招标文件其他内容不变。

更正日期：2023年11月10日

三、其他补充事宜

招标公告和招标文件中其他内容不变。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：北京老年医院

地址：北京市海淀区温泉路118号

联系方式：010-83183824

2. 采购代理机构信息

名称：中技国际招标有限公司

地址：北京市丰台区丽泽商务区通用时代中心C座9层

联系方式：010-81168701

3. 项目联系方式

采购人项目联系人：张老师

电话：010-83183824

采购代理机构项目联系人：徐亚希、孙薇

电 话：010—81168701