

关于“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”第 7 包招标文件变更通知

致各投标人：

中招国际招标有限公司受首都医科大学附属北京安贞医院委托，就“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”第 7 包招标文件第五章 采购需求 货物技术规格具体要求进行变更：

原招标文件 7-1低温过氧化氢灭菌器第▲12.5 条变更为：

▲12.5、双通道软式内镜（带有光纤）：最细双通道软镜直径≤1mm、最长长度≥900mm，提供技术白皮书证明。

请于接收本通知后及时确认。

中招国际招标有限公司
2023 年 12 月 15 日

联系人：范君、曹武宁 电 话：010-62108235 传 真：010-62108074

确 认 函

主题：变更通知回执，我公司确认已收到中招国际招标有限公司关于“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”变更通知

投标人（公司名称，并加盖公章）：			
确认该通知并能及时参加投标	☐ 是 ☐ 否		
联系人		手 机	
电 话		传 真	