

关于“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”第 5 包招标文件变更通知

致各投标人：

中招国际招标有限公司受首都医科大学附属北京安贞医院委托，就“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”第 5 包招标文件第五章 采购需求 货物技术规格具体要求进行变更，具体内容详见附件。

请于接收本通知后及时确认。

中招国际招标有限公司

2023 年 12 月 15 日

联系人：范君、曹武宁 电 话：010-62108235 传 真：010-62108074

确 认 函

主题：变更通知回执，我公司确认已收到中招国际招标有限公司关于“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”变更通知

投标人（公司名称，并加盖公章）：			
确认该通知并能及时参加投标	口是 口否		
联系人		手 机	
电 话		传 真	

原招标文件 5-2 常规换瓣手术器械包（40 套）中 19、无损伤动/静脉阻断钳技术参数变更为：

19、无损伤动/静脉阻断钳

19.1、数量：2 把。

19.2、DeBaKey2X3 齿，钳口：角度 65° ；

19.3、钳长： $70\text{mm}\pm 5\text{mm}$ ；长度： $220\text{mm}\pm 10\text{mm}$ ；

19.4、钛材质，耐腐蚀性能达到 YY/T0149-2006 标准中的 b 级。

19.5、可高温高压消毒；

原招标文件 5-4 微创换瓣手术器械包（3 套）中 7、器械钳技术参数变更为：

7、器械钳

7.1、数量：1 把。

7.2、推结器，用于 2-0~4-0 线，长度： $350\text{mm}\pm 10\text{mm}$ ；

7.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

7.4、可高温高压消毒；

原招标文件 5-5 常规搭桥手术器械包（40 套）中 11、显微止血夹、12、显微止血夹技术参数变更为：

11、显微止血夹

11.1、数量：4 只。

11.2、哈巴狗，DeBaKey 齿，直钳口；

11.3、长度： $53\text{mm}\pm 2\text{mm}$ ；夹持力 $\geq 180\text{g}$ ；

11.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

11.4、可高温高压消毒；

12、显微止血夹

12.1、数量：4 只。

12.2、哈巴狗，DeBaKey 齿，弯钳口；

12.3、长度：45mm±2mm；夹持力≥180g；

12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

12.5、可高温高压消毒；

原招标文件 5-6 负压调节器 （15 台）技术参数变更为：

一、技术参数

▲1、用于各种精密负压调节控制；无级负压调节，调节范围：0 至- 100mmHg；具备一个用于负压和正压的内置安全阀，起到过压保护的作用；

样品：需提供样品。

原招标文件 5-7 外科牵开器 外科牵开器技术参数 1 （3 套）中 25、显微止血夹、26、显微止血夹技术参数变更为：

25、显微止血夹

25.1、数量：4 只；

25.2、哈巴狗，DeBaKey 齿弯钳口；

25.3、长度：45mm±5mm；夹持力≥180g；

25.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

25.5、可高温高压消毒；

26、显微止血夹

26.1、数量：4 只；

26.2、哈巴狗，DeBaKey 齿直钳口

26.3、长度：53mm±5mm；夹持力≥180g；

26.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性能达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

26.4、可高温高压消毒；

原招标文件 5-7 外科牵开器 外科牵开器技术参数 3 （1 套）中 12、显微止血夹、13、显微止血夹、14、显微剪技术参数变更为：

12、显微止血夹

- 12.1、数量：17 只；
- 12.2、哈巴狗,DeBaKey 齿弯钳口；
- 12.3、长度 45mm±5mm；夹持力≥180g；
- 12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；
- 12.4、可高温高压消毒；
- 13、显微止血夹
- 13.1、数量：17 只；
- 13.2、哈巴狗,DeBaKey 齿直钳口；
- 13.2、长度：53mm±5mm；夹持力≥180g；
- 13.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；
- 13.4、可高温高压消毒；
- 14、显微剪
- 14.1、数量：2 把；
- 14.2、笔式、圆柄，剪刀；
- 14.2、长度：210mm 以内，刃长：7mm，角度：45° ；
- 14.3、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到 T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

原招标文件 5-7 外科牵开器 外科牵开器技术参数 4 （1 套）中 11、显微止血夹、
12、显微止血夹技术参数变更为：

- 11、显微止血夹
- 11.1、数量：16 只；
- 11.2、哈巴狗,DeBaKey 齿弯钳口；
- 11.3、长度：45mm±5mm；夹持力≥180g；
- 11.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；
- 11.5、可高温高压消毒；
- 12、显微止血夹
- 12.1、数量：16 只；
- 12.2、哈巴狗,DeBaKey 齿直钳口；
- 12.3、长度：53mm±5mm；夹持力≥180g；

12.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

12.5、可高温高压消毒；

原招标文件 5-7 外科牵开器 外科牵开器技术参数 5 （1 套）中 9、显微止血夹、10、显微止血夹技术参数变更为：

9、显微止血夹

9.1、数量：20 只；

9.2、哈巴狗，DeBaKey 齿弯钳口；

9.3、长度：45mm±5mm；夹持力≥180g；

9.4、采用医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

9.5、可高温高压消毒；

10、显微止血夹

10.1、数量：20 只；

10.2、哈巴狗，DeBaKey 齿直钳口；

10.3、长度：53mm±5mm；夹持力≥180g；

10.4、医用不锈钢材质，耐腐蚀性达到 YY/T0149-2006 标准中的 5.4b 级；

10.5、可高温高压消毒；