

关于“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”第 6 包招标文件变更通知

致各投标人：

中招国际招标有限公司受首都医科大学附属北京安贞医院委托，就“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”第 6 包招标文件第五章 采购需求 货物技术规格具体要求进行变更：

原招标文件 6-3全自动喷淋清洗机（多仓）第▲10.2 条变更为：

▲10.2、超声源：≥2 个，频率≥130kHz，超声功率≥2800W

请于接收本通知后及时确认。

中招国际招标有限公司

2023 年 12 月 15 日

联系人：范君、曹武宁 电 话：010-62108235 传 真：010-62108074

确 认 函

主题：变更通知回执，我公司确认已收到中招国际招标有限公司关于“北京安贞医院新建通州院区开办费医用设备购置项目（项目五）”变更通知

投标人（公司名称，并加盖公章）：			
确认该通知并能及时参加投标	口是		口否
联系人		手 机	
电 话		传 真	