


专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	孙桂珍	联系电话	
身份证号码		职称	主任技师
工作单位	北京佑安医院	职称所属行业领域	医疗卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	石老师，010-82807673
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	血液筛查酶联免疫吸附法检测试剂	预算金额（万元）	总预算：1082.2 第1包：231.2 第2包：851
项目预算年度	2024年度		
唯一供应商名称	第1包：北京探针科技有限公司 第2包：烟台澳斯邦生物工程有限公司		
三、论证意见：			
经核查这两包分别采购的是乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）酶免试剂和乙型肝炎病毒抗体（抗HcV）酶免试剂。为了保证血液的货量安全，减少“窗口期”的影响，这两类试剂要在灵敏度、特异性、抗干扰性等关键指标均不低于99.5%。根据这一要求，经向北京探针科技有限公司的HBsAg酶免试剂和烟台澳斯邦生物工程有限公司的抗HcV酶免试剂送检合格，因此建议这两包采用单一来源采购方式进行。 本人签名：孙桂珍 2024年10月17日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	颜岩	联系电话	
身份证号码		职称	副研究员
工作单位	中国疾病预防控制中心	职称所属行业领域	医疗卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	石老师，010-82807673
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	血液筛查酶联免疫吸附法检测试剂	预算金额（万元）	总预算：1082.2 第1包：231.2 第2包：851
项目预算年度	2024年度		
唯一供应商名称	第1包：北京探针科技有限公司 第2包：烟台澳斯邦生物工程有限公司		
三、论证意见：			
血液中心本次拟采购乙肝病毒表面抗原（HBsAg）和丙型肝炎抗体（抗HCV）酶联试剂，为确保临床应用安全，要求试剂的灵敏度、特异性、抗干扰能力等关键性能指标满足WHO标准不低于99.5%的要求。目前只有北京探针科技有限公司生产的HBsAg酶联试剂和烟台澳斯邦生物工程有限公司生产的HCV酶联试剂可以满足要求。因此建议采用单一来源方式采购上述供应商中则是 本人签名： 2024年10月17日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际情况不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			

专业人员唯一性论证意见表

一、专家信息			
姓名	马文礼	联系电话	
身份证号码		职称	主任医师
工作单位	中医药大学	职称所属行业领域	医疗卫生
二、项目情况			
采购单位名称	北京市红十字血液中心	联系人（电话）	石老师，010-82807673
主管单位名称	北京市卫生健康委员会		
项目名称	血液筛查酶联免疫吸附法检测试剂	预算金额（万元）	总预算：1082.2 第1包：231.2 第2包：851
项目预算年度	2024年度		
唯一供应商名称	第1包：北京探针科技有限公司 第2包：烟台澳斯邦生物工程有限公司		
三、论证意见：			
使用单位分别采购乙型肝炎病毒表面抗原（HBsAg）酶联免疫试剂和丙型肝炎病毒抗体（抗HCV）酶联试剂，为保证血液的质量安全，减少窗口期的影响，这两种试剂要求灵敏度、特异性、抗干扰能力等关键性能指标符合WHO血液筛查的要求，不低于99.5%。根据这一要求，目前只有北京探针科技有限公司的HBsAg试剂和烟台澳斯邦生物工程有限公司满足抗HCV酶联试剂要求，因此建议采用单一来源方式进行采购。 本人签名：  2024年10月17日			
备注：1. 专家确保本人与论证项目无直接利害关系，不是本单位或者潜在供应商及其关联单位的工作人员。2. 论证意见出现相互抄袭、意见不明确或者含混不清与实际不符的属于无效意见。3. 提供无效意见等违法违规行为的，本人承担相应法律后果。			