

关于“2024年北京中医医院自筹资金医用设备购置项目”第2包招标文件变更通知

致各投标人：

中招国际招标有限公司受首都医科大学附属北京中医医院委托，就“2024年北京中医医院自筹资金医用设备购置项目”第2包招标文件进行变更：

1、原招标文件第五章采购需求（五）货物技术规格具体要求 2-1 ND：YAG 皮秒激光治疗仪技术参数进行变更：详见附件

2、原招标文件第四章评标程序、评标方法和评标标准二、评标标准中对招标文件采购需求的响应程度：一项普通指标不满足招标文件扣 1.12 分。

现变更为：一项普通指标不满足招标文件扣 1.39 分。

3、原招标文件：投标截止时间、开标时间：2024 年 12 月 18 日 10 点 00 分（北京时间）。

现变更为：投标截止时间、开标时间：2024 年 12 月 26 日 15 点 00 分（北京时间）。

请于接收本通知后及时确认。

中招国际招标有限公司
2024 年 12 月 10 日

联系人：范君、曹武宁 电 话：010-62108235 传 真：010-62108074

确 认 函

主题：变更通知回执，我公司确认已收到中招国际招标有限公司关于“2024年北京中医医院自筹资金医用设备购置项目”第2包变更通知

投标人（公司名称，并加盖公章）：			
确认该通知并能及时参加投标	口是 口否		
联系人		手 机	
电 话		传 真	

附件：

2-1ND：YAG 皮秒激光治疗仪

- 1、激光激发介质：采用 Nd：YAG 激光；
- ▲2、输出激光波长：至少具有 1064nm；（需提供证明材料）
- ▲3、最大脉冲宽度： ≤ 500 皮秒；（需提供证明材料）
- 4、单脉冲激光最大输出能量： $\geq 400\text{mJ}$ ；
- 5、激光输出能量不稳定性： $\leq \pm 10\%$ ；
- 6、激光输出复现性： $\leq \pm 10\%$ ；
- 7、激光输出的峰值功率： $\geq 1.4\text{GW}$ ；
- ▲8、最大光斑直径： $\geq 8\text{mm}$ ；（需提供证明材料）；
- 9、激光光斑直径范围：1-10mm 可调；
- 10、光斑直径调节旋钮设置在激光输出手柄上，可动态调节光斑大小；
- 11、治疗激光触发后的输出频率可调范围：1-10Hz，步进 1Hz；
- 12、激光输出系统采用 ≥ 7 关节导光臂设计，无传输光纤等耗材；
- 13、系统配置内嵌式彩色触摸屏尺寸： ≥ 10 英寸；
- 14、系统设有紧急停止按钮，在紧急情况下可一键关闭系统；
- 15、具备大尺寸全铜热交换系统；
- 16、整机重量： $\geq 110\text{kg}$ ；（需提供证明材料）；
- 17、操作界面具备实时冷却水流量显示和激光腔温度显示（需提供证明材料）；