序	使用科	设备名称	产品规	关键指标或参数	数量	是否进
1		孔装器械装载篮	250*250*50cm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	50	否
2		孔装器械装载篮	480*250*50cm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	50	否
3		孔装器械装载篮	540*250*75cm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	20	否
				★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。		

4		精细清洗篮	100*100*55cm	3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	10	否
5		精细清洗篮	100*60*45cm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	10	否
6		精细清洗篮	210*70*45cm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	10	否
7	供应室（手术	眼科器械装载篮（带盖）	370×230×50	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	10	否

8	洗消器械）	超声乳化器械装载篮（带盖）	定制	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	10	否
9		胆道镜装载篮（带盖）	600×230×100	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	2	否
10		冲孔型内镜消毒篮	460×80×45mm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	15	否
11		器械功能端硅胶保	50×9mm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮	1	否

11		护套	50×5mm	4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	1	否
12		器械功能端硅胶保护套	50×15.8mm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	1	否
13		器械功能端硅胶保护套	35×10.3mm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	1	否
14		器械功能端硅胶保护套	25.4×9.5mm	★1、 全部采用316不锈钢材料，耐高温、耐腐蚀（须提供不锈钢材质第三方检测报告） ★2、 篮框全部采用亚光处理，防光反射。 3、 底部及篮盖有加强筋，焊点牢固、光滑，不脱焊不刮 4、 篮盖的锁扣装置能够使锁扣固定地停在任何一个要求的位置，能够经过180度，调整到盖子里。 5、 底部及篮盖为网状结构，为防止尖锐器械穿出，侧面必须为孔状结构。	1	否