


中招国际招标有限公司

专家论证意见表

项目名称：首都医科大学附属北京妇产医院核磁共振成像系统维保服务项目	
专家姓名： 王志泉	
工作单位、职称：北京安贞医院 高级工程师	
论证意见	<p>GE MR750 磁共振是由超过 7825 个零件，其安装手册多达 5000 多页。该设备安全运行需要均匀稳定的磁场，精准的梯度系统，射频系统，体表线圈系统，以及安全可靠的磁体冷却系统。目前 GE MR750 系列在保客户 100 多家，GE 原厂是唯一能够为 GE MR750 磁共振提供安全，高效，专业维修服务的厂家，以保证医院设备的正常运行与医患安全。依据《医疗器械注册管理办法》，产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更，故 GE MR750 相应部件如进行维修更换，必须使用同型号原厂部件，方能保证仪器在规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求等方面与注册证内容保持一致性。</p> <p>招标文件无歧视性、排他性条款，符合招标要求。招标公告及招标程序符合政府采购法律法规要求。鉴于以上原因，通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司是目前唯一能够提供首都医科大学附属北京妇产医院 GE MR750 磁共振设备维保服务的供应商。</p> <p>本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定，必须采用单一来源方式采购。</p>
专家签字：	

中招国际招标有限公司
专家论证意见表

项目名称：首都医科大学附属北京妇产医院核磁共振成像系统维保服务项目

专家姓名：魏继航

工作单位、职称：清华大学玉泉医院 主任技师


论证意见

GE MR750 磁共振是由超过 7825 个零件，其安装手册多达 5000 多页。该设备安全运行需要均匀稳定的磁场，精准的梯度系统，射频系统，体表线圈系统，以及安全可靠的磁体冷却系统。目前 GE MR750 系列在保客户 100 多家，GE 原厂是唯一能够为 GE MR750 磁共振提供安全，高效，专业维修服务的厂家，以保证医院设备的正常运行与医患安全。依据《医疗器械注册管理办法》，产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更，故 GE MR750 相应部件如进行维修更换，必须使用同型号原厂部件，方能保证仪器在规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求等方面与注册证内容保持一致性。

招标文件无歧视性、排他性条款，符合招标要求。招标公告及招标程序符合政府采购法律法规要求。鉴于以上原因，通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司是目前唯一能够提供首都医科大学附属北京妇产医院 GE MR750 磁共振设备维保服务的供应商。

本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定，必须采用单一来源方式采购。

专家签字：



中招国际招标有限公司
专家论证意见表

项目名称：首都医科大学附属北京妇产医院核磁共振成像系统维保服务项目

专家姓名：张淳

工作单位、职称：北京地坛医院 高工

论证意见

GE MR750 磁共振是由超过 7825 个零件，其安装手册多达 5000 多页。该设备安全运行需要均匀稳定的磁场，精准的梯度系统，射频系统，体表线圈系统，以及安全可靠的磁体冷却系统。目前 GE MR750 系列在保客户 100 多家，GE 原厂是唯一能够为 GE MR750 磁共振提供安全，高效，专业维修服务的厂家，以保证医院设备的正常运行与医患安全。依据《医疗器械注册管理办法》，产品名称、型号、规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求、进口医疗器械生产地址等发生变化的，注册人应当向原注册部门申请许可事项变更，故 GE MR750 相应部件如进行维修更换，必须使用同型号原厂部件，方能保证仪器在规格、结构及组成、适用范围、产品技术要求等方面与注册证内容保持一致性。

招标文件无歧视性、排他性条款，符合招标要求。招标公告及招标程序符合政府采购法律法规要求。鉴于以上原因，通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司是目前唯一能够提供首都医科大学附属北京妇产医院 GE MR750 磁共振设备维保服务的供应商。

本项目符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款“只能从唯一供应商处采购”的规定，必须采用单一来源方式采购。

专家签字：

